



Olecko dnia 2024-10-01

28/PN/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 28/PN/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników oraz drobny sprzęt medyczny do Laboratorium Diagnostycznego szpitala „Olmedica w Olecku Sp. z o.o.”

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik nr 1

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 5, poz. 8 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 98,2% i swoistości 98,4%, z kontrolą pozytywną w zestawie?

Odpowiedź: Tak

Uczestnik nr 2

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 5 dopuści końcówki w kolorze niebieskim? Standardowo w laboratorium końcówki o pojemności 200ul są koloru żółtego, natomiast końcówki 1000ul. są koloru niebieskiego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 7 i 8 (dotyczy pakietu 4)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 7 i 8 wyrazi zgodę na mikrometodę z pojedynczą ścianką?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz 9 wyrazi zgodę na mikrometodę o pojemności 150ul?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający we wzorze umowy wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT? Zapis umowy określający 60 dniowy termin płatności jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Art. 8 ust 2. Ustawy o płatnościach stanowi: Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

Odpowiedź: Nie, termin płatności – 60 dni.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT za dostarczony towar na adres e-mail? Jeśli tak to proszę o podanie adresu.

Odpowiedź: Tak, adres email zostanie podany w umowie.

Uczestnik nr 3

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania sprzętu w ciągu 15 dni roboczych od podpisania umowy, zgodnie z zapisami SWZ rozdz. 4 pkt. 18?

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia terminu szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu fizycznej obecności serwisanta do 48h od zgłoszenia awarii?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający potwierdza, że zapis SWZ rozdz. 4 pkt. 12 nie dotyczy sprzętu objętego dzierżawą w pakiecie nr 3, tj. skaner, kołyska, pipeta automatyczna, drukarka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek opisanego w SWZ rozdz. 5 pkt. 2 w zakresie pakietu nr 3?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wpięcia do LIS oprogramowania do odczytu i interpretacji wyników testów paskowych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisów umowy §1 pkt. 8 i 9 w zakresie pakietu nr 3? Wskazane zapisy umowy dotyczą analizatorów, które nie są wymagane do dostarczenia w ramach pakietu nr 3.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 „panel alergenowy wziewny i pokarmowy (pediatryczny)” zestaw testowy obejmujący 27 alergenów?

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawów testowych, w których dopuszczalny czas na przechowywanie próbek pacjentów w temp. 2-8 st. C wynosi do 14 dni?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia półautomatycznego analizatora do testów paskowych?

Odpowiedź: Tak, jeśli wymaga tego metodyka wykonania badań.

Pytanie nr 18 - Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora do testów paskowych (zgodnie z pyt. Nr 8) prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie zestawów testowych, w których do wykonania badania wymagana jest objętość surowicy 210µl.

Odpowiedź: Tak

Uczestnik nr 4

DO CZĘŚCI 1: System biochemiczno - immunochemiczny:

Pytanie nr 19 - pkt. 30:

Czy pod określeniem „Troponina wysokoczuła spełniająca zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego” Zamawiający rozumie możliwość zastosowania szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, zgodnie z aktualnymi zaleceniami PTK / ESC z 2023 roku?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 20 - pkt. 33:

Prosimy o uściślenie czy wymóg kalibracji przy użyciu dwóch kalibratorów dotyczy tylko części immunochemicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 21 - Parametry oceniane, pkt.5: Czy Zamawiający oceni równocennie i przyzna punkty jeśli dozowanie materiału badanego dokonywane jest za pomocą jednorazowych końcówek, a dozowanie odczynników za pomocą igły odczynnikowej, z efektywnym systemem płukania zabezpieczającym przed błędem przeniesienia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 22 - Dotyczy Załącznika nr 5, Warunki Zamawiającego - Odczynniki: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i kontroli ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 23 - Dotyczy rozdział 4, pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opis oferowanego wyrobu (odczynników, kalibratorów, kontroli) w zakresie nazwy opisany był w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 24 - Dotyczy poz. 6 Tabeli A - Badania biochemiczne, Załącznik nr 5 do SWZ: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania odczynnika do oznaczania białka ostrej fazy z zakresem liniowości 0,6-350 mg/L?

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 25 - Dotyczy Część 1, Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy; tabela A Badania immunochemiczne oraz Tabela A Badania biochemiczne Prosimy o potwierdzenie, czy kolumna “ilość oznaczeń na 24 miesiące” zawiera ilości oznaczeń do wykonania kontroli i kalibracji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 26 - Dotyczy Część 1, Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy; tabela A Badania immunochemiczne oraz Tabela A Badania biochemiczne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienie kolumny “ilość opakowań” kierując się zapisem “Ilość opakowań dostosowana do szacowanej liczby oznaczeń.” oraz wstawienie w kolumnie “Cena netto” ceny netto za opakowanie, tak aby “Wartość netto” i “Wartość brutto” zostały podane jako iloczyn ilości opakowań handlowych i cen za opakowanie handlowe?

Tak aby Załącznik “formularz asortymentowo-cenowy” do umowy zawierał ceny spełniające zapis w umowie par 1., pkt 17.
17. Zamawiający za wykonanie poszczególnych dostaw zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 27 - Dotyczy Część 1, Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy; tabela B Badania immunochemiczne oraz Tabela B Badania biochemiczne: Prosimy o potwierdzenie, że wartość netto i brutto za czynsz dzierżawny z tyt. dzierżawy analizatora powinna zostać dodana w Tabeli B

Odpowiedź: Cenę za czynsz dzierżawy analizatora należy wpisać w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SWZ), Zamawiający wprowadza zmianę w ww załączniku i dołącza poprawiony dokument do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w kolumnie “ilość oznaczeń na 24 miesiące” w tabelach B “Kalibratory, Materiały kontrolne, Materiały eksploatacyjne” wpisać “nie dotyczy”?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 29 - Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo – cenowy, Warunki Zamawiającego: Maksymalny czas naprawy 24 godz od zgłoszenia awarii.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wspomniany czas reakcji dotyczył dni roboczych?

Odpowiedź: Tak – dla fizycznej obecności inżyniera serwisu, natomiast zdalny dostęp do serwisu musi być również w dni wolne

Pytanie nr 30 - Dotyczy Rozdział 5, pkt 1, ppkt.2,3 Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych katalogów, opisów, ulotek, lub innych materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia, kart charakterystyk Wykonawca załączył oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się ww dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 31 - Dotyczy Rozdział 5, pkt 1, ppkt 1 Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych dokumentów załączył oświadczenie o ich posiadaniu i deklaracji dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego ?

Odpowiedź: Nie


Pytanie nr 32 - Dotyczy Rozdział 5, pkt 1, ppkt 1 Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ww punkcie poprzez zmianę podstawy prawnej na Ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wyżej wymieniony punkt otrzymuje brzmienie: „Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanych wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.

Pytanie nr 33 - Dotyczy zapisów swz: Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).



URL	IP	Port	Typ	Description
*.navity.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navity.com	193.228.103.0/24	433 [514/541]	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.10	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
fin-cm-*.dia.roche.com	52.196.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 60	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 34 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 35 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 36 - Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 37 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wizji lokalnej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 38 - Dotyczy zał. nr 2 wzór projektowanych postanowień umowy na dzierżawę analizatorów wraz odczynnikami par. 1 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie sformułowania "i ich serwisowania" z niniejszego postanowienia umowy?

Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym, dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. W związku z tym, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.

Odpowiedź: Tak, Zamawiającemu chodzi o szkolenie z pełnego zakresu wymaganej obsługi, a nie napraw.

Pytanie nr 39 - par. 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 40 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 41 - par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 42 - par. 3 ust. 8 Prosimy o doprecyzowanie postanowienia, wskazany ust. 5 nie zawiera żadnego terminu.

Odpowiedź: Omyłka w punktacji, chodzi o ust. 7



Pytanie nr 43 - par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: w § 3 ust. 9 nie ma nic o godzinach

Pytanie nr 44 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 45 - par. 4 ust. 2 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 46 - par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna naliczana była od wartości “reklamowanej części towaru”?

Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu.

Odpowiedź: Tak jest w umowie

Pytanie nr 47 - par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: w § 5 ust. 3 nie ma takiego zapisu

Pytanie nr 48 - par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 49 - par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 50 - par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy? Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu.

Odpowiedź: Nie



Pytanie nr 51 - par. 6 ust. 2 pkt 2) Prosimy o doprecyzowanie, a w tym samym wskazanie, iż w celu zachowania ogólnego charakteru umowy, Zamawiający jest uprawniony do składania zamówień w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na podstawie cen jednostkowych obecnych Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1 do Umowy)?

Odpowiedź: W § 6 ust. 2 nie ma punktu 2) ani zapisów o których mowa w pytaniu

Pytanie nr 52 - par. 6 ust. 4 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

1. *Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §1 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).*
2. *Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).*
3. *Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.*
4. *Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.*
5. *Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.*
6. *W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.*
7. *W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.*
8. *W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.*
9. *Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.*
10. *Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.*

Odpowiedź: Zgoda z tym jednak zastrzeżeniem, że określona w punkcie 9 wartość graniczna wszystkich waloryzacji zamiast 50% wynosić może maksymalnie 10 % pierwotnej wartości umowy.

Pytanie nr 53 - par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 54 - par. 7 ust. 2 pkt 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia? Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie przesłanek uprawniających do odstąpienia?

Odpowiedź: Zapis nie dotyczy każdego naruszenia umowy, a naruszenia o charakterze rażącym

Pytanie nr 55 - par. 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?



Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 56 - Dotyczy zał. nr 2a projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez wskazanie, czy wymienione dane osobowe dotyczą zarówno danych osobowych pacjentów, jak i danych osobowych użytkowników aparatów?

Odpowiedź: Zapis dotyczy wszystkich przekazywanych danych

Pytanie nr 57 - par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

- „a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
- b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
- c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
- d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.” ?

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 58 -par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 59 -par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 5 ust. 5 o treści “Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”?

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 60 -par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w sposób zezwalający Wykonawcy na podpowierzenie przetwarzania spółkom powiązanym i podwykonawcom Wykonawcy w zakresie przetwarzania, znajdującym się również poza EOG? Przetwarzanie danych polegać będzie wyłącznie na potencjalnym dostępie zdalnym do analizatorów - serwisant spoza EOG uzyska realny dostęp do danych tylko jeśli otrzyma otrzymana prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze Lista podmiotów zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i zobowiązuje podwykonawców do przestrzegania takich samych warunków, którym sam podlega według umowy. W związku z tym oraz w celu zapewnienia sprawnego wykonania usługi Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie powierzenia przetwarzania oraz dodanie zastrzeżenia (oraz wspomniany załącznik): „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych?

Odpowiedź: Niezrozumiałe pytanie. Par. 5 ust. 2 dotyczy czego innego



Pytanie nr 61 -par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Nie

Uczestnik nr 5

Pytanie nr 62 -Rozdział 4 SWZ, pkt. 6 oraz projekt umowy załącznik nr 2, §3 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z zadania nr 2 z terminem ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 63 - Rozdział 4 SWZ, pkt. 15 – Czy Zamawiający zgodzi się na czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 64 - Załącznik nr 5, część 2, wymagania testów i aparatury do badań boreliozy, pkt. 13 - Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu gdy wydawany wynik będzie jakościowy, wykrywający wszystkie wymagane przez Zamawiającego gatunki Borelii?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 65 - Załącznik nr 5, część 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na podanie w Tabeli A ceny netto za 1 op. i wyliczenie wartości oferty wg pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pytania do Umowy (zał. nr 2):

Pytanie nr 66 - § 1 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami prawidłowej eksploatacji zawartymi w instrukcji obsługi. Po upływie okresu dzierżawy sprzęt podlega zwrotowi do Wykonawcy w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji i w uzgodnionym terminie, nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu umowy”?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 67 - § 2 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, dokument WZ na zamówioną ilość i rodzaj przedmiotu niniejszej umowy, podpisywana każdorazowo przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego lub adnotacja Zamawiającego o odbiorze zamówienia na liście przewozowym przekazany przez kuriera lub w formie potwierdzenia w systemie teleinformatycznym dostawcy”?

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 68 - § 3 ust. 5 oraz rozdział 4 SWZ, pkt. 9 i 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się dostarczyć aktualne karty charakterystyki produktu leczniczego oraz ulotki z pełną charakterystyką produktu (wyrobu medycznego) w języku polskim do towarów. Zamawiający dodatkowo uzna za należyte wykonanie umowy udostępnienie kart charakterystyk w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 69 - § 5 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.14 Umowy. W przypadku, gdy wartość kar umownych osiągnie 30% Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przyczyny odstąpienia”?

Uzasadnienie: Zapis zawiera wewnętrzne sprzeczności wymagające usunięcia. Zapis nie może w jednym miejscu wskazywać, że maksymalna kara wynosi 30% wartości wynagrodzenia brutto po to, aby w kolejnym zdaniu wskazywać, że w sytuacji, w której wartość kar przekroczy tą wysokość Zamawiający nabędzie uprawnienie do odstąpienia, gdyż wartość kar nigdy nie przekroczy wspomnianych 30%. Bardziej właściwym określeniem wydaje się być zamiana słowa „przekroczy” na „osiągnie”.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 70 - § 7 ust. 2 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „co najmniej trzykrotnego w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 71 - § 7 ust. 2 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „uchybień terminowi realizacji 3 zamówień w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy przekraczając go każdorazowo o co najmniej 3 dni robocze”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 72 - § 7 ust. 2 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „trzykrotnej realizacji dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu lub ilości w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 73 - § 7 ust. 2 pkt 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dwukrotnego uchybienia w jakości dostarczanego Towaru, w tym w zakresie terminu ważności w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?



Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 74 - § 7 ust. 2 pkt 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „trzykrotnego naruszenia tego samego postanowienia Umowy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?

Odpowiedź: Nie

Uczestnik nr 6

Przedmiotu ZAMÓWIENIA – Załącznik nr 5 Część 4

Pytanie nr 75 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki czy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 76 - pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w pudełkach pakowanych po 100 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 77 - pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek 200 ul z EDTA, z pojedynczą ścianką, z kapilarą i znacznikiem poj., innego producenta niż firma Sarstedt?
Jeśli nie, czy Zamawiający wyłączy tę pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78 - pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek 200-250 ul z pojedynczą ścianką, spełniających pozostałe wymagania?
Jeśli nie, czy Zamawiający wyłączy tę pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane probówki.

Pytanie nr 79 - pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB na 150 ul?
Jeśli nie, czy Zamawiający wyłączy tę pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane probówki.

Pytanie nr 80 - pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy aktywowanych poprzez nacisk na opuszek palca?



Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, czy Zamawiający wyłączy tę pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 81 - pozycja 17 i 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 11 ml, spełniających pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 82 - pozycja 18

Czy Zamawiający ma na myśli płyty serologiczne 5 x 12 dołków?

Odpowiedź: Tak, płyty serologiczne 5x12 dołków.

Pytanie nr 83 - pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek o poj. 1 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 84 - pozycja 24

Czy Zamawiający oczekuje szpatulek sterylnych drewnianych, czy sterylnych patyczków do wymazów z wacikiem bawełnianym?

Odpowiedź: Sterylne patyczki do wymazów z wacikiem bawełnianym.

Pytanie nr 85 - pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści bagietki laboratoryjne o średnicy 4 mm i długości 125 mm wykonane z PP?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Przedmiotu ZAMÓWIENIA –Pakiet nr 6

Pytanie nr 86 - pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pipety zmiennopojemnościowe w zakresie od 1000 do 5000?

Odpowiedź: Tak

Wzoru umowy:

Pytanie nr 87 - Dot. par. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Tak



Pytanie nr 88 - Dot. par. 1

Prosimy o dopuszczenie dostarczania faktur w formacie PDF drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgoda

Pytanie nr 89 -Dot. par. 5 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % niezrealizowanej wartości zamówienia częściowego/części towaru wadliwego za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 182,5% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Nie

Uczestnik nr 7

Pytanie nr 90 -Część 4 - Drobny sprzęt i materiały jednorazowego użytku do laboratorium Poz. 18 - proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 4000 sztuk płyt (na każdej 12x5 dołków) czy 4000 sztuk dołków?

Odpowiedź: Płyta zawiera 12 x 5 dołków – 4000 szt. Płyt.

Uczestnik nr 8

Pytanie nr 91 -Część 5 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych?

Odpowiedź: Tak, jeśli spełniają warunki SWZ.

Pytanie nr 92 -Część 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi >99.9% a specyficzność 99.5 %?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 93 - Część 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 99.8% a specyficzność 100%?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 94 - Część 5 poz. 6: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jaką substancję powinien wykrywać test z poz. 6.

Odpowiedź: THC, amfetamina, barbiturany, benzodiazepiny, opiaty, cocaina, MDMA, Metadon, TCA, PCP

Pytanie nr 95 - Część 5 poz. 7: Czy w poz. 7 Zamawiający wymaga testu lateksowego czy kasetkowego?

Odpowiedź: kasetkowego

Pytanie nr 96 - Część 5 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 95,5% a swoistość >99,9%?

Odpowiedź: Tak jak w SWZ

Pytanie nr 97 - Część 5 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o wyższej czułości niż wymagana tj. 10 ng/ml?

Odpowiedź: Tak jak w SWZ

Pytanie nr 98 - Część 5 poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 97,8% a specyficzność 97,5%?

Odpowiedź: Tak jak w SWZ

Uczestnik nr 9

Pytanie nr 99 - dotyczy części nr 5, poz. 4 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości i swoistości =>99,9%?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 100 - dotyczy części nr 2, formularz asortymentowo - cenowy, parametry wymagane, pkt. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieloparametrowego systemu do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną?

Odpowiedź: Tak jak w SWZ

Uczestnik nr 10

Pytanie nr 101 - czy zapis w SWZ o treści „W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zainstalować i uruchomić analizator/analizatory wraz ze sprzętem towarzyszącym (klimatyzator, witrynę chłodniczą, chłodziarko – zamrażarkę, stół – jeżeli sprzęt wymaga postawienia na stole, rolety, statywy – jeżeli wymaga, komputer, drukarka i inne).” (SWZ, strona 3, rozdział 4, punkt 12) dotyczy również części 3?

W załączniku nr 5 do SWZ, w wymaganych parametrach widnieje informacja o sprzęcie w postaci skanera, kołyski, pipety oraz drukarki. Bardzo proszę o doprecyzowanie czy przytoczony wyżej zapis dotyczy wszystkich części postępowania.

Odpowiedź: Sprzęt ten dotyczy analizatora biochemicznego – immunochemicznego.



Zamawiający informuje iż zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 08/10/2024 r. godz. 10:00 na dzień 10/10/2024 r. godz. 10:00.
- otwarcia ofert, z dnia 08/10/2024 r. godz. 11:00 na dzień 10/10/2024 r. godz. 11:00.
- Związania ofertą z dnia 05/01/2025 r. na 07/01/2025 r.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytania do SWZ, zmodyfikowany SWZ, załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 2a (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym) zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.olmedica.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 28/PN/2024 z dnia 03/09/2024r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o.
mgr Katarzyna Mróz