

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w powyższym postępowaniu.

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy mycia posiadające substancję testową, naniesioną na dwóch stronach plastikowego podłoża, zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3

Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6 w zakresie tolerancji na zmienne krytyczne procesu (czas i temperaturę). Typy testów w tym 6, określony został w normie ISO 11140-1, dotyczącej wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO 11140-1).

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu j.w.

Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści testy po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 10, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick z przyrządem posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej i rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 15, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek . W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
lek. med. Lech Litwin (-)