

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 15/15PN/2019/11

Bytom dnia: 2019-06-24

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Pakiet nr 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem o długości 13,5cm.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pakiet nr 66**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z cewnikami o rozmiarze 6F oraz 10F

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający dopuszcza.***

**Pakiet nr 69**

W związku z tym, że cewnik Leader Flex nie występuje w długości 12cm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Leader Flex w rozmiarze 2FR o długości 6,8,10,15cm.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający dopuszcza.***

**Pakiet nr 74**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga woreczka izolacyjnego do zabezpieczenia noworodka o poniższej specyfikacji :

Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przezroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym (30cm/38cm), średnim (44cm/38cm) i dużym (50cm/38cm), +/- 10%.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający wymaga woreczka zgodnie z powyższą specyfikacją, nie wymaga ISO.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

