



Poznań dnia 12.05.2025 r.

Nr sprawy: ADZP-381-40/25

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa implantów"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy Części nr 7, poz. 29

Czy w Części nr 7, poz. 29 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: gwóźdź piszczelowy sterylny umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Ugięcie proksylane gwoździa 10,5 stopni. Promień ugięcia gwoździa 1m. Średnica proksymalna gwoździa 11,45mm dla gwoździa 8-11mm i 12mm dla gwoździa o średnicy 13mm. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego z fabrycznie wbudowanym polimerem zwiększającym stabilizację śrub blokujących. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździa: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Dotyczy Części nr 7, poz. 30:

Czy w Części nr 7, poz. 30 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Śruby ryglujące samogwintujące (w tym niskoprofilowe) pakowane sterylnie w tubach, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm (do blokowania dystalnego gwoździa o średnicy 8.0mm)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3: Dotyczy Części nr 7, poz. 31:

Czy w Części nr 7, poz. 31 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie w tubach, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: Dotyczy Części nr 7, poz. 32:

Czy w Części nr 7, poz. 32 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5: Dotyczy Części nr 7, poz. 33:

Czy w Części nr 7, poz. 33 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Zaśleпки kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6: Dotyczy Części nr 7, poz. 34:

Czy w Części nr 7, poz. 34 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Gwoźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy, sterylny. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu greater trochanter oraz Piriformis Fossa. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1m . Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwoźdź w rozmiarach od 280mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. dla gwoździ 9mm i 10mm, 300mm do 480mm ze skokiem co 20 mm dla gwoździ o średnicy 11mm, 12mm, 14mm. Średnica gwoździ: od 9mm 10mm, 11mm, 12mm, 14mm ?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7: Dotyczy Części nr 7, poz. 35: Czy w Części nr 7, poz. 35 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie w tubach, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8: Dotyczy Części nr 7, poz. 36: Czy w Części nr 7, poz. 36 w związku z wycofywaniem produktu z produkcji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach: Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu 6, Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważne tytanowa płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm oraz śruby korowe 3,5 mm. Ilość otworów: od 4 do 20 długości płyt od 58 mm do 266 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu 6, Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważne tytanowa płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm oraz śruby korowe 3,5 mm. Ilość otworów: od 4 do 20 długości płyt od 58 mm do 266 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11: Dotyczy Pakietu 6, Pozycja 3

Czy zamawiający dopuści jako równoważne tytanowa śruba blokująca \varnothing 4.0 mm, dł. 14-95 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 12: Dotyczy Pakietu 6, Pozycja 4

Czy zamawiający dopuści jako równoważne tytanowa śruba korowa \varnothing 3.5 mm, dł. 14-95 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu 6, Pozycja 5

Czy zamawiający dopuści jako równoważne tytanowa śruba gąbczasta \varnothing 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 14: Dotyczy Pakietu 6, Pozycja 6

Czy zamawiający wyłączy pozycję 6 tj. wkładkę z pakietu? W wyniku zakończenia produkcji produkt jest niedostępny a co za tym idzie nie możemy go zaoferować i dostarczyć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy pozycji, proszę wycenić po ostatniej cenie.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753
e-mail: karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl