

Giżycko dnia: 2023-01-23

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych"** – znak sprawy **PN/01/01/23**.

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW I

Pytanie nr 1

Pakiet I, poz. 1

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 2

Pakiet I, poz. 1

Ze względu na fakt, że normy EN ISO 374-5 i ASTM F 1671 są równoważne, prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza możliwość zaoferowania produktu zgodnego z albo jedną albo drugą normą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

ZESTAW II

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 1-3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) - wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje rękawic nadających się do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 1

Poz. 1

Ze względu na zapis o zabezpieczeniu opakowania rękawic przed kontaminacją, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy miał na myśli, aby opakowanie rękawic posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓŻNE ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE ZJAWISKO DEKONTAMINACJI ZE ŚRODOWISKA.

Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL $\leq 1,5$ -fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają posiadać otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓŻNE ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE ZJAWISKO DEKONTAMINACJI ZE ŚRODOWISKA.

Pytanie nr 4

Pakiet 2 poz. 1-4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowanie jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE NORMATYWNYCH (NORMY WYMIENIONE W SWZ) OZNAKOWAŃ NA OPAKOWANIU.

Pytanie nr 5

Pakiet 2 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA LECZ NIE WYMAGA

Pytanie nr 6

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. Min. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DŁUGOŚĆ RĘKAWIC W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU KTÓRA W PEŁNI ZAKRYWA MANKIET FARTUCHA I ZAPEWNIĄ BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS ZABIEGU CHIRURGICZNEGO.

Pytanie nr 7

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein tj. <10 ug/g rękawicy, był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 8

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający miał na myśli, aby wymagana warstwa wewnętrzna rękawicy była z wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci, tak jak jest w rękawicach obecnie stosowanych, co ułatwia zakładanie rękawic, a także ogranicza przenikanie protein lateksowych na skórę personelu medycznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: DOPUSZCZA LECZ NIE WYMAGA

Pytanie nr 9

Pakiet 2 Poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic do systemu podwójnego o długości min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DŁUGOŚĆ RĘKAWIC W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU KTÓRA W PEŁNI ZAKRYWA MANKIET FARTUCHA I ZAPEWNIĄ BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

Pytanie nr 10

Pakiet 2 Poz. 3

Czy rękawice mają być z anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, tak jak obecnie stosowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 11

Pakiet 2 Poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy mankiet w rękawicy ma być rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, co zapobiega zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA LECZ NIE WYMAGA