

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 05.02.2025 r.

PN – 75/24/2/2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-75/24/2 Dostawa opatrunków

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
udzielamy *wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.*

Treść pytań:

Pytanie nr 1:

DOTYCZY PAKIETU Pakiet 26 poz. 2:

Czy w związku z wycofaniem rozmiaru 17,5x17,5 z produkcji, Zamawiający dopuszcza rozmiar 15x15?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Zadanie 3, pozycja 2

Bardzo prosimy o wyodrębnienie pozycji 2 z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Zadanie 15, pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu gramatur, oraz samoprzylepnych etykiet, które jest dostępna tylko dla jednej firmy konkurencyjnej. Naszym zdaniem, wprowadzenie tego wymogu w aktualnym kształcie znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa innych potencjalnych wykonawców w postępowaniu, co może prowadzić do naruszenia zasad równości i uczciwej konkurencji, a także skutkować nierównymi szansami dla wszystkich zainteresowanych stron. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek zapewnienia równego traktowania wykonawców oraz zakazu dyskryminacji i faworyzowania jakiegokolwiek wykonawcy, co w naszej opinii nie zostało spełnione w przypadku dodania wspomnianej pozycji do pakietu.

W związku z powyższym, prosimy o ponowne rozważenie tej kwestii, a także wprowadzenie ewentualnych zmian, które umożliwią szerszemu kręgowi wykonawców udział w postępowaniu przetargowym, zapewniając tym samym zachowanie zasad równości i konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pakowanie a'3 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Zadania 20, pozycja 1-3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu gramatur, która jest dostępna tylko dla jednej firmy konkurencyjnej. Naszym zdaniem, wprowadzenie tego wymogu w aktualnym kształcie znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa innych potencjalnych wykonawców w postępowaniu, co może prowadzić do naruszenia zasad równości i uczciwej konkurencji, a także skutkować nierównymi szansami dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek zapewnienia równego traktowania wykonawców oraz zakazu dyskryminacji i faworyzowania jakiegokolwiek wykonawcy, co w naszej opinii nie zostało spełnione w przypadku dodania wspomnianej pozycji do pakietu.

W związku z powyższym, prosimy o ponowne rozważenie tej kwestii, a także wprowadzenie ewentualnych zmian, które umożliwią szerszemu kręgowi wykonawców udział w postępowaniu przetargowym, zapewniając tym samym zachowanie zasad równości i konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7:

DOTYCZY ZAPISÓW SWZ- WADIUM:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8:

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY:

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiąganę przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9:

Pakiety nr 15, 16, 17, 18, 19:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów jałowych sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne w klasie IIA reguła 7?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 16

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, pakowanych a' 5 sztuk – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11:

Pakiet nr 23

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania opatrunków pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 36

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opaski gipsowej zgodnej z opisem, ale w opakowaniach a' 2 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13:

WZÓR UMOWY:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1 a) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14:

Pakiet 1 poz. 1– Czy Zamawiający wymaga aby opaska o szerokości 15cm posiadała dwie zapinki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby opaska o szerokości 15 cm posiadała dwie zapinki.

Pytanie nr 15:

Pakiet 13 poz. 1-3– Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16:

Pakiet 13 poz. 2-3– Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną jałową o długości 4-5m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści opaskę elastyczną jałową o długości 4-5 m.

Pytanie nr 17:

Pakiet 15 poz. 1– Czy Zamawiający dopuści kompresy z etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającymi: nr katalogowy, Lot, datę ważności, oznaczenie producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18:

Pakiet 23 poz. 1– Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie nr 19:

Pakiet 32 poz. 1– Czy Zamawiający dopuści opatrunek poiniekcyjny włókninowy spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści opatrunek poiniekcyjny włókninowy spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Pytanie nr 20:

Pakiet 36 poz. 1– Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o długości 3 metrów z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 6 ust. 1 lit. b) poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia:

„b) w przypadku nieterminowej realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień w trybie „na ratunek życia” 2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki.”

W ocenie Wykonawcy naliczanie kar umownych za każdą godzinę zwłoki prowadzi do zastrzeżenia kar rażąco zawyżonych i nieproporcjonalnych do wymiaru szkody. W szczególności nieuzasadnionym jest naliczanie kar za każdą godzinę zwłoki w sytuacji, gdy Zamawiający nie akceptuje dostaw 24/7, a wyłącznie – zgodnie z treścią projektu umowy - „od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30–19:00, a w soboty 7:30-15:00. Kara umowna powinna być adekwatna do wymiaru szkody i naruszenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22:

Zadanie 3 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT, co zostanie potwierdzone deklaracją zgodności załączoną do oferty?

Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2 Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974), a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zadaniu 3 poz. 1 produkt był wyrobem medycznym.

Pytanie nr 23:

Zadanie 9 poz. 1: czy Zamawiający wymaga podkładów jałowych o chłonności min. 1400 g wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 24:

Zadanie 10 poz. 1: czy Zamawiający wymaga podkładów o chłonności min. 1400 g wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podkładów jałowych, Zamawiający wymaga podkładów higienicznych.

Pytanie nr 25:

Zadanie 15, 16, 17, 18, 19: Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie kompresów typu papier-folia posiadało wskaźnik sterylizacji z informacją o metodzie sterylizacji oraz kolorze wskaźnika po sterylizacji ?

Kompresy jałowe są poddawane sterylizacji i ich opakowania muszą posiadać informację potwierdzającą prawidłową sterylizację. Na rynku są produkty które nie posiadają informacji o metodzie sterylizacji oraz kolorze wskaźnika po sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 26:

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 5 ust. 1 pkt b) wzoru umowy na 0,3% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1 pkt b)?"

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel

