

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 32

Pakietu nr 43, 86, 96, 100 przedmiotowego zamówienia :

Pakiet Nr 43 Pytanie nr 1 do pozycji nr 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrody neutralne dzielone z symetrycznymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz dodatkową odseparowaną elektrycznie od połówek powierzchnią 23cm² zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu na połówkach elektrody, Podane elektrody są dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. (w 1 opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5szt.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 do pozycji nr 3 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do postępowania pęsetę bipolarną (szczypce bipolarne) prostą o długości 225 mm, końcówki o szerokości 2 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 do pozycji nr 4 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli kabel do instrumentów endoskopowych średnica 3 mm czy kabel do instrumentów laparoskopowych średnica 4 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Instrumentów laparoskopowych średnica 4mm.

Pytanie nr 4 do pozycji nr 6 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrod z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pytanie nr 5 do pozycji nr 6 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrodę kulkową o średnicy 5 mm i długości 4 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet Nr 86 Pytanie nr 6 do pozycji nr 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrody neutralne dzielone z symetrycznymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz dodatkową odseparowaną elektrycznie od połówek powierzchnią 23cm² zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu na połówkach elektrody, Podane elektrody są dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. (w 1 opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5szt.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7 do pozycji nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli do bipolarnego zamykania naczyń BiClamp **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli BiClamp.**

Pytanie nr 8 do pozycji nr 6 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, z końcówkami okienkowymi radełkowanymi ? czy końcówkami Maryland radełkowanymi ? , czy płaszcz o 5 mm, długość 340 mm do instrumentu do zamykania naczyń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp

Pytanie nr 9 do pozycji nr 7 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Elektroda igłowa, prosta, o 0,8 x 22 mm, długość 40 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli elektrodę igłową, prosta, o 0,8 x 22 mm, długość 40 mm, średnica trzpienia 4mm.

Pytanie nr 10 do pozycji nr 10 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do postępowania pęsetę bipolarną (szczypce bipolarnie) prostą o długości 225 mm, końcówki o szerokości 2 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 do pozycji nr 11 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do postępowania Kleszczyki laparoskopowe okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz o 5 mm, długość 340 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 do pozycji nr 13 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli do bipolarnego zamykania naczyń BiClamp **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli BiClamp.**

Pakiet Nr 96 Pytanie nr 13 do pozycji nr 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrody neutralne dzielone z symetrycznymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz dodatkową odseparowaną elektrycznie od połówek powierzchnią 23cm² zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu na połówkach elektrody, Podane elektrody są dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. (w 1 opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5szt.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14 do pozycji nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli do bipolarnego zamykania naczyń BiClamp

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli BiClamp.

Pytanie nr 15 do pozycji nr 7 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Elektroda igłowa, prosta, o 0,8 x 22 mm, długość 40 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli elektrodę igłową, prosta, o 0,8 x 22 mm, długość 40 mm, średnica trzpienia 4mm.

Pytanie nr 16 do pozycji 8 Czy zamawiający dopuści do postępowania instrument do zamykania naczyń umożliwiający preparację, koagulację i przecinanie z ręki do laparoskopii o innej nazwie niż wskazana ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17 do pozycji nr 9 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do postępowania pęsetę bipolarną (szczypce bipolarnie) prostą o długości 225 mm, końcówki o szerokości 2 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 do pozycji nr 10 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do postępowania Kleszczyki laparoskopowe okienkowe, lub Maryland , okładki radełkowane, płaszcz o 5 mm, długość 340 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 do pozycji nr 11 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pytanie nr 20 do pozycji nr 12 Prosimy o wyłączenie pozycji nr 12 z pakietu 96 ze względu na fakt iż podane wyposażenie przestało być produkowane i jest zastąpione wyposażeniem jednorazowym pakowanym po 5 szt. , ewentualnie prosimy o określenie czy zamawiający miał na myśli aplikatory (uchwyty) argonowe z wbudowanym kablem przyłączeniowym oraz filtrem, uchwyty posiadają zintegrowany aplikator z wysuwaną elektrodą szpatułkową do laparotomii dł. 35mm lub 100mm oraz do laparoskopii ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający wydzieli.

prosimy o określenie wymaganych Pytanie nr 21 do pozycji nr 14 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pytanie nr 22 do pozycji nr 15 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pakiet Nr 100 Pytanie nr 23 do pozycji nr 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pytanie nr 24 do pozycji nr 2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pytanie nr 25 do pozycji nr 3 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrody z trzpieniem o średnicy 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4mm.

Pytanie nr 26 do pozycji nr 3 Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Elektroda igłowa, prosta, o 0,8 x 22 mm, długość 40 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli elektrodę igłową, prosta, o 0,8 x 22 mm, długość 40 mm, średnica trzpienia 4mm.

Pytanie nr 27 do pozycji nr 4 Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę nożową, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr do 28 pozycji nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe uchwyty monopolarne z przyciskami oraz elektrodą szpatułkową ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

długość kabla 3m Pytanie nr 29 do pozycji nr 6 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrody neutralne dzielone z symetrycznymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz dodatkową odseparowaną elektrycznie od połówek powierzchnią 23cm² zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu na połówkach elektrody, Podane elektrody są dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. (w 1

opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5szt.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 30 do Pakietu nr 43,86,96,100 - Gwarancja Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 43, 86, 96,100 wyposażenie wielorazowe, na które producent udziela 12mc gwarancji w zakresie wad ukrytych? Opisane w powyższych pakietach narzędzia wielorazowe są wyposażeniem zużywalnym, które w naturalny sposób ulegają wyeksploatowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

