

Bytom dnia: 2024-02-12

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach;

Micro – poniżej 26 cm, Small – 26- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm

do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, zamawiający

wymaga okularów zapewniających całkowitą ochronę przed światłem wykorzystywanym w fototerapii.

Pytanie nr 3 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularków na przenikanie fal świetlnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 10

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga aby okulary składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV był wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, zamawiający nie wymaga.

Zamawiający