

**Sekcja Zamówień Publicznych
oś. Na Skarpie 66
31-913 Kraków**

Pismo: ZP.271- 341.30/2019

Kraków dnia: 2019-10-01

**O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Łóżko rehabilitacyjne proste - 6szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne proste ze szczytami z rur stalowych malowanych farbą poliestrowo-epoksydową (proszkową)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wybór koloru wypełnienia szczytów HPL z palety minimum 6 kolorów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne wyposażone w poręcze boczne malowane farbą poliestrowo-epoksydową (proszkową) malowane w kolorze dopasowanym do ramy leża łóżka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie czy każde z łóżek rehabilitacyjnych prostych ma być wyposażone w komplet barierek?

Odpowiedź: Tak, każde

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne - 6szt.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości leża 860mm +/- 10mm przy szerokości całkowitej łóżka 990mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne elektryczne bez funkcji autoregresji?

Odpowiedź: Nie

Szafka przyłóżkowa - 16szt.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści wybór koloru blatu HPL z palety minimum 6 kolorów?

Odpowiedź: Tak

GRUPA 1 - lampa bezcieniowa 1 sztuka

Pytanie 8. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą o średnicy 21,5 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED - 15 (5 modułów po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej

Odpowiedź: Tak

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED - 12 (diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania czaszą.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z kablem zasilającym o długości ok. 4 metrów?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze statywem bez uchwytu do zawieszenia kabla zasilającego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie 118,5 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych, co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4500K (+/- 100K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 diod LED?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o natężeniu światła E_c lampy na poziomie 70 000 lux?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w ośmiu krokach w zakresie od 10 do 100% za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z włączaniem/wyłączaniem oraz regulacją natężenia światła za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową bez wskaźnika diodowego ustawionego poziomemu natężenia światła?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada dodatkowych uchwytów bocznych rozmieszczonych na obwodzie kopuły, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada bardzo kompaktowy kształt, a jej grubość (<8cm) pozwala na pewny chwyt na całym obwodzie czaszy.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26. Grupa 6 – Wózek inwalidzki - 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka inwalidzkiego o poniższych parametrach:



Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej z możliwością szybkiego demontażu kół – szybkozłącze, składany krzyżakowo. Posiada regulowane na wysokość, unoszone oraz wyjmowane podłokietniki, a także odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość siedziska	40, 44, 48 cm
Głębokość siedziska	41 cm
Wysokość oparcia	43 cm
Szerokość całkowita wózka	61,5; 65,5; 69,5 cm;
Wysokość siedziska nad podłogę	50 cm
Odległość od siedziska do stopki podnóżka	34-48 cm
Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	21,6 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wielkość kół przednich	200 x 37 mm lane
Wielkość kół tylnych	24 x 1 3/8 lane - bezobsługowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania wózka o poniższych parametrach:

Szerokość siedziska	48 cm
Głębokość siedziska	41 cm
Wysokość oparcia	43 cm
Szerokość całkowita wózka	69,5 cm;
Wysokość siedziska nad podłogę	50 cm
Odległość od siedziska do stopki podnóżka	34-48 cm
Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	21,6 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wielkość kół przednich	200 x 37 mm lane
Wielkość kół tylnych	24 x 1 3/8 lane - bezobsługowe

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o szer. całkowitej 67 cm, wyposażony w podłokietniki krótkie o dł. 24 cm i szer. 4 cm?

Odpowiedź: Tak

Wózek do przewożenia chorych - szt. 1

Pytanie 28. *dotyczy punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o szerokości całkowitej wraz kółkami odbojowymi równej 860 mm (szerokość mierzona pomiędzy zewnętrznymi krawędziami barierki wynosi 750 mm ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 29. *dotyczy punktu 6,7, oraz 8 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją hydrauliczną pozycji Trendelenburga 12° oraz anty-Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 30. *dotyczy punktu 9 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją hydrauliczną pozycji Trendelenburga 12° oraz anty-Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 31. *dotyczy punktu 9 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych, którego przeziernie dla promieni RTG leże wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa HPL ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 32. *dotyczy punktu 10 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych, którego przeziernie na całej długości wózka dla promieni RTG leże wyposażone jest w prowadnicę na kasetę RTG jedynie w segmencie pleców ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 33. *dotyczy punktu 13 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w aluminiowe barierki boczne?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 34. *dotyczy punktu 13 opisu przedmiotu zamówienia*

Czy Zamawiający w rozumieniu koszt na ubranie pacjenta dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w miejsce-półkę na rzeczy pacjenta zlokalizowane w tworzywowej ochronie podstawy wózka ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy wózka do 30 listopada 2019?

Odpowiedź: Nie

Pytania dotyczą: Grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych – 6 sztuk

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen z pokrywką oraz zamiennie trzy kaczki? Stelaż do mycia naczyń dostarczany wraz z urządzeniem

Odpowiedź: Tak

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści możliwość mycia basenów podłużnych (51,5 cm) z długą rączką oraz misek do mycia pacjentów o średnicy min. 36 cm - naczynia dostępne na polskim rynku

Uzasadnienie: najbardziej powszechnym na polskim rynku jest biały basen firmy ka-med. o długości 51,5 cm



Odpowiedź: Tak

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuści drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne (z wyjątkiem zewnętrznego panelu sterowania), ramę oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI lepszej gatunkowo (AISI 316L).?

FD1810



Odpowiedź: Tak

Pytanie 39. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach mniejszych niż wymagane i wynoszących: szerokość 450mm, głębokość w podstawie 500mm oraz wysokość 1320 mm?

Uzasadnienie:

Zaoferowane urządzenie posiada wymaganą przez Zamawiającego pojemność komory, przy jednoczesnym ograniczeniu wymiarów zewnętrznych, co jest rozwiązaniem korzystniejszym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 40. Czy Zamawiający dopuści minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: szerokość: 410 mm, wysokość: 565 mm?

Uzasadnienie: wymiar komory dopasowany jest do spełnienia standardowego, wymaganego przez Zamawiającego załadunku

Odpowiedź: Nie

Pytanie 41. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z systemem myjącym składającym się z 11 dysz o różnej intensywności, w tym dwóch dysz obrotowych i dziewięciu stałych

zapewniających dużą efektywność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej, a tym samym prawidłowy przebieg procesu ?

Uzasadnienie:

Różni producenci w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe.

Konstrukcja oferowanych przez nas urządzeń gwarantuje poprawną i skuteczną pracę potwierdzoną wymaganymi certyfikatami, w tym PN-EN 15883.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 42. Czy Zamawiający dopuści minimalną moc wodnej pompy myjącej 0,75 kW i wydajność minimum 85 l/min.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 43. Czy Zamawiający dopuści moc znamionową maksymalnie 3,5 kW.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 44. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zgodne z normą PN EN ISO 15883-3 gdzie po okresie 72 godzin bezczynności urządzenia wyświetla się ostrzeżenie o braku aktywności i potrzebie uruchomienia cyklu przy pustym załadunku?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 45. Czy Zamawiający dopuści Panel sterujący z funkcjonalnymi i łatwymi do używania przyciskami membranowymi.? Możliwość obsługi myjni w rękawiczkach medycznych.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 46. Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji dezynfekcji termicznej w zakresie A0 60 – 600, zgodnej z obowiązującą normą PN EN ISO 15883-3?

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującą normą PN EN ISO 15883-3, której pkt. nr 4.5.1 określa: „Dezynfekcja termiczna powinna być uważana za osiągniętą, jeżeli wszystkie powierzchnie, które miały być zdezynfekowane, zostały poddane procesowi zapewniającemu A0 o wartości co najmniej 60”.

Zakres A0 do 3000 nie ma więc w przypadku tego typu myjni uzasadnienia formalno – prawnego ani też merytorycznego. Powoduje jedynie zwiększone zużycie energii podczas procesu oraz wydłużenie czasu trwania procesu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 47. Czy Zamawiający dopuści schładzanie i suszenie naczyń sanitarnych wymuszonym powietrzem za pomocą wentylatora z filtrem H13?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 48. Czy Zamawiający dopuści system suszenia wsadu strumieniem powietrza wyposażony w kondensator oparów i filtr HEPA klasy H13?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 49. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH lub poprzez podłączenie myjni-dezynfektor do sieci internetowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 50. Czy Zamawiający dopuści czujnik wycieku sygnalizujący niedrożność odpływu kanalizacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania czujnika drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja drożności i zatrzymania pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego).

Grupa 5

Pytanie 51. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) o wymiarach zewnętrznych 80 x 167 cm oraz leżem o wymiarach 69 x 135 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 52. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) jednosegmentowe, bez wyodrębnionego segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 53. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 75-91 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 54. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) o wysokości całkowitej 170,1 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 55. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) ze szczytami bez wstawki z płyty hpl?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 56. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z Trendelenburgiem 7° i anty-Trendelenburgiem 7°?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 57. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z regulacją wysokości barierek bocznych w zakresie 105-155,5 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 58. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z kołami o średnicy 100 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 59. Czy Zamawiający wymaga, aby łóżka rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) ze względu na bezpieczeństwo dzieci były malowane farbami atestowanymi, które przeszły pozytywnie test na "symulant śliny"?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 60. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) o szerokości całkowitej 92,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 61. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) z leżem o szerokości 80 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 62. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) wykonany z profili stalowych 4 x 3 cm, co nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 63. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) dwusegmentowe, z czego tylko segment oparcia pleców regulowany?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 64. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) z wypełnieniem szczytów nieodejmowanym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 65. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) z poręczami bocznymi stalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 66. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 67. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami tworzywowymi z polipropylenu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 68. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 69. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 70. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej hpl?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 71. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o głębokości 46 cm (wraz z uchwytem do otwierania szuflady i drzwiczek)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 72. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez wyjmowanej półki wewnątrz w zamykanej komorze?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 73. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 74. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE? Zgodnie z prawem znak CE wymagany jest na produkcie, a nie na dokumencie.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 75. Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Grupa 4- Wózek do przewożenia chorych- 1 szt.

Pytanie 76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej wynoszącej 800 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o regulacji pozycji Trendelenburga wynoszącej 18 ° oraz anty-Trendelenburga wynoszącej 10° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 79. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 2**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość załadunku na jeden cykl 1 basen z pokrywą + 1 kaczką oraz zamiennie 3 kaczki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 80. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 6**
Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, bardziej higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 81. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 10**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wys. 1630 x szer. 545 x gł. 475mm nieznacznie różniących się o wymaganych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 82. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 10**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory szer. 450mm x wys. 580mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 83. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 15, 16, 17, 36**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, 50Hz, o mocy całkowitej 5,05kW, mocy pompy myjącej 730W i wydajności 250l/min, mocy wytwornicy pary 4,3? Są to parametry zwiększające wydajność urządzenia.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 84. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 24, 25**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem tekstowym, z panelem sterującym z przyciskami membranowymi?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 85. – **dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 28**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie 60 do 3000?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 86. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 31

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 87. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 14, 22, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od pkt. 14, 22, 30 parametrów wymaganych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 88. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu < 70dB?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 89. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapamiętania raportu z 800 ostatnich cykli mycia?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 90. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało drzwi komory otwierane automatycznie przy pomocy przycisku nożnego i były zamykane ręcznie? Jest to parametr gwarantujący komfort oraz wygodę użytkowania.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 91. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia wyposażona była w system min. 13 dysz myjących (w tym min. 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 92. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 93. – dotyczy grupa 2 – myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika, a jego wymiana mogła zostać przeprowadzona bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nw. punktach, które otrzymują brzmienie:

- 16.1 i 16.3, który otrzymuje brzmienie:
16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66. do dnia 2019-10-07 do godz. 10:00.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.
16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-07 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Budynek Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w pok. nr 1.8.
- 8/8.5/3)/1, który otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.)

Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz