

Numer postępowania: **ZP-271-53/24**

Kraków, dnia 28.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytania od nr 1 do 5 dotyczą Części nr 4 - Videolaryngoskop

Pytanie nr 1

PKT. 8 Czy Zamawiający dopuści Videolaryngoskop którego kąt widzenia kamery wynosi 66 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacji ulega załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 2

PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści Videolaryngoskop którego natężenie światła wynosi $\geq 800lx$ Z uwaga na bardzo mały obszar roboczy, jest to wartość zupełnie wystarczająca.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w port micro USB z możliwością transportu zdjęć i filmów zapisanych w pamięci bez portu HDMI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

PKT. 18 Czy Zamawiający dopuści Videolaryngoskop dedykowany do współpracy wyłącznie z łyżkami jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

PKT. 22 Czy Zamawiający dopuści aparat bez przewodniczy do rurek intubacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.