

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Nisku

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.006.Zp.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 18 poz. 1 Kateterów HSG o długości 400 mm, średnica 7F

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Pakiet 28, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69

mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodą i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 28 Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm², wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (**Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06**) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Projekt umowy

Dotyczy §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego paragrafu sformułowania, iż „**Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto**”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Przedmiot Zamówienia (Pakiet nr 26)

Dotyczy poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy nożykowych automatycznych o głębokości nacięcia 2,2mm aktywowanych naciskiem od góry osoby pobierającej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

Dotyczy poz. 27

Czy Zamawiający dopuści stazy nieautoklawowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Jeżeli nie, to czy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu Nr 7 , Pozycji nr 44 zawierającej Testy Ureazowe do osobnego Pakietu, podobnie jak to uczynił to

z innymi produktami np. w Pakiecie Nr 25 (pojedyncza pozycja) ?

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym IVD, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie[pampersy, kaczki, żele itp]. W dostawie tych testów specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną in vitro, a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach.

Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroscopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy

ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów.

W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu Nr 7, Pozycji nr 44 [Testy Ureazowe] generuje jedynie dodatkowe zyski dla firm farmaceutycznych(hurtowni materiałów medycznych),zawyżając niepotrzebnie cenę dla posiadającego zawsze ograniczone środki Szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu 30 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy §4 ust. 1 i 4 wzoru umowa (załącznik nr 8 do SWZ)

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień i zgłaszania reklamacji poprzez faks?

W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowa (załącznik nr 8 do SWZ)

Z związku z tym, że Zamawiający nie podał wymaganego terminu płatności, zwracamy się prośbą o wyrażenie zgody na termin płatności w ciągu 60 dni od dnia wystawienia faktury.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa termin płatności w ciągu 60 dni od dnia wystawienia faktury.

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania 36 poz. 1 – 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej:

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, mediana siły zrywu min. 6 N wg EN 455 - potwierdzone wynikami z badań producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 15 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone wynikami z badań z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej – testem migracji globalnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem

metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiar S – M – L (zgodnie z pozycjami w pakiecie) kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie w rozmiarze 12.1x12.1x16.5 cm - kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 200 szt. jednocześnie prosimy odstąpienie od wymogu: „Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania 36 poz. 1 – 3

W powyższym zadaniu Zamawiający wymaga podania ceny za jednostkę miary jaką jest sztuka. Zaoferowanie ceny za jedną sztukę rękawic diagnostycznych z powodu jej konfekcjonowania może doprowadzić do sytuacji w której Oferent będzie zmuszony do zawyżenia ceny oferty z powodu braku możliwości wyrażenia jej o dwóch miejsc po przecinku. Może to doprowadzić również do sytuacji w której kilku Oferentów zaoferuje taką samą cenę. Dlatego też: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe a'200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ jednakże Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych.

Pytanie nr 15

Pakiet 3, poz. 4-5 Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Pakiet 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie nr 21

Czy zamawiający dopuści IS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Pakiet 4, poz. 1-2,9

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Pakiet 4, poz. 1-2

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pakiet 4, poz. 9

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski lub granatowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści 35 g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Pakiet 5, poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Pakiet 5, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Pakiet 5, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza gramaturę minimum 20 g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Pakiet 5, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32

Pakiet 5, poz. 12

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35

Czy dopuści perforację co 38 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37

Pakiet 5, ppoz. 15

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38

Pakiet 5, poz. 3-5,7,9,11

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-5,7,9,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39

Pakiet 7, poz. 9-16,19-21,39-49

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-16,19-21,39-49 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to

umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40

Pakiet 7, poz. 9-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41

Pakiet 7, poz. 47,49,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42

Pakiet 7, poz. 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43

Pakiet 8, poz. 13

Czy zamawiający wydzieli poz. 13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami

SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45

Czy zamawiający wymaga koreczka typu Combi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Pakiet 37, poz. 3

Czy zamawiający wydzielił poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Pakiet 37, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemność 200 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie SWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemność 400 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemność 200 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemność 400 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści butelkę bez zaczepów umożliwiającą mocowanie do opatrunku lub odzieży pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 48 mm x 36 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelą półpłynnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Pakiet nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Pakiet nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przeźroczyste kieliszki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet nr 7 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- Jednoczęściowe
- Zbliżone kształtem do litery T
- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy
- wygodne zapięcia na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru • rozmiary S – do 31 cm, M – do 35 cm, L – do 40 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 7 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- dwuczęściowe
- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy

- wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru rozmiary S – do 26 cm, M – do 30 cm, L – do 37 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 7 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 60 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 7 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami niewyposażony w skrzydełka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 7 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 7 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 7 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści żel 250 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 7 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści żel 500 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74

Pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75

Pakiet nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z koniuszkiem nieposiadającym zabezpieczenia, informacja dotycząca wagi pacjenta umieszczona na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, dostępna w rozmiarach 1-5?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym, ergonomicznie ukształtowana rurka dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwia szybkie i skuteczne zakładanie maski u pacjenta, dzięki, możliwości opróżnienia mankieta z powietrza maska jest komfortowa przy wyjmowaniu u pacjentów nieświadomych, wyposażona w 3 kanały: kanał gastryczny, kanał do intubacji rurką intubacyjną oraz kanał drenu do napełniania mankieta maski, zakończony kontrolnym pilotem barwnym, barwa pilota odpowiada kolorom na strzykawce do napełniania mankieta co znacznie przyspiesza proces dopasowania maski, rozmiary masek: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5, maski są sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i latexu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 2m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy, którego rury są wykonane z materiału PP oraz posiadającego standardowe złącza wykonane z materiału PP?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80

Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę rozciągliwą do 120 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy współdzielony (rura przedzielona niebieską membraną) o długości 1,83m, z dodatkową rurą rozciągliwą, o długości 120 cm, średnica rur 22mm, rury wykonane z PE, złącze 22mm/F, kolanko z portem Luer-Lock, sterylny, pozbawiony ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82

Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy współdzielony (rura przedzielona niebieską membraną) o długości 1,83m, z dodatkową rurą rozciągliwą, o długości 120 cm, średnica rur 22mm, rury wykonane z PE, złącze 22mm/F, kolanko z portem Luer-Lock, sterylny, pozbawiony ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83

Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr dołączony osobno?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84

Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

Pakiet nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści łącznik ze standardowymi, nieelastycznymi złączami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki z plastikową podstawą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mocowanie w postaci 2 kulek stabilizujących?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie nr 88

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści numer serii naniesiony na grzbiecie łyżki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie nr 89

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki bez nazwy lub logo producenta występującej bezpośrednio na łyżce, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie nr 90

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane w pojedyncze opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92

Pakiet nr 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z zielonym ringiem znajdującym się pod mocowaniem uchwytu z łyżką (zamiast czopu)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 93

Pakiet nr 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść plastikowo-metalową, gdzie część chwytana jest wykonana z plastiku w kolorze zielonym i posiada podłużne lub poprzeczne frezy zapewniające pewny chwyt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 94

Pakiet nr 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet nr 35 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności min. 1500 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

Pakiet nr 35 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności min. 1500ml (skalowanie co 25ml (od 25

do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml) z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97

Pakiet nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie kartonowe a'100 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

Pakiet nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz bez możliwości regulacji wklucia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 21G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'200 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101

Pakiet nr 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 4,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Pakiet nr 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zacisk rolkowy bez pochewki na igłę biorczą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103

Pakiet nr 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści brak nazwy producenta ba zacisku rolkowym? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104

Pakiet nr 3 pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne tylko z optycznym indykatozem pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105

Pakiet nr 3 pozycje 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106

Pakiet nr 3 pozycje 6

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji bezpiecznego wyposażonego w hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 107

Pakiet nr 3 pozycje 12

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego o czasie użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

Pakiet nr 5 pozycja 11, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109

Pakiet 7, poz. 2,

Czy Zamawiający dopuści butelki Redon owalne, harmonijkowe, skalowane jak na zdjęciu poniżej:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści butelki Redon skalowane co 50ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe z języczkiem o średnicy 43mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112

Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątną rozmiar 45 x 43 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113

Pakiet nr 7 pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści okularki o wymiarach:

ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY
S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114

Pakiet nr 7 pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu o długości drenu 180cm oraz komorą kroplową o długości 60mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115

Pakiet nr 7 pozycja 31

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z precyzyjnym regulatorem zakończonym koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 116

Pakiet nr 36 pozycja 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pojedynczą sztukę do 4 miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku. Podanie cen jednostkowych za 1 sztukę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zawyży wartość oferty ze szkodą dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117

Pakiet nr 37 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G – 1,8mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118

Pakiet nr 37 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządu z kolcem komory kroplowej ściętym czteropłaszczyznowo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w niebieską klapkę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

Do zadania 10 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce *Bacillus subtilis* (wymiały 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30L/min - 0.8cm H₂O, opór przepływu @60L/min - 2.0cm H₂O, przestrzeń martwa 42ml, waga 23g, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 124

Do zadania 10 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce *Bacillus subtilis* (wymiały 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H₂O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H₂O, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 125

Do zadania 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatraskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H₂O/L, zwrot wilgoci 26 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H₂O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126

Do zadania 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z celulozy, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatraskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,1 mg H₂O/L, zwrot wilgoci 26,1 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min 0,4 cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min 1,1 H₂O, przestrzeń martwa 19ml, waga 9g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127

Do zadania 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozm. 1-5, pozostałe parametry techniczne zachowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 128

Do zadania 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bezftalanową, bezlateksową, z możliwością stosowania w środowisku MRI, w rozm. 1-5, pozostałe parametry techniczne zachowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 129

Do zadania 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 1,6 m, średnica rur 22mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130

Do zadania 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, karbowany, dł. 1,6 m, średnica rur 22mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131

Do zadania 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obwód anestezjologiczny wykonany z rury karbowanej 22mm, rozciągliwej, dla dorosłych. Rozciągalny w zakresie 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy, z portem kapno, ze złączami pacjenta 22M/15F, dodatkowo łącznik prosty 22M22M/19F, 2l worek bez lateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejanu worka pod wpływem wilgoci, ramię dodatkowe 90-150cm, układ mikrobiologicznie czysty (oświadczenie producenta potwierdzające możliwość używania układu przez różnych pacjentów przy każdorazowej zmianie filtra pomiędzy pacjentami przez 48h)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132

Do zadania 11 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści układ współosiowy (typu rura w rurze 30mm i 18mm), dł. 1,6m, z gałęzią rozciągliwą do 50cm i ze złączami 22F, z kolankiem obrotowym 22M/15F na wydechu i kapturkiem zabezpieczającym, wejście wdechowe 22F z portem Luer Lock, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, opakowanie zawiera akcesoria: tester szczelności i adapter 22M/22M?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 133

Do zadania 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści układ współosiowy (typu rura w rurze 30mm), dł. 1,6, z gałęzią rozciągliwą 0,5m 22F, z kolankiem obrotowym 22M/15F, portem Luer Lock i kapturkiem zabezpieczającym, wejście wdechowe 22F, bezlateksowy worek 2L, linia kapno, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, opakowanie zawiera akcesoria: tester szczelności i adapter 22M/22M oraz filtr o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% jako komplet?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 134

Do zadania 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem podwójnie obrotowym, jednorazowego użytku, dł. rozciągalna 7-15 cm, z podwójnym portem: do odsysania 7,6 mm i bronchoskopii 9,5 mm, z podwójnym gumowym kapturkiem zatrzaskowym z uszczelnieniem, przestrzeń martwa 26-50 ml, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135

Do zadania 11 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem podwójnie obrotowym, jednorazowego użytku, dł. rozciągalna 7-15 cm, z podwójnym portem: do odsysania 7,6 mm i bronchoskopii 9,5 mm, z podwójnym gumowym kapturkiem zatrzaskowym z uszczelnieniem, przestrzeń martwa 26-50 ml, pakowany pojedynczo, sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136

Do zadania 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści układ pacjenta z generatorem do CPAP o dł. 1,6m, bez jonów srebra, z podgrzewanym odcinkiem wdechowym? Nadmieniamy, iż Zamawiający do tej pory z powodzeniem korzystał z takiego rozwiązania, co zapewniało prawidłową terapię pacjenta przy zachowaniu optymalnego kosztu zakupu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu i dopuści z części 18 poz. 1 Kateter

HSG do sonografii oraz histerosalpingografii

-cewnik z umieszczonym na końcu, nie zawierającym lateksu balonem uszczelniającym

- pojemność balonu 1,5-2,5 ml

- cewnik jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu

- pakowany pojedynczo, sterylnie zapakowany

- strzykawka do uszczelnienia balonu, dołączona do cewnika

- zawór lub zacisk regulujący przepływ jednostronny płynu przez rurkę

- dł. kateteru 250-300 mm, śr. katetera 7F

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu i dopuści z części 19 poz. 2 Ewakuator laparoskopowy, worek do wyciągania fragmentów tkanek metodą endoskopową, jednorazowy, sterylny, pojemność 200 ml, średnica otworu wejściowego 9,5 cm, stalowa nić, mocna torebka

Poz. 11 Woreczek laparoskopowy - uwalniany z prowadnicy, uchwyt na 2 palce, do trokara 10 mm - rozmiary 350 ml (długość 113mm, szerokość 99 mm).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu i dopuści z części 20 poz. 18 Sterylny woreczek ekstrakcyjny jednorazowego użytku - rozmiar 350 ml (rozmiar worka 99 x 113 mm) do wprowadzania przez trokar 10 mm, z prowadnicą, z uchwytem nożycowym na palce, mocowany zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, posiadający podwójne wzmocnione dno, Opakowanie zbiorcze á 5 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 140

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, żeby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT motion firmy ulrich, a ponadto aby nie spowodowały usterek w działu wstrzykiwacza, nie były powodem jego uszkodzenia oraz aby były zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 141

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ– Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 24.

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 142

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 24, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 143

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 24.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 144

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 24, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać

zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 145

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet 24, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wężyk do pompy strzykawki automatycznej XD 8151, ponieważ produkcja wężyka pompy XD 8003 jest wygaszana przez producenta ulrich GmbH Co. & KG. Wężyk pompy XD 8151 powstał, aby ułatwić pracę Użytkownikowi i uczynić go bardziej przyjaznym w oparciu o nowocześniejsze i korzystniejsze rozwiązania technologiczne i jakościowe. Jednocześnie informujemy, że wężyk pompy XD 8151 jest kompatybilny z wstrzykiwaczem ulrich CT Motion oraz został zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza ulrich GmbH&Co.KG.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 146

Dotyczy: Załącznik nr 8, Projektowe postanowienia umowy, kapitał zakładowy
W związku z tym, że w spółce komandytowej nie występuje pojęcie kapitału zakładowego prosimy Zamawiającego o zgodę na nie uzupełnianie tego zapisu w przypadku podpisania umowy przez spółkę komandytową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 147

Dotyczy: Załącznik nr 8, Projektowe postanowienia umowy, § 4, ust. 4
„Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Sprzedającego do dostawy)Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie, mailowo lub faksem w terminie 2 dni od daty dostawy.” Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna fakturę dołączoną do dostawy jako specyfikację ilościowo-asortymentową. Na fakturze Zamawiający znajdzie następujące informacje: nazwa produktu, numer partii (LOT), data ważności, ilość, numer umowy oraz numer zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 148

Dotyczy: Załącznik nr 8, Projektowe postanowienia umowy, § 5
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej

naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 149

Dotyczy: Załącznik nr 8, Projektowe postanowienia umowy, § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

1. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Pierwsza waloryzacja dokonywana zostanie nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z ostatniej waloryzacji nie więcej niż o 1,5 % nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia umownego.

3. Waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony.

4. W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone w § 2 ust.1 umowy. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego Wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.

5. Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 10 % wynagrodzenia umownego.

6. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 150

Pakiet 14, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego, niskociśnieniowego zestaw do drenażu pooperacyjnego składającego się z polietylenowego mieszka o poj. 220 ml z własnym systemem podwieszania, z 2 zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 115 mmHg, z drenu łączącego z klamrą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego; z wymiennego worka na drenaż wolnego od PVC o poj. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym; z drenu pooperacyjnego typu Redon, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru. Zestaw pakowany podwójnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z następujących tytułów i w następującej wysokości:

c) 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy określonej w §2 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku
Paweł Tofil**

/podpisano elektronicznie/