

Suwałki, dnia 23/05/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.177/28/PN/WU/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 28/PN/WU/2025**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 tj.)– dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 8 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 do umowy depozytu § 1 pkt. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie ilości sztuk depozytu, po uprzednim uzgodnieniu ich z wykonawcą, pakietu 13 pozycji 1, 44-47, 69-72, 88-92, 97-102 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 3

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ:

Pytanie 1

Prosimy o usunięcie zapisu dot. wymogu wadium w rozdziale 13 pkt. 5 z uwagi na to, iż w rozdziale 23 Zamawiający sprecyzował, iż nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis i jednocześnie doprecyzowuje iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Część 1

Pytanie 2

Czy Zamawiający w poz. nr 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu prowadzącego w zakresie dl. 500-1000mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w poz. nr 54 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki stalowej lukowej do miednicy o rozmiarze R 100 zamiast R 88?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w poz. nr 78 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu Kirschnera gwintowanego o dl. 150mm i 200mm zamiast zakresu dl. 150-210mm?

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w zapisie pod pakietem pkt. 3 (wymagania dodatkowe) wyrazi zgodę na dostarczanie elementów blokujących do gwoździ śródszpikowych i płyt blokowanych oraz śrub do DHS/DCS w wersji niesterylnej na statywach w kontenerach do sterylizacji zamiast wersji sterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy zał. nr 2 i 2b:

Pytanie 6

Czy Zamawiający § 2 w celu realizacji podpisanej umowy dopuści i uwzględni w umowie kanał komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przysyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych? Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny reklamowanego towaru

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 2 i 3, oraz §6 ust. 4 że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie §4 ust. 2 i 3 i §6 ust. 4.

Pytanie 9

Umowa depozytu zał. nr 2b-Czy Zamawiający w §2 ust. 6 umowy depozytu odstąpi od wymogu podawania dat ważności dla wyrobów dla których nie został postawiony wymóg sterylności? Wyroby niesterylne nie mają podawanych dat ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 7, 8, 9, 12 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ barwionych na jeden kolor a dla ułatwienia identyfikacji trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego wkrętami Ø 4,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa do kości przedramienia i strzałkowej w wersji bez kompresji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ o średnicach Ø 2,7/2,0; 2,7; 3,5; 4,5 i 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących doszyjkowych Ø 6,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania śrub zaślepiających lub kompresyjnych w rozmiarach zapewniających kompatybilność z zaoferowanymi gwoździami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 17** dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej w rozmiarach zapewniających kompatybilność z gwoździem elastycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 24, 39, 45** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 25, 40** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających otwory blokująco-kompresyjne z gwintem stożkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 29** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających w części nasadowej otwory blokowane z gwintem stożkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających w części trzonowej od 4 do 8 otworów blokująco-kompresyjnych z gwintem stożkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 34** dopuści możliwość zaoferowania płytki bez kolca na zakończeniu płytki?

Odpowiedź:

Pytanie 14

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 35** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających w części trzonowej otwory blokująco-kompresyjne z gwintem stożkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 43** dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających otwory blokująco-kompresyjne z gwintem stożkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Części 1 poz. 51,53,57,58 w oddzielny pakiet, celem uzyskania konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 58** dopuści możliwość zaoferowania: *Płytki o kształcie anatomicznym do I artrodezy śródstopnopalcikowej, lewa i prawa, o kącie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepki/prześciówek, blokująco – kompresyjny.*

Śruby blokowane w płycie 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 42 do 57mm, od 6 do 7 otworów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Części 1 poz. 60-63 w oddzielny pakiet, celem uzyskania konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 64** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych kompresyjnych Ø 2,4/3,3 mm, Ø 3,0/3,5 mm, Ø 4,5/5,0 mm z gniazdem typu torx?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 65** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych kompresyjnych Ø 3,0/3,9 mm oraz 6,5/7,5 mm z gniazdem typu sześciokąt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w **Części 1 poz. 66** dopuści możliwość zaoferowania: *Wkręt kaniulowany samowierzący, samogwintujący o średnicach Ø 2,4; 3,5; 4,0 i 4,5 mm, krótki i długi gwint, z gniazdem typu sześciokąt?*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zostały zamieszczone na stronie zamawiającego **www.e-propublico.pl** Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 28/PN/WU/2025 z dnia 16/04/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach