

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 54

Dotyczy załącznika nr 6 Formularze asortymentowo-cenowe

Pakiet 101 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tekturowe pudełko do archiwizacji bloczków parafinowych na 220 sztuk o wymiarach: 322x245x66mm. Składające się z tekturowej obudowy i wysuwanej szufladki ? Dotyczy załącznika nr 6 Formularze asortymentowo-cenowe

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 105 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści próbówki wykonane z PP o wymiarach 16x100mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pipety wykonane z LDPE? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Poz. 10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania świadectwa walidacji? W zamian proponujemy świadectwo kalibracji.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na poz. 5, 7, 10.

Dotyczy załącznika nr 6 Formularze asortymentowo-cenowe Pakiet 107

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pipety wykonane z LDPE

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści pod warunkiem większej trwałości od PP.

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pipetę automatyczną od 200ul? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania świadectwa walidacji? W zamian proponujemy świadectwo kalibracji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika nr 6 Formularze asortymentowo-cenowe

Pakiet 112: Pozycja 2: Proszę o dopuszczenie do zaoferowania szkiełek nakrywkowych rozmiar 24x50 mm grubość 0,13-0,16 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 3: Proszę o dopuszczenie do zaoferowania szkiełek nakrywkowych rozmiar 24x60 mm grubość 0,13-0,16 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 6 Formularze asortymentowo-cenowe

Pakiet 113: Pozycja 1: Proszę o dopuszczenie do zaoferowania szkiełek podstawowych ciętych bez pola do opisu o grubości 1 mm.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 2: Proszę o dopuszczenie do zaoferowania szkiełek podstawowych matowionych z ciętymi krawędziami z polem do opisu, 75x25x1 mm Dotyczy załącznika nr 6 Formularze asortymentowo-cenowe

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 170: Czy Zamawiający dla pozycji 1-3 wymaga aby otwory mocujące zlokalizowane były w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – celem bezpiecznego wykorzystania żyłki z odpowiednim zamknięciem w uchwycie podczas procesu wykrawania materiału?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dla pozycji nr 1 wymaga żyłek wykonanych ze stali niestopowej (węglowej) bez dodatkowych powłok i pokryć. – celem zapewnienia odpowiedniego skrawania i trwałości żyłki w ujemnych temperaturach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści żyłki w opakowaniach 20 szt z przeliczeniem ilości na 8 opak?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dla pozycji 2 i 3 wymaga aby ostrza żyłki były platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną – celem zabezpieczenia ostrza oraz zapewnienia odpowiedniej trwałości i ostrości żyłek

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.

Zamawiający

