

Bytom dnia: 2021-07-21

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy **17/17PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Część nr 40: Okularki do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny, opisany jak niżej:

Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta,

? Wykonane z materiału chroniącego oczy wcześniaków, niemowląt przed szkodliwym promieniowaniem

UV, nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne,

? Gwarantujące bezpieczne i trwałe umocowanie na głowce dziecka poprzez system wielopunktowego przylegania bezpośrednio do skóry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

? Materiał miękki, delikatny, bez ostrych brzegów, nie urażający skóry i oczu dziecka, nie ulegający deformacji w czasie stosowania fototerapii

? Wyroby medyczne jednorazowe z możliwością stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, pakowane

indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki, tj. <28 cm)

Rozmiar 1: 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki, tj. 24-34 cm)

Rozmiar 2: 130 x 60 mm (wielkość główki – typowa, tj. >30 cm)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

