

## Uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przeznaczonego do anestezjologii i intensywnej terapii oraz na blok operacyjny

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

**Pytania nr 1** Prosimy o dopuszczenie:

Zadanie 4 poz. 1

Zestaw do szynowania moczowodów do URS wykonany z poliuretanu o średnicy 4,8Ch i dł. 26 oraz 28 cm. Cewnik otwarty-zamknięty o średnicy pigtail 2 cm. W skład zestawu wchodzi 2 zaciski, popychacz o dł. 75cm, prowadnica ze stali medycznej pokryta PTFE z nieruchomym rdzeniem o dł. 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Zadanie 4 poz. 2

Zestaw do szynowania moczowodów wykonany z poliuretanu o średnicy 6Ch i dł. 26 oraz 28 cm. Cewnik otwarty-zamknięty o średnicy pigtail 2 cm. W skład zestawu wchodzi 2 zaciski, popychacz o dł. 45cm, prowadnica ze stali medycznej pokryta PTFE z nieruchomym rdzeniem o dł. 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 4 poz. 3

Zestaw do szynowania moczowodów wykonany z poliuretanu o średnicy 7Ch i dł. 26 oraz 28 cm. Cewnik otwarty-zamknięty o średnicy pigtail 2 cm. W skład zestawu wchodzi 2 zaciski, popychacz o dł. 45cm, prowadnica ze stali medycznej pokryta PTFE z nieruchomym rdzeniem o dł. 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8 poz. 2

Cewnik moczowodowy typu Tiemann w rozmiarach 3Fr;4Fr;5Fr;6Fr;7Fr i dł. 70 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8 poz. 3

Igła do nefrostomii- dwuczęściowa w rozmiarach 18G/19,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Zadanie 8 poz. 4

Prowadnica Lunderquista z giętkim zakończeniem na długości 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 21 poz. 2

Koszulka dostępowa hydrofilna na całej długości w rozmiarach;

9,5/11,5 Fr i dł. 20;35;45cm

10/12 Fr i dł. 20;35;45cm

12/14 Fr i dł. 35 i 45 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie 21 poz. 3

Zestaw irygacyjny z ręczną pompką:

Przewód irygacyjny dwudrożny z ręczną pompką w kształcie walca z 2 zastawkami antyzwrotnymi, 3 zaciski, Port Luer,

Łączna długość obwodu 225cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytania nr 5**

Zadanie 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie systemu równoważnego w skutecznym odsysaniu, a zarazem bezpiecznego ze względu na właściwości antybakteryjne (badania do wglądu zamawiającego). Wkłady posiadają dwa króćce: ssania i pacjenta, na stałe połączone z pokrywą wkładu oraz port dostępowy. Króciec pacjenta jest kątowny, gładki i rozszerzający się, dzięki czemu pasuje do drenów o różnej średnicy. Deklarujemy bezpłatną wymianę pojemników obecnie użytkowanych w szpitalu, w przypadku wybrania naszej oferty. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu, by wkłady były kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kanistrami Serres, ponieważ do kanistrów tych pasują wyłącznie wkłady Serres, co uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych. Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytania nr 6**

Zadanie 10

Czy Zamawiający oczekuje aby wkłady 1 L były kompatybilne z pojemnikami 1L o owalnym kształcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor mgr Agnieszka Kruk /-/*