

Bytom dnia: 2021-07-09

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym**

w ramach zadania inwestycyjnego **"Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medyc"** – znak sprawy 16/16/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 6**

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia, czy ma na myśli ssaki elektryczne, chirurgiczne?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga ssaków elektrycznych, jednakże nie chirurgicznych, gdyż ssaki będą wykorzystywane do innych celów niż zabiegi operacyjne.**

2. Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 18L/min?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym podciśnieniu -75kPa?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 9,5kg?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

5. Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym podciśnieniu -90 kPa?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

W imieniu Zamawiającego:

