

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 11/11PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13

Pakiet 15

Czy zamawiający w poz. 1 dopuści wycenę za opak. 100 mb z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 7,8,9,18,19?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 18-19 Poz. 3-4 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wyroby z pozycji 18-19 są używane do celów inwazyjnych. Proszę o zaproponowanie wyrobów o kl. IIa Reg 7 szczególnie dotyczy to poz. 18-19

Pakiet 16 poz. 4-7 Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są kompresami włókninowymi niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szpital ma własną sterylizatornię. Wyroby używamy do celów inwazyjnych. Proszę o zaproponowanie wyrobów o kl. IIa Reg 7 szczególnie dotyczy to poz. 3.

Pakiet 27 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający