

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15  
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: 1/1PN2025/8

WYKONAWCY  
ubiegający się o zamówienie

Informacja o ofertach odrzuconych  
oraz o unieważnieniu części postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 1/1PN2025.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
<b>MEDAG Aparatura Medyczna</b> <b>P.Augustynowicz Spółka Jawna</b> Brylantowa 24 /3 52-214 Wrocław	Art. 226 ust. 1 pkt 14 - zła suma wniesionego wadium
<b>"ARNO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> KOLEJOWA 24 55-081 MIETKÓW	Art. 226 ust. 1 pkt 14 - zła suma wniesionego wadium
<b>Cedical Sp. z o.o.</b> Al. Jerozolimskie 200 /213a 02-486 Warszawa	Art. 226 ust. 1 pkt 14 - zła suma wniesionego wadium
<b>EUMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> Chłopickiego 50 04275 Warszawa	Art. 226 ust. 1 pkt 14 - zła suma wniesionego wadium
<b>SUN-MED Spółka Cywilna</b> Franciszkańska 104/112 /105 91-845 Łódź	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 68 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: w obu pozycjach wykonawca podaje ten sam kod produktu, nieprawidłowa długość linii szwu.

<b>Dutchmed PL Sp. z o.o.</b> Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 73 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: ze względu na badanie kliniczne, w którym używany jest Aerogen Solo Zamawiający nie może dopuścić AirlCU oraz sprzętu wykorzystywanego do badania.
<b>SKAMEX Spółka Akcyjna</b> ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 80 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: w karcie katalogowej produktu brak informacji o szerokości rdzenia chłonnego
<b>MIRAFO Sp. z o.o.</b> Toruńska 10 93-487 Łódź	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 258 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: Wykonawca w oferowanym pakiecie nie wskazał jaki numer katalogu dotyczy ofertowanego produktu.
<b>Medox Pro sp. z o.o., sp. k</b> Grodzka 20/4 70-560 Szczecin	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 34 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: Zamawiający nie wymagał filtrów z wymiennikiem ciepła i wilgoci
<b>BERYL MED POLAND SP. Z O.O.</b> Łopuszańska 36 /bud.14C 02-220 WARSZAWA	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 30 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: zaoferowany stapler liniowy oraz ładunek do staplera o długości linii szwu 88 mm, czego potwierdzeniem jest katalog załączony do oferty.
<b>BERYL MED POLAND SP. Z O.O.</b> Łopuszańska 36 /bud.14C 02-220 WARSZAWA	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 68 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: nieprawidłowa długość linii szwu.
<b>Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa</b> Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 80 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: wkład chłonny o szerokości 50cm z tolerancją +/- 2,5 cm, tym samym nie spełnia ono parametrów zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego.
<b>Medlab Products Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 106 Nie spełnia warunków zgodnych z SWZ: Wykonawca zaoferował w pozycji 1-2 klasę wyrobu medycznego 1S. Zamawiający wymagał klasy wyrobu medycznego II a.
<b>Empireum Piotr Dopieralski</b> Chotomowska 30 05-110 Jabłonna	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 168 Nie spełnia warunków zgodnych ze SWZ: czujnik do pomiaru temperatury skóry noworodka <u>oryginalny</u> i rekomendowany przez producenta urządzenia. Wymóg oferowania produktu zalecanego przez producenta Zamawiający potwierdził również w udzielonych odpowiedziach na zadane pytania.
<b>Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.</b> Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Art. 226 ust. 1 pkt 5 Oferta odrzucona w zadaniu 108 Nie spełnia warunków zgodnych ze SWZ: błędny numer katalogowy.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach pakietów nr 3, 12, 16, 19, 26, 36, 54, 71, 85, 96, 98, 100, 103, 108, 109, 110, 116, 121, 123, 125, 130, 136, 137, 145, 146, 152, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 173, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 191, 197, 199, 201, 207, 209, 211, 215, 216, 229, 230, 232, 235, 236, 238, 242, 248, 251, 253, 254, 255, 256, 257, ponieważ nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach pakietów nr 4, 34, 48, 56, 68, 73, 80, 168, 176, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach pakietu nr 53 - zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie.

Zamawiający

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Administracji i Gospodarczych  
Szpitala Specjalizacyjnego nr 2 w Bytomiu  
*Wojciech Wieczorek*

