

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział
Zamówień i Inwestycji
Szpitalna 60
16-400 Suwałki

l.dz. SZW.DZI.262.609/29/PN/MN/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr Ludwika
Rydygiera w Suwałkach
Numer referencyjny: 29/PN/MN/2023

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 104: Część 104**Bialmed Sp. z o.o.**

Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **99 000.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Część nr 107: Część 107**Bialmed Sp. z o.o.**

Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **31 300.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Część nr 125: Część 125**Bialmed Sp. z o.o.**

Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **102 678.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Część nr 128: Część 128**Bialmed Sp. z o.o.**

Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **15 169.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Część nr 182: Część 182**Labo Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**

Dworcowa 41a /2

10-437 Olsztyn

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **30 150.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Część nr 220: Część 220**Bialmed Sp. z o.o.**

Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **6 176.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
104 - Część 104	MedProf Sp. z o.o. Domaniewska 17/19/133 02-672 Warszawa	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
104 - Część 104	Bialmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	100,00
104 - Część 104	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	1 - Cena - 33.33 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	73,33
104 - Część 104	Polmil sp. z o. o. Przemysłowa 8 B 85-758 Bydgoszcz	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
104 - Część 104	Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Pod Borem 18 41-808 Zabrze	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
104 - Część 104	KD Medical Polska Sp. z o.o. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
104 - Część 104	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna PRZEMYSŁOWA 4A 59-300 LUBIN	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
107 - Część 107	Bialmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	100,00
107 - Część 107	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Osmańska 14 02-823 Warszawa	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
107 - Część 107	Zarys International Group spółka z ograniczoną	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00

	odpowiedzialnością spółka komandytowa Pod Borem 18 41-808 Zabrze		
108 - Część 108	Białmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	100,00
108 - Część 108	KD Medical Polska Sp. z o.o. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
125 - Część 125	Białmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	100,00
125 - Część 125	Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Pod Borem 18 41-808 Zabrze	1 - Cena - 59.24 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	99,24
125 - Część 125	KD Medical Polska Sp. z o.o. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	1 - Cena - 54.51 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	94,51
125 - Część 125	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	1 - Cena - 38.32 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	78,32
125 - Część 125	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Osmańska 14 02-823 Warszawa	1 - Cena - 27.31 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	67,31
125 - Część 125	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna PRZEMYSŁOWA 4A 59-300 LUBIN	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00
128 - Część 128	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna PRZEMYSŁOWA 4A 59-300 LUBIN	1 - Cena - 52.28 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	92,28
128 - Część 128	KD Medical Polska Sp. z o.o. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	1 - Cena - 31.97 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	71,97
128 - Część 128	Białmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 10.00	70,00
128 - Część 128	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	1 - Cena - 28.91 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	68,91
128 - Część 128	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Osmańska 14 02-823 Warszawa	1 - Cena - 20.09 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	60,09
128 - Część 128	Polmil sp. z o. o. Przemysłowa 8 B	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00	0,00

	85-758 Bydgoszcz	3 - termin dostawy - 0.00	
182 - Część 182	Labo Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Dworcowa 41a/2 10-437 Olsztyn	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 5.00 3 - termin dostawy - 10.00	75,00
182 - Część 182	ANMAR Sp. z o.o. Strefowa 22 43-100 Tychy	1 - Cena - 37.22 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	77,22
182 - Część 182	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	1 - Cena - 58.17 2 - jakość - 5.00 3 - termin dostawy - 10.00	73,17
220 - Część 220	Bialmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 60.00 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	100,00
220 - Część 220	ANMAR Sp. z o.o. Strefowa 22 43-100 Tychy	1 - Cena - 48.86 2 - jakość - 30.00 3 - termin dostawy - 10.00	88,86
220 - Część 220	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	1 - Cena - 0.00 2 - jakość - 0.00 3 - termin dostawy - 0.00	0,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
1	MedProf Sp. z o.o. Domaniewska 17/19 /133 02-672 Warszawa	Oferta odrzucona w zadaniu 104 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie: W części 104 Zamawiający wymagał zaoferowania: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; elastyczna część komory o długości min. 40mm w części przezroczystej; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 µm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe folia-papier. (Próbka 10sztuk) . Odpowiedziami z dnia. 11/07/2023r. Zamawiający oczekiwał zaoferowania komory kroplowej w części przezroczystej o długości 55mm; złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia SWZ w części 104 ponieważ oferent zaproponował komorę kroplową krótszą tj. 54mm W zawiązku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5
22	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Oferta odrzucona w zadaniu 107 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Zamawiający w Części nr 107 wymagał przyrządu spełniającego poniższe parametry: Przyrząd do infuzji o parametrach: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się kłapką, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15µm

		<p>filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140 - 180 cm zakończona końcówką lock, filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu z drenu podczas wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu.</p> <p>Zaoferowane przyrządy przez firmę Becton Dickinson nie posiadają komory kroplowej wraz z kolcem minimum 120 mm, kolca ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką.</p> <p>Dodatkowo Zamawiający wymaga drenu o długości w przedziale 140-180 cm, przyrząd firmy Becton Dickinson posiada den o długości 185 cm. Zatem długość drenu nie mieści się w wymaganym przedziale.</p>
34	<p>Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Pod Borem 18 41-808 Zabrze</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 104 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Firma Zarys International Group sp. z o.o. sp.k., zaoferowała w Pakiecie nr 104 przyrząd z komorą kroplową o długości poniżej 5,5 cm w części przezroczystej oraz skrzydełkami, których nie dopuścił Zamawiający. Ponadto numer który podano w kolumnie Numer katalogowy / kod asortymentu nie pozwala w sposób jednoznaczny określić jaki przyrząd został zaoferowany. Skrót IS nie jest numerem katalogowym, a przy takim zapisie Wykonawca może zaoferować kilkanaście przyrządów. Zatem jest to zbyt ogólny zapis aby można było zweryfikować co Wykonawca zaoferował. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z SWZ i podlega odrzuceniu.</p>
34	<p>Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Pod Borem 18 41-808 Zabrze</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 107 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: W części 107 oferta nie spełnia wymogów SWZ. Zamawiający wymagał kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym. Zamawiający w Części nr 107 wymagał przyrządu spełniającego poniższe parametry: Przyrząd do infuzji o parametrach: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140 - 180 cm zakończona końcówką lock, filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu z drenu podczas wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu.</p> <p>Zaoferowane przyrządy przez firmę Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k. nie posiadają komory kroplowej wraz z kolcem minimum 120 mm, kolca ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką.</p>

		<p>Ponadto przyrząd firmy Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k. nie posiada zastawki przeciw zwrotnej na końcu drenu.</p> <p>W związku z powyższym oferta jest niegodna z SWZ i podlega odrzuceniu.</p>
36	<p>KD Medical Polska Sp. z o.o. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 104 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: W części 104 Zamawiający wymagał zaoferowania: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; elastyczna część komory o długości min. 40mm w części przezroczystej; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 µm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe folia-papier. (Próbka 10sztuk). Odpowiedziami z dnia. 11/07/2023r. Zamawiający oczekiwał zaoferowania komory kroplowej w części przezroczystej o długości 55mm; złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia SWZ w części 104; oferent zaproponował komorę kroplową krótszą 50mm W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5</p>
36	<p>KD Medical Polska Sp. z o.o. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 108 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w Części nr 108 wymagał przyrządu spełniającego poniższe parametry: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – przezroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, samozamykającym się korkiem, długa komora kroplowa podzielona pierścieniem na dwie części, górna część twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu, dren o długości min. 180 cm, opaska stabilizująca przyrząd w opakowaniu. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia (Próbka 10 sztuk) Zaoferowany przyrząd przez firmę KDM o numerze kat. 430422 nie posiada filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99% , samozamykającego się korka filtra powietrza, filtra hydrofobowego na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zamawiający zweryfikował informacje poprzez wgląd w próbkę, która została złożona razem z ofertą.</p>
31	<p>Polmil sp. z o. o. Przemysłowa 8 B 85-758 BYDGOSZCZ</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 104 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: W części 104 Zamawiający wymagał zaoferowania: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami;</p>

		<p>elastyczna część komory o długości min. 40mm w części przezroczystej; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 µm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe folia-papier. (Próbka 10sztuk).</p> <p>Odpowiedziami z dnia. 11/07/2023r. Zamawiający oczekiwał zaoferowania komory kroplowej w części przezroczystej o długości 55mm; złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia SWZ w części 104; oferent zaproponował komorę kroplową krótszą tj. 50mm. W zawiązku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5</p>
31	<p>Polmil sp. z o. o. Przemysłowa 8 B 85-758 BYDGOSZCZ</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 128 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>W części 128 złożona oferta nie spełnia zapisów SWZ – Zamawiający wymagał: 1. Strzykawka j.u.; jałowa; 3-częściowa do pomp infuzyjnych; koncentryczna; LuerLock; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; wyraźna, czytelna, podwójna skala. Pojemność 50ml. Rozszerzenie do 60ml. Wymienione w menu pomp infuzyjnych firmy ASCOR będących na wyposażeniu szpitala.</p> <p>2. Strzykawka j.u.; jałowa; bursztynowa; 3-częściowa do pomp infuzyjnych; koncentryczna; LuerLock; przezroczysty cylinder; kolorowy tłok; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; płynny przesuw tłoka; wyraźna, czytelna, podwójna skala. Pojemność 50ml</p> <p>Rozszerzenie do 60ml. Wymienione w menu pomp infuzyjnych firmy ASCOR będących na wyposażeniu Szpitala.</p> <p>Zaoferowane przez Oferenta strzykawki nie są wymienione w menu pomp używanych przez Szpital dla części 128.W zawiązku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5</p>
51	<p>SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 220 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Oferta odrzucona w zadaniu 220 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>W części 220 Zamawiający wymagał:</p> <p>1. Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml – 340ml napelniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, powyżej 70 dni przy terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. Wbudowany port do połączenia z drenem do tlenu. Z adapterem do nawilżacza. System ProPublico © Datacomp IT Strona: 62/63 (Próbka 2 sztuki).</p> <p>2 Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml – 650ml napelniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, powyżej 70 dni przy terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej</p>

		<p>części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. Wbudowany port do połączenia z drenem do tlenu. Z adapterem do nawilżacza.</p> <p>Produkt zaoferowany przez Wykonawcę, oznaczony jako 400340 / producent Teleflex Medical oraz 400640 / producent Teleflex Medical, nie posiada w dołączonej do oferty karcie katalogowej potwierdzenia, że zaoferowane produkty umożliwiają prowadzenie długotrwałej inhalacji u jednego pacjenta do opróżnienia pojemnika. W dołączonej karcie katalogowej nie widnieje również informacja, że zaoferowany produkt to specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, powodując jego przejście przez całą objętość wody. Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SWZ. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5</p>
54	<p>J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna PRZEMYSŁOWA 4A 59-300 LUBIN</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 125 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: W Części 125 firma J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp. jawna zaoferowała strzykawki producenta Kanghua. zaoferowane strzykawki posiadają odmienny numer kat. Ponadto Wykonawca powinien podać numer kat. a nie podawać, miejsce gdzie można znaleźć numer kat. Wykonawca ma obowiązek podać w sposób jasny i precyzyjny numer kat., a Zamawiający nie może się domyślać gdzie znajduje się numer kat. Poniżej numer kat. strzykawki Kanghua o pojemności 5 ml. (KM005L)</p>

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach