

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 30

Pakiet 1, poz. 1-7, 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 1, poz. 4, 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia skali?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1, poz. 5-8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min.10%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1, poz. 9, 14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 3, poz.1 - Czy Zamawiający ze względu na wycofanie z produkcji i sprzedaży strzykawek bursztynowych 20ml do pomp dopuści bursztynowe strzykawki 50/60ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje strzykawek 20 ml.

Pakiet 4, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 5, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 5, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min.10%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia skali?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 6, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x120mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 6, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści igły 22G 0,7x40mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 6, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści igły 22G x 3" (0,7 x 75mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 6, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści igły 22G x 3" (0,7 x 75mm) lub 20G x 3-1/2" (0,9 x 90mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm przepływ 56ml/min. w miejsce kaniuli 1,1x22-27mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm o przepływie 90ml/min w miejsce kaniuli 1,3x32-35mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dla kaniuli 1,3x45mm przepływ 90ml/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm o przepływie 100ml/min w miejsce kaniuli 1,3x32-35mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków do kaniul za op. a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 11 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule noworodkowe wykonane z teflonu FEP z przepływem 17ml/min dla rozmiaru 26G oraz 23ml/min dla rozmiaru 24G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze w kolorze bursztynowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 17 poz. 1, 4, 5 - Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy z drenem o średnicyzew. 2,4mm oraz wew. 1,24mm, które zapewniają prawidłowy przepływ płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przedłużki 45cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przedłużki 15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści kraniki bez systemu antyzapiekowego na jednym odprowadzeniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz uchwyt, umożliwiający bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje.

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 18 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z kolcem posiadającym odpowietrznik?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 18 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z komorą o długości 9,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biórczą oraz uchwyt, umożliwiający bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 18 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 19 poz. 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z drenem o grubości CH16 ze standardowym złączem typu lejek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 19 poz. 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 19 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości drenu 2000mm, o rozstawie wąsów pomiędzy drenami do nosa ok.0,7cm i długości 0,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 20 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości ramienia 450x180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 20 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1500mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 21 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 24 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości 85cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 24 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 25 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga


Pakiet 26 poz. 1 - Czy Zamawiający może merytorycznie wyjaśnić co ma na myśli wprowadzając wymóg

zaoferowania oryginalnych szczoteczek zgodnych z wymogami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o odstąpienie od wymogu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Program zdrowotny realizowany przez świadczeniodawców na podstawie umowy zawartej z NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres świadczeń wykonywanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy (m.in. cytologia, kolposkopia), populacja kobiet, do której program jest skierowany (w wieku 25–59 lat) oraz warunki jego realizacji określone zostały w rozporządzeniach Ministra Zdrowia

Pakiet 26 poz. 1 - Czy poniższe szczoteczki spełniają wymogi Zamawiającego opisane w SWZ?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przedstawionej szczoteczki.

Pakiet 33 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępowniny za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 36 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści okulariki do fototerapii w rozmiarach: S- 200mm-280mm, M- 240mm-340mm, L- 300-400mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 49 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do pobierania płynów z dokładniejszym filtrem bakteryjnym 0,1µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 61 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylnej), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 68, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zszywki o grubości 0,6mm i wielkości grzbietu 7,2mm i odstąpi od wymogu aby były powlekane teflonem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ

Pakiet 76, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 77, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione wykonane z papieru laminowanego folią o całkowitej gramaturze 40g/m² w rozmiarze 80x210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ

Pakiet 77, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 78, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 320 x 200 cm z otworem przylepnym o średnicy 15 cm. Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m², z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, spełnia wymagania standardowe normy PN-EN 13795-1:2019?
Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 79, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbki w wersji niesterylnej na wezwanie do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 320 x 200 cm z otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną, serweta zintegrowana z workiem na płyny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści organizery na kable w postaci przylepnych rzepów velcro dołączone do serwety osobno?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 140 x 80 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw owinięty w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm z laminatu (włóknina + folia polietylenowa)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu wytrzymała torba foliowa ze wstawką tyvek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści brak piktogramu informującego o lateksie jako jednoznaczną informację o jego braku w zestawie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 79, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wskaźnik sterylizacji oraz etykietę z naklejkami informacyjnymi typu TAG umieszczone wewnątrz opakowania zestawu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 80, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów operacyjnych o składzie:
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25cmx30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80cmx90 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką
20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o

gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L

3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m².

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 81, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Skład:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Do zestawu dołączona osobno dwukomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30 x 40 cm.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 82, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym o szerokości 50cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 82, pozycja 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu kompatybilności z urządzeniem Lifetime?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 83, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem o długości 7,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 83, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zapięcie na rzep o szerokości 3cm i długości 13cm i 7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 83, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L- 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 83, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 85, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których grubość ścianki wynosi na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,02$ mm, a poziom protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 85, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 86, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 88, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rękawice winylowe, długości min. 240 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 88, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 89, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 90, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 90, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 91, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 92, pozycja 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 93, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 93, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga wszystkich rozmiarów.

Pakiet 93, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga wszystkich rozmiarów.

Pakiet 94, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 99 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem

zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 114, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 180 x 150 cm, z otworem elastycznym 3,5cm + serweta na stolik instrumentalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 115, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 101 poz. 5-7 - Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne barwione z przezroczystym okienkiem na karteczkę do opisu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 101 poz. 5-7, 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 101 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. a'90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 101 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek pakowanych w op. a'144szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 101, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z opisem SWZ.

W imieniu Zamawiającego

