



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, tel. 61 869 11 87; e-mail: dzp@usk.poznan.pl

Poznań, dnia **30.07.2024** r.

Dotyczy: **Dostawa narzędzi chirurgicznych wraz z usługą regeneracji.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DZP/133/2024**

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://skhs.eb2b.com.pl>

SPROSTOWANIE MODYFIKACJI WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający z uwagi na błąd modyfikuje udzieloną modyfikację wyjaśnień treści SWZ opublikowane w dniu 26.07.2024 r. do stanu poniżej:

Było:

Pytanie 15: Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Czy zamawiają wyraża zgodę na regenerację narzędzia w pozycji wymiana narzędzia z formularza asortymentowo cenowego spełniając jego wszystkie kryteria techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - jeśli Wykonawca stwierdzi, że jest możliwa regeneracja narzędzia wytypowanego do wymiany, jednocześnie wymagamy, by Wykonawca w każdym z tych przypadków zaproponował nam możliwość dodatkowego zakupu narzędzia nowego (poddanego regeneracji) z puli prawa opcji.

Winno być:

Pytanie 15: Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Czy zamawiają wyraża zgodę na regenerację narzędzia w pozycji wymiana narzędzia z formularza asortymentowo cenowego spełniając jego wszystkie kryteria techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - Jeśli Wykonawca stwierdzi, że jest możliwa regeneracja narzędzia wytypowanego do wymiany, Zamawiający wymaga, by Wykonawca w każdym z tych przypadków wycenił możliwość regeneracji jak i wymiany narzędzia – wówczas Wykonawca musi złożyć formularz asortymentowo-cenowy bez prawa opcji A.

Jednocześnie wymagamy, by Wykonawca w prawie opcji w przypadku, gdy narzędzia podlegające regeneracji ulegną uszkodzeniu, ale tylko po ustaleniu iż, uszkodzenie nastąpiło z winy jakościowej produktu, a nie z winy pracownika wykonującego regenerację (wymagany jest protokół, uzasadnienie i akceptacja Zamawiającego) w każdym z tych przypadków zaproponował nam wycenę za regenerację oraz możliwość dodatkowego zakupu narzędzia nowego – wówczas Wykonawca musi złożyć formularz asortymentowo-cenowy z prawem opcji B.

60-355 Poznań
ul. Przybyszewskiego 49

NIP: 779-20-33-466
REGON: 000288834
KRS: 0000001852

tel. centrala: +61 869 11 00
tel. sekretariat: +61 869 12 03
fax: +61 867 12 32

email: szpital@usk.poznan.pl
WWW: <http://www.spsk2.pl>

