

Bytom dnia: 2022-09-02

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12

Pakiet nr 10, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o poniższych parametrach :

Kaniuła dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniuła wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniuła posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 10, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych parametrach :

Kaniuła dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zaktuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniuła wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniuła posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 10, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpień powyżej krawędzi koreczka

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 43

W związku z tym, że cewnik Leader-Flex nie występuje w długości 12cm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Leader-Flex o długościach 6, 8 oraz 10cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik jest przezroczysty, odporny na zaginanie. Posiada znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30° o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

