

**Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Implanty ortopedyczne.

Numer referencyjny: 18-PN-25

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za :

1) zwłokę w dostawie danej partii Przedmiotu Umowy (zamówienie częściowe) - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za dane zamówienie częściowe lub część, której dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin dostawy/uzupełnienia Depozytu;

2) zwłokę w dostawie Przedmiotu Umowy (zamówienie częściowe) oznaczonej jako "CITO" - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za dane zamówienie częściowe lub część, której dotyczy zwłoka, za każdą rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin uzupełnienia Depozytu;

3) zwłokę w utworzeniu Depozytu- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego dla niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia;

4) zwłokę w dostawie danej partii Przedmiotu Umowy w wyniku realizacji przez Zamawiającego reklamacji (zgodnie z § 7 ust. 1) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wadliwej części dla zamówienia częściowego, którego dotyczy zgłoszenie (reklamacja) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia;

5) odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy/ rozwiązanie Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z własnej woli - w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1-3. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy istotnych postanowień umownych.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 8 ust. 1 Istotnych postanowień umownych.

4-5. Zamawiający pozostawia zapisy istotnych postanowień umownych bez zmian.

#### **Pytanie nr 2**

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy - Załącznik nr 8 do SWZ:

1. Czy Zamawiający w §2 ust. 2 dookreśli, iż termin ważności nie musi znajdować się na opakowaniu jeżeli przepisy nie nakładają bezpośrednio takiego obowiązku?

2. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 3, iż dostawa nie obejmuje rozkładania towaru, a pod pojęciem umieszczenie towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, rozumiana jest dostawa w opakowaniu zbiorczym loco Oddział?

3. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż w przypadku przesłania zamówienia po godz. 14, termin na dostawę biegnie od godz. 8 następnego dnia roboczego?

4. Czy Zamawiający w §6, w celu realizacji podpisanej umowy, dopuści kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych?

Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.

5. Czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 1 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane?

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewni Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

6. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

7. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1

- a. Pkt 1 z 2% na 0,5% niedostarczonego towaru
- b. Pkt 2 z 2% na 0,5% wartości niedostarczonego / reklamowanego produktu
- c. Ust. 2 dookreślenie, iż łączna kwota kar nie może przekroczyć 10% wartości umowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- 1. Zamawiający dookreśla w zakresie §2 ust. 2, iż termin ważności nie musi znajdować się na opakowaniu jeżeli przepisy nie nakładają bezpośrednio takiego obowiązku.
- 2. Zamawiający dookreśla w zakresie §3 ust. 3, iż dostawa nie obejmuje rozkładania towaru, a pod pojęciem umieszczenie towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego
- 3. Zamawiający dookreśla w zakresie §3 ust. 4, iż w przypadku przesłania zamówienia po godz. 14, termin na dostawę biegnie od godz. 8 następnego dnia roboczego
- 4. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
- 5. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości depozytu na rozmiary najczęściej stosowane.
- 6. Zamawiający dookreśla w zakresie §7 ust. 1, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem
- 7. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy Istotnych postanowień umownych w zakresie pkt a i b.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 8 ust. 1 Istotnych postanowień umownych.

**Pytanie nr 3**

- 1. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- 1. Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 4**

1. Czy w pakiecie nr 4 w części "Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego" w lp. 9÷17, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
2. Czy w pakiecie nr 4 w części "Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekcją uda i piszczeli" w lp. 18÷28, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
3. Czy w pakiecie nr 4 w części "Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana" w lp. 29÷40, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
4. Czy w pakiecie nr 4 w części "Artrodeza stawu kolanowego" w lp. 41÷45, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
5. Czy w pakiecie nr 4 w części "Endoprotezy głowy kości promieniowej" w lp. 46÷47, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
6. Czy w pakiecie nr 4 w części "Endoproteza śródrečno-nadgarstkowa" w lp. 48, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
7. Czy w pakiecie nr 4 w części "Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego" w lp. 62÷66, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
8. Czy w pakiecie nr 4 w części "Panewka Rewizyjna" w lp. 67÷71, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
9. Czy ze względu na specyfikę oferowanego asortymentu w pakiecie nr 5 (tj. endoprotezy poresekcyjne, używane do zabiegów operacyjnych planowanych z wyprzedzeniem), Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1-9. Zamawiający wyraża zgodę.

## **Pytanie nr 5**

1. Pakiet nr 12

Czy zamawiający wyraża zgodę na Tytanowego gwoźdźcia elastycznego o średnicy 1,5 i długości 310mm oraz gwoźdźcia o średnicy 2,0 i długości 400mm?

Wykonawca nie posiada w swojej ofercie gwoźdźcia o średnicy 1,5 i długości 300 oraz gwoźdźcia o średnicy 2,0 i długości 440mm.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie 12 na tytanowego gwoźdźcia elastycznego o średnicy 1,5 i długości 310mm oraz gwoźdźcia o średnicy 2,0 i długości 400mm

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Stanisław Cisek