

Warszawa, dnia 01 lipca 2022 r.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup myjni dezynfektorów 2 szt. – wolnostojącej oraz wolnostojącej z WC na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej**”; EP/57/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup myjni dezynfektorów 2 szt. – wolnostojącej oraz wolnostojącej z WC na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej**”, numer sprawy EP/57/2022, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**PYTANIE NR 1**

**Zapytania odnośnie wyjaśnień oraz doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr. 2 do SWZ – zadanie nr 1.**

**Ad. tabela II lp. 4**

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania nowoczesnej myjni dezynfektora o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szerokość 500mm, głębokość 450mm, wysokość 1730mm. Myjnia o proponowanych wymiarach gwarantuje zarówno załadunek jak i odbiór umytych i zdezynfekowanych naczyń na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelu obsługi.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Ad. tabela II lp. 10**

Uprzejmie prosimy dopuszczenie myjni wyposażonej w uszczelkę gumową, która jest trwalsza i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Uszczelka silikonowa podczas użytkowania myjni narażona jest na uszkodzenia mechaniczne (związane z wkładaniem

naczyń sanitarnych do komory ) co powoduje jej pęknięcia, i co dalej za tym idzie jej wymianę; podczas gdy uszczelka gumowa po uszkodzeniu mechanicznym nadal może być użytkowana i nadal zapewnia paroszczelność komory.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ**

**Ad. tabela III lp. 12**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do oceny myjni dezynfektor bez automatycznego rozszczelnienia drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, a w zamian z mechanicznym schładzaniem i suszeniem wsadu strumieniem powietrza tak, że pozostałości pary odprowadzane są do kanalizacji, a naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia ?

**Rozszczelnienie drzwi komory** myjącej po zakończeniu procesu dezynfekcji termicznej powoduje wypływ pary i pozostałości aerozoli do pomieszczenia brudownika lub izolatki powodując jego mniejsze lub większe zawilgocenie i powolne odparowywanie skroplin z naczyń sanitarnych.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Ad. tabela IV lp. 3**

Biorąc pod uwagę, że interfejs do podłączenia w sieci informatycznej specjalistycznego oprogramowania jest ponad standardowym wyposażeniem opcjonalnym dla tego typu urządzeń i w zakresie możliwości zdalnego monitorowania i nadzoru pracy myjni – dezynfektora współpracuje wyłącznie z oprogramowaniem producenta prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia bez interfejsu opisanego w pkt.3 IV Warunki dodatkowe.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ**

**Ad. tabela IV lp.4**

Wnosimy do Zamawiającego o wykreślenie wymogu możliwości kalibracji czujników temperatury przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, gdyż czujniki są kalibrowane fabrycznie przez służby metrologiczne producenta i nie wymagają dodatkowych korekt w czasie eksploatacji, a kontrola jakości jest to uprawnienie wyłącznie dla podmiotu certyfikującego wyrób.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Ad. tabela IV lp. 7**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora którego orurowanie wykonano z wysoko uderowego, odpornego na działanie środków chemicznych i wysokie temperatury niezwykle trwałego tworzywa sztucznego oraz ze stali nierdzewnej .

**Uzasadnieniem** naszej prośby są problemy użytkowników myjni z orurowaniem z miedzi. Miedź ulega korozji w środowiskach o niskim pH oraz w roztworach amoniaku i związków amoniowych z tego powodu zastosowanie instalacji miedzianej drastycznie ogranicza ilość środków chemicznych stosowanych w tego typu myjniach dezynfektorach. Sprowadza się to do konieczności stosowania specjalistycznego dedykowanego przez producenta środka

chemicznego pod groźbą utraty gwarancji Biorąc pod uwagę, iż dostawcą dedykowanego środka chemicznego ( często za ponad przeciętną cenę) jest dostawca myjni, przy preferowanej dłuższej gwarancji, opłaty związane z koniecznością stosowania wymaganego, dedykowanego środka chemicznego spowodują, iż koszty eksploatacji w krótkim czasie przewyższą nawet relatywnie niską cenę zakupu.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacji i Eksploatacyjnych

.....  
**Tajda Muchla-Jastrzębska**

Sporządził: Marta Leoniak

