

Bytom dnia: 2025-02-04

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 41**

**Pakiet 1, poz. 6-9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez skali rozszerzonej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1, poz. 6-9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych ze skalą rozszerzoną tj: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1, poz. 6-8**

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 100 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1, poz. 9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w

formularzu asortymentowo-cenowym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1, poz. 9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 80 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1, poz. 12-15**

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pakiet 5, poz. 1-4**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga strzykawek trzyczęściowych Luer??

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga strzykawek trzyczęściowych Luer.**

**Pakiet 5, poz. 1-4**

Proszę dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych ze skalą rozszerzoną tj: 2-2,5ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-22ml.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5, poz. 1-3**

Proszę dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych w opakowaniach po 100 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5, poz. 4**

Proszę dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 10, poz. 1**

Proszę dopuszczenie kaniuli do wkłuc wykonanej z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 10, poz. 1**

Proszę dopuszczenie kaniuli zgodnej z rozmiarem i przepływem:

22G 0,8 x 25 mm 31 ml/min

20G 1,1 x 33 mm 61 ml/min

18G 1,3 x 33 mm 103 ml/min

18G 1,3 x 45 mm 90 ml/min

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 10, poz. 1**

Proszę dopuszczenie kaniuli zgodnej z rozmiarem i przepływem:

22G 0,8 x 25 mm 38 ml/min,

20G 1,0 x 32 mm 64 ml/min,

18G 1,2 x 38 mm 105 ml/min



18G 1,2 x 45 mm 100 ml/min

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 10, poz. 2**

Proszę dopuszczenie kaniuli zgodnej z rozmiarem i przepływem

22G 0,9 x 25 mm 33 ml/min

20G 1,1 x 25 mm 55 ml/min

18G 1,3 x 32 mm 85 ml/min

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę dopuszczenie kaniuli zgodnej z rozmiarem i przepływem

24G 0,7 x 19 mm 18 ml/min,

17G 1,5 x 45 mm 128 ml/min,

16G 1,7 x 45 mm 196 ml/min,

14G 2,2 x 45 mm 343 ml/min.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę dopuszczenie kaniuli zgodnej z rozmiarem i przepływem

24G 0,7 x 19 mm 22 ml/min,

17G 1,5 x 45 mm 140 ml/min,

16G 1,7 x 45 mm 200 ml/min,

14G 2,2 x 45 mm 310 ml/min

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 15, poz. 1**

Proszę dopuszczenie masek z nebulizatorem i drenem w opakowaniach po 100szt.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 19, poz. 2**

Proszę dopuszczenie przedłużki 10cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 19, poz. 1**

Proszę dopuszczenie przedłużacz w kolorze bursztynowym.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 19, poz. 3**

Proszę dopuszczenie kraników, których Objętość wypełnienia wynosi 0,32 ml.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 19, poz. 4**

Proszę dopuszczenie przedłużaczy o średnicy 1,5mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 20, poz. 2**

Proszę dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem 180cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 20, poz. 2**

Proszę dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem 150cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 21, poz. 2**

Proszę dopuszczenie wąsów tlenowych o długości drenu 200cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 21, poz.1, 2,3**

Proszę dopuszczenie wąsów tlenowych w zrywalnej torebce foliowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 48, poz.1**

Proszę dopuszczenie przyrządu do pobierania leków zgodnych z opisem:

Mini Spike z zaworem bezigłowym do butelek i większych fiolek (długość igły ogranicza możliwość używania spikea do małych fiolek)

- wyposażony jest w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, która minimalizując użycie igły chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zaktuczeniami igłą
- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
- przezroczysta obudowa zapewnia dobry widok na ścieżkę płynu
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- Obj. wypełnienia zaworu 0,085 ml
- Długość 7,5 cm
- Obj. wypełnienia zaworu z igłą 0,162 ml
- Przepływ - 111,22 ml/min
- filtr 3 mikrony

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 81, poz.1**

Proszę dopuszczenie fartuchów sterylnych zgodnych z opisem:

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup>
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m<sup>2</sup> o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho  $\geq 40$  kPa, na mokro  $\geq 40$  kPa
- rozciąganie na sucho  $\geq 20$  N, na mokro  $\geq 20$  N



- pyłność  $\log_{10} \leq 4,0$
- penetracja płynu  $\geq 20$  cmH<sub>2</sub>O
- rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pakiet 88, poz.1,2**

Proszę dopuszczenie masek zgodnych z opisem:  
ednorazowego użytku

- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich
- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m<sup>2</sup> +25 g/m<sup>2</sup> +25 g/m<sup>2</sup>
- ciśnienie różnicowe Pa/cm<sup>2</sup> < 40 Pa/cm<sup>2</sup>
- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)
- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy
- bezzapachowa
- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018
- zakładana na gumkę lub troki
- wymiary 17,5 cm x 9,5 cm
- Kolor: niebieski
- pakowana w kartonik w formie podajnika po 50 szt

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pakiet 89, poz.1**

Proszę dopuszczenie czepek typu beret wykonanego z włókniny polipropylenowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pakiet 89, poz.3**

Proszę dopuszczenie Czepeków w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki zgodnej z opisem:

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pakiet 90, poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej.

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

**Zamawiający informuje, że wymaga wyrobu medycznego, stawka VAT 8%.**

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający

wymaga wyrobu medycznego?

**Zamawiający informuje, że wymaga wyrobu medycznego.**

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

**Zamawiający informuje, że wymaga wyrobu medycznego.**

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Fartuchy do stosowania przez personel medyczny na oddziałach, izbie przyjęć; również przez odwiedzających w celu kontroli zakażeń oraz ochronnym.**

**Pakiet 91, poz.1**

Proszę dopuszczenie koszuli dla położnic w dwóch rozmiarach XL (117 x 154 cm) oraz 2XL (120 x 160 cm)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 91, poz.2**

Proszę dopuszczenie koszuli dla Pacjenta w rozmiarze M/L (140 x 110 cm)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 96, poz.1,2**

Proszę o dopuszczenie strzykawek 50ml z rozszerzeniem do 60ml.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza!**

Zamawiający

