

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 45

Pakiet nr 15, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści nebulizator pakowany zbiorczo po 100 sztuk z przeliczeniem ilości do 15 opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 15, pozycja nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie czy cena jednostkowa dotyczy jednej sztuki, czy całego opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga za opakowania.

Pakiet nr 21, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z końcówkami o długości 13mm, pakowany w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 21, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z drenem o długości 2,1 m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków opisanych w SWZ.

Pakiet nr 21, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z pakowany w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 27, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści sondę Snegstakena w rozmiarze Ch18 i Ch21?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK, Zamawiający Dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, ze znacznikiem

głębokości w postaci 2 półpierzści, z nazwą producenta tylko na opakowaniu jednostkowym, z oznaczeniem rozmiaru na korpusie oraz łączniku (balonik kontrolny bez żadnych oznaczeń), z przewodem łączącym w takim samym kolorze co korpus maski?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 36, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 36, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 36, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej: 99,999%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków opisanych w SWZ.

Pakiet nr 36, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej: 99,999%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków opisanych w SWZ.

Pakiet nr 38, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści, z nazwą producenta tylko na opakowaniu jednostkowym, z oznaczeniem rozmiaru na korpusie oraz łączniku (balonik kontrolny bez żadnych oznaczeń), z przewodem łączącym w takim samym kolorze co korpus maski?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 38, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 38, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 38, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 40, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach: S – maksymalny obwód 31cm, M – maksymalny obwód 35cm, L – maksymalny obwód 40cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr infuzyjny z powierzchnią filtrującą hydrofobową 1,5 cm² i hydrofilową 0,5 cm², o objętości wypełnienia 0,25 – 0,3 ml oraz przepływem $\geq 40\text{ml}/10\text{min}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 51, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr infuzyjny z czasem stosowania do 96h z powierzchnią filtrującą hydrofobową 1,5 cm² i hydrofilową 0,5 cm², o objętości wypełnienia 0,25 – 0,3 ml oraz przepływem $\geq 40\text{ml}/10\text{min}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego:

