

Bytom dnia: 2022-05-27

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na "**dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu**" – znak sprawy 13/13PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji bądź folderu produktu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 2

Dla właściwej detekcji koronawirusa kluczowa jest możliwość wykrycia przez test wariantów Delta oraz Omikron koronawirusa nawet dla niskiego stężenia wirusa w próbce. Czy biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający wymaga dołączenia do oferty niezależnych badań (sporządzonych przez niezależną jednostkę) w sprawie wykrywalności wariantów Delta oraz Omikron (wynik dodatni) przy rozcieńczeniu 1:1.000 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby w opakowaniu testów znajdowały się zarówno wymazówki z nosa jak i z nosogardzieli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby bufor był fabrycznie nakropiony na ampułkę z kroplomierzem i nakrętką w ilości takiej samej jak ilość testów w opakowaniu, co znacząco ułatwia rozdysponowanie testów na oddziały szpitalne, ogranicza ryzyko zagubienia buforu, ułatwia procedurę oraz skraca czas badania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5

Czy w związku z możliwymi podróżami do Wielkiej Brytanii przez osoby poddające się badaniu również komercyjnie, Zamawiający wymaga, aby test znajdował się liście testów zwalidowanych przez Brytyjską Agencję Zdrowia (UK Health Security Agency): <https://www.gov.uk/government/publications/assessment-and-procurement-of-coronavirus-covid-19-tests/outcome-of-the-evaluation-of-rapid-diagnostic-assays-for-specific-sars-cov-2-antigens-lateral-flow-devices>

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby test był wpisany na listę WHO EUL,?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

