

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 7**

Pytania dot. Pakietu nr 19

Pytanie dot. Pakietu nr 19 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Kranik trójdrożny sterylizacja tlenkiem etylenu, końcówka typu luer lock, wykonany z materiału odpornego na działanie lipidów (poliwęglan), objętość wypełnienia kranika 0.20ml? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie dot. Pakietu nr 19 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej, dren o średnicy zewn. 2,4 mm, średnicy wewn. 0,62 mm, grubość ścianki 0,58 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający  
Koordynator Zamówień Publicznych  
*mgr Magdalena Pudło*