

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 5**

Pak. 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 1, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Toennis Nissen, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 1, poz. 6 i poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Hartmann, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Micro Mosquito, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 2, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Kocher Ochsner, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 2, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 3, poz. 5 i poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta standardowa 1x2 z., pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 3, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 3, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 4, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna Mayo Hegar, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 4, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula śr. 1,2 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 4, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula śr. 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 4, poz. 7 i poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igła dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 4, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna Micro Ryder, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nóż dł. 225 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 6, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 85 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 6, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt na pętle dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 6, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, językotrzymacz dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 6, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pak. 6, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wymienna łyżkawym. 25 x 65 mm, 29 x 70 mm, 32 x 80 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pak. 24, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, laryngoskop o śr. 1,9cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pak. 33, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener bez filtrów, wielokrotnego użytku roz. 464 x 279 x 131 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

W imieniu Zamawiającego

