

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 15**

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12: taśmę do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach, posiadającą włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie, bez urządzeń kotwiczących i rurek pozycjonujących oraz 2 szt. igieł spiralnych /lewa+prawa/ wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, bez zatrzasków do implantacji?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Dotyczy Pakietu nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ww. pakiecie próbki niesterylnej w razie wezwania w celu weryfikacji zaoferowanego wyrobu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający