

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 70

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz.1 Jednorazowego automatycznego pistoletu do biopsji gruboigłowej w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach. Obsługiwany jedną ręką, podwójny spust dostępny w pozycjach proksymalnej i dystalnej. Mechanizm ładujący w dwóch krokach, głębokość penetracji 22mm. Bez wskaźnika gotowości do wystrzału. Echogeniczna powierzchnia igły do procedur wykorzystujących naprowadzanie ultradźwiękowe, skala centymetrowa z opcjonalną przesuwaną blokadą. Rękojeść igły o dł. ok. 12 cm o przekroju kwadratu ze strukturą antypoślizgową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

4

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 endostaplery, dopuści w poz.1 jednorazową rękojeść staplera endoskopowego o długości ramienia: 150 lub 250 mm o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji 360 stopni i artykulacją do 45 stopni w lewą i prawą stronę. Pozostałe parametry wg SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 endostaplery, dopuści w poz.2 ładunek do staplera endoskopowego do tkanki pośredniej, wysokość otwartej zszywki 4,1 mm po zamknięciu 1,75 mm, umożliwiającą wykonanie zespolenia o długości 61 mm oraz do tkanki grubej, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm i po zamknięciu 2,0 mm, umożliwiającą wykonanie zespolenia o długości 61 mm, przechodzący przez trokar o średnicy 12 mm, pozostałe parametry według SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 endostaplery, dopuści w poz.3 ładunek do staplera endoskopowego dostępnego z zakrzywioną częścią dystalną do tkanki pośredniej, wysokość otwartej zszywki 4,1 mm po zamknięciu 1,75 mm, umożliwiającą wykonanie zespolenia o długości 61 mm oraz do tkanki grubej, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm i po zamknięciu 2,0 mm, umożliwiającą wykonanie zespolenia o długości 61 mm, przechodzący przez trokar o średnicy 12 mm, pozostałe parametry według SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 endostaplery, dopuści w poz.4 ładunek do staplera endoskopowego dostępnego z zakrzywioną częścią dystalną do tkanki pośredniej, wysokość otwartej zszywki 4,1 mm po zamknięciu 1,75 mm, umożliwiającą wykonanie zespolenia o długości 45 mm oraz do tkanki grubej, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm i po zamknięciu 2,0 mm, umożliwiającą wykonanie zespolenia o długości 45 mm, przechodzący przez trokar o średnicy 12 mm,

pozostałe parametry według SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 57 i nr 58 wymaga by w każdym opakowaniu z klipsami znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące, do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, przynajmniej po dwie sztuki do każdego magazynka z klipsami?

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 60 worki do laparoskopii typu Endobag równoważne, o wymiarach w poz.1 200ml - 54x200mm oraz w poz.2 800ml - 100x205mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 66 poz.1 staplery skórne wykonane z niepowlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wys.4,4mm szer.7,3mm gr.0,6mm spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 68 poz.1 i 2 Stapler jednorazowy, liniowy z nożem o wysokości zszywki 4,5mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 72 poz.1 Stapler okrężny, zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,3mm. Rozmiar staplera od 21 do 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5mm. Bez ostrza obrotowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

11. Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym lub z podpisem elektronicznym i przesłanie umowy do



podpisu. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający
