

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73: taśmę do wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentową, polipropylenową, jednorodną, niewchłaniającą z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 2314 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), implantacja igłami wielorazowego użytku do metody TVT i TOT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zgodnie z SWZ.

2. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 69, poz. nr 2: Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 2i dopuści siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 86,7%, max. 2,98 mm, grubość nitki 120 µm w rozmiarze 6x11, 8x15, 10x15, 15x15 i 30x30 cm? W przypadku zgody prosimy o określenie jak rozmiar z wyżej wymienionych Zamawiający wymaga.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Pakietu nr 73, 69: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych w/w pakietach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 71: Siatkę najdelikatniejszą miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przylastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m², porowatość max. 1,36 mm, z oznaczeniem strony implantacji, kształt owalny w rozmiarze 20 x 25 cm, (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy Pakietu nr 71: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbkiniesterylnej w mniejszym rozmiarze 11x14 cm lub 14x18 cmz uwagi na duży koszt siatki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Jasiniok
inż. Małgorzata Jasiniok