

Bytom dnia: 2025-01-28

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14

Pakiet nr 62

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 62 w poz.1- 3 siatki chirurgiczne, polipropylenowa :

- gramatura siatki 50g/m2
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Rozmiary :

Poz. 1 – 15 cm x 15cm

Poz. 2 – 6cm x 11cm

Poz. 3 – 30cm x 30cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 97

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 97 w poz. 1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt. lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 97 poz. 1 zaoferowanie nakłuwaczy w rozmiarach:

30G 1,2 mm

25G 1,5mm

21G 1,8mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Wojciech Wieczorek