

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,
ul. Piłsudskiego 61,
34-600 Limanowa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy staplerów chirurgicznych oraz śrub kaniulowanych
stalowych ujęte w dwóch zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2024-86-D-P-A

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zadanie 1, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchylną główką, rozmiary:

21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm

24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm

26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm

29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm

Ergonomiczna konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie 1, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, endostapler liniowy elektryczny jednorazowy zasilany baterią jednorazową, bez załadowanego ładunku. Stapler dopasowuje wysokość zszywki do grubości tkanki i przy pomocy koloru diody informuje czy ładunek jest odpowiednio dobrany. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości ramienia: 6 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w obie strony nie mniej niż 45°, średnica trzonu 12 mm, dla ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Do 15 wystrzeleń podczas jednego zabiegu. Rękojeść pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie 1, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, endostapler liniowy elektryczny jednorazowy zasilany baterią jednorazową, bez załadowanego ładunku. Stapler dopasowuje wysokość zszywki do grubości tkanki i przy pomocy koloru diody informuje czy ładunek jest odpowiednio dobrany. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości ramienia: 16 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w obie strony nie mniej niż 45°, średnica trzonu 12 mm, dla ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Do 15 wystrzeleń podczas jednego zabiegu. Rękojeść pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4

Zadanie 1, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem, do edoskopowego staplera liniowego, o dł. linii szwu 60 mm, w kolorze złotym, do tkanki średniej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu, o wysokości 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek przechodzący przez trokar 12mm. Ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5

Zadanie 1, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem, do edoskopowego staplera liniowego, o dł. linii szwu 60 mm, w kolorze niebieskim, do tkanki normalnej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu, o wysokości 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek przechodzący przez trokar 12 mm. Ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6

Zadanie 1, Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem, do edoskopowego staplera liniowego, o dł. linii szwu 60 mm, w kolorze białym, do tkanki naczyniowej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu, o wysokości 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek przechodzący przez trokar 12 mm. Ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7

Zadanie 1, Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem, do edoskopowego staplera liniowego, o dł. linii szwu 45 mm, w kolorze złotym, do tkanki średniej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu, o wysokości 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek przechodzący przez trokar 12mm. Ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8

Zadanie 1, Poz. 8, 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania uchwytu wielorazowego użytku oraz kosza do sterylizacji, w przypadku zaoferowania elektrycznego staplera endoskopowego, jednorazowego, zasilanego baterią jednorazową, opisanego w pozycjach 2 i 3?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9

czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym aktuirowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Przedmiotowe

rozwiązanie jest zgodne z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na którego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem PEF

Odpowiedź: Tak

Zamawiający