

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów**

**Opieki Zdrowotnej w Nisku**

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.011.Zp.2025

**SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnił dnia 08.04.2025 treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami. W udzielonych odpowiedziach Zamawiający koryguje następujące odpowiedzi:

**Pytanie nr 77**

**Jest**

**Pakiet 3 Pozycja 5** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z hydrofilowym filtrem cząsteczkowym o wielkości oczek 8 µm automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Powinno być**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 104**

**Jest:**

**Pakiet 11 Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych kompatybilnych ze strzygargą posiadaną przez Zamawiającego szerokość ostrza tnącego 31,3mm, wysokość ostrza 0,8 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegolwiek uszkodzenie skóry, bez kodu LOT na każdym ostrzu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Powinno być**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.**

**Sprostowanie odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.**

**Dyrektor**

**SPZZOZ w Nisku**

**Paweł Tofil**

**/podpisano elektronicznie/**