

EP.26.79.2023

Warszawa, dnia 19 września 2023 r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „Zakup sprzętu medycznego dla ŚCZP dla Dzieci i Młodzieży - termometr, waga, ciśnieniomierz, młotek, pulsoksymetry, alkomat ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aparatu EKG z wózkiem dla potrzeb wyposażenia Paw.11” – sprawa nr EP/78/2023.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Zakup sprzętu medycznego dla ŚCZP dla Dzieci i Młodzieży - termometr, waga, ciśnieniomierz, młotek, pulsoksymetry, alkomat ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aparatu EKG z wózkiem dla potrzeb wyposażenia Paw.11” – sprawa nr EP/78/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania do zadania nr. 1 pozycja nr. 5 (Pulsoksymetr)

Pytanie nr 1 - Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie pozycji nr. 5 dot. pulsoksymetru z części 1 i utworzenie z niej osobnego zadania;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr, który zasilany jest poprzez akumulator?;

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytania do zadania nr. 2 (Aparat EKG)

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który nie posiada sygnału EKG zgodnego z EN 60601-2-51, natomiast gwarantuje pracę zgodną z najważniejszymi powszechnie używanymi normami oraz posiadając niezbędne na rynku deklaracje, certyfikaty oraz wpisy do rej. wyrobów medycznych?;



Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, którego maksymalna waga bez papieru wynosi 1,7 kg, co gwarantuje zbliżone parametry do wymaganych oraz jeden z najlżejszych Aparatów EKG na rynku?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści alkomaty z zasilaniem bateryjnym innym niż bateryjne 1 x 9V?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNO
- EKSPLOATACYJNYCH

Taida Mucha-Jastrzębska

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska