

Morąg, dnia 07.05.2021 r.

**Zamawiający:**  
**Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o.**  
**Ul. Dąbrowskiego 16**  
**14-300 Morąg**

### **Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**Dotyczy: 9/2021 – Dostawa różnych artykułów medycznych**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Pakiet 2, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniające normę EN 420 jako normę równoważną do EN ISO 21420?

**Odp. Tak, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ, a zwłaszcza normy EN ISO 374-5.**

#### **Pytanie 2**

dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 3**

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek jałowych 10ml z korkiem, bez obrzeża i z dołączoną osobno etykietą.

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 4**

Wzór umowy §1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafy sformułowania iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towarów przez przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 5**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o oczekiwanych parametrach zgodnych z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. Oznakowane jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pragniemy nadmienić iż norma ENISO21420 zastępuje normę EN420 której ważność skończyła się we wrześniu 2020r., nie mniej jednak producenci którzy przed tą datą uzyskali certyfikację na stosowanie produktów zgodnie z EN 420 do czasu wygaśnięcia ważności mogą stosować tę normę.

**Odp. Tak, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ, a zwłaszcza normy EN ISO 374-5. Do kontaktu z materiałem biologicznym - wirusami.**