

Numer postępowania : **ZP-271-60/24**

Kraków, dnia: 01.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Część nr 6, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 2

Część nr 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetkę wykonaną z chłonnej włókniny spunlace, zamiast z celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Część nr 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetkę w opakowaniu ze zgrzewem w kształcie litery V z marginesem w najwęższym miejscu 1,3cm (środek), w najszerszym 2,5 cm (boki opakowania), umożliwiającym szybkie, łatwe i bezpieczne otwarcie z zachowaniem sterylności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Część nr 6, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 5

Część nr 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuc chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze 40 g/m². Konstrukcja standardowa, fartuch do procedur o podwyższonej ilości płynów. Rękaw wszyty prosto, zapewniający swobodę ruchów. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Repelentny na alkohol?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Część nr 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw wszyty prosto, zapewniający swobodę ruchów. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Rozmiar: XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Część nr 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 8

Część 6, Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okrągłego czepek chirurgicznego wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 9

Część 6, Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczki sterylnej chłonnej o wymiarach min. 30 x 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 10

Część 6, Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego z włókniny polipropylenowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki; rękawy wykończone gumką (bez lateksu); posiadający przedłużone poły do zakładania na plecy, nietoksyczny, niepylący, o gramaturze min. 28 g/m², rozmiar uniwersalny, kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 11

Część 6, Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha urologicznego, posiadającego nieprzemakalne na całej długości rękawy wykonane z włókniny "oddychającej", o gramaturze min. 65 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 12

Część 6, Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy lekarskiej wykonanej z włókniny polipropylenowej o gram. min. 44 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 13

Część 6, Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pokrowca na przewody o wym. 13 cm x 250 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, złożony teleskopowo z taśmą do mocowania na jednym z końców?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 14

Część 6, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Część 6, poz. 4 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²? • Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Część 6, poz. 4 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 17

Część 6, poz. 4 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet 6, poz. 1,2,4 Czy zamawiający wydzieli poz.1,2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

DOTYCZY PAKIETU 6 POZYCJI 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki; rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami o gramaturze 18 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20**DOTYCZY PAKIETU 6 POZYCJI 9**

Czy Zamawiający dopuści bluzę lekarską wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.