



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/9/2024

Brzeg, 13.01.2025 r.

**Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.**” – PN/9/2024

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm. – dalej jako *ustawa Pzp.*) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach **13.12.2024 r. – 03.01.2025 r.** do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – Dotyczy pakietu nr 2 - Dostawa sprzętu ogólnomedycznego – terapia infuzyjna. Poz.16-19.

Czy Zamawiający dostosuje opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić nie tylko zgodność z wymaganiami prawnymi, ale także maksymalną konkurencyjność i efektywność procesu zakupowego poprzez dopuszczenie produktów równoważnych których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje i w pozycji 16-19 i wyrazi zgodę na dopuszczenie:

Cewników wykonanych z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, końcówkę CVC można również zweryfikować za pomocą RTG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewód nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Rozmiary:

Dla pozycji 16 cewnik jednoświatłowy, 7F 14G, 15 lub 20cm

Dla pozycji 17 cewnik dwuświatłowy, 7F 14/17G, 20cm

Dla pozycji 18 cewnik trzyświatłowy, 7F 16/18/18G, 15 lub 20cm

Dla pozycji 19 cewnik czteroświatłowy, 7F 14/17/17/17G, 20cm



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem ustalonym dla tychj pozycji asortymentowych.

Pytanie nr 2- Dotyczy pakietu nr 2 - Dostawa sprzętu ogólnomedycznego – terapia infuzyjna. Pozycja nr 21.

Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.

Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25mm



które spełniają określone normy jakościowe i użytkowe, ale różnią się od tradycyjnych produktów wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 4- Dotyczy pakietu nr 22 poz. 6-7.

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia informujemy, że wielkość opakowania dla artykułów z poz. 6 i 7 wynosi 20 szt. W związku z czym prosimy o zmianę szacunkowych ilości na równe lub wielokrotne liczby 20. Poz. 6 – 40szt. Poz. 7 – 20szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów z poz. 6 i 7 w opakowaniach po 20 szt. i tym samym zwiększenie zapotrzebowania do pełnych opakowań tj. poz. 6 – 40 szt. , poz. 7 – 20 szt.

Pytanie nr 5 - Dotyczy pakietu nr 10- Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku w hydrofilnej osłonce PE ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- Dotyczy pakietu nr 10- Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści szczypcę biopsyjną o średnicy 3,00 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7- Dotyczy pakietu nr 10- Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 22G-25G ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – Dotyczy pakietu nr 10- Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,3 mm dla pętli asymetrycznych i heksagonalnych w średnicy pętli 10 i 15 mm oraz dla drutu tnącego o śr. 0,47 mm dla pętli asymetrycznych w rozmiarze 20 mm i heksagonalnych 25 mm ? Średnica osłonki 2,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Dotyczy pakietu nr 10- Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kosze do ekstrakcji złogów o średnicy osłonki 2,4 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Dotyczy pakietu nr 10- Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę endoskopową jednorazową wyłącznie o kącie rozwarcia 135 stopni ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – Dotyczy postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
- 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych produktów brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy w zakresie obniżenia kar umownych.

Pytanie nr 12- Dotyczy pakietu nr 1 poz.8

Proszę o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 1,8x40mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 13 - Dotyczy pakietu nr 1 poz.8

Proszę o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 2,0x70mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły iniekcyjnej we wskazanym wyżej rozmiarze.

Pytanie nr 14 - Dotyczy pakietu nr 1 poz. 13-15

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych zakończonych stożkowo typu Luer umieszczonego niecentralnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15- Dotyczy pakietu nr 1 poz.12-15

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych o skali nominalnej, bez przedłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 16 - Dotyczy pakietu nr 1 poz.12-15

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z przedłużeniem skali tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17- Dotyczy pakietu nr 1 poz.14

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych 10 ml skalowana co 0,2ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 18 -Dotyczy pakietu nr 1 poz.14

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych 20 ml w opakowaniach po 80 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 19 -Dotyczy pakietu nr 1 poz.17,18,19

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem ustalonym dla tych pozycji asortymentowych.

Pytanie nr 20- Dotyczy pakietu nr 1 poz.21

Proszę o dopuszczenie kranik trójdrożny o wytrzymałości do 5 barów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21- Dotyczy pakietu nr 1 poz.25

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22- Dotyczy pakietu nr 1 poz.26

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 - Dotyczy pakietu nr 1 poz. 27,28

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego zgodnego z opisem:

- kompatybilny z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
 - bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
 - pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
 - Prosty tor przepływu
 - Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
 - dostępny w wersji transparentnej oraz kolorze bursztynowym
 - wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów
 - Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 600 razy
 - Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI
 - ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI
 - Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba
 - objętość wypełnienia 0,085 ml
 - przepływ 320 ml/min (1m ciśnienie wody)
 - Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min
 - Cofanie się płynu 0,02 ml
- Opakowanie zbiorcze 250 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach wskazanych powyżej.

Pytanie nr 24 - Dotyczy pakietu nr 1 poz.31

Proszę o dopuszczenie - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych

- uniwersalny ostry dwukanałowy kolec
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Dren 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknień z zaciskiem przesuwным
- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
- Opakowanie papier-folia
- Wolny od ftalanów
- karton zbiorczy 200 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach wskazanych powyżej.

Pytanie nr 25- Dotyczy pakietu nr 1 poz.33

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26- Dotyczy pakietu nr 1 poz.37

Proszę o dopuszczenie strzykawki do żywienia zgodnej z opisem:

Zgodna ze standardami EN ISO | System zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z EN ISO 13485:2016 | oznakowany CE

- 60ml enteralna strzykawka z żeńskim łącznikiem ENfit (ISO 80369-3)
- Złącze ENFit zapewnia prosty sposób zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego podłączenia zgłębnika dojelitowego i poprawy bezpieczeństwa pacjenta, niecentryczna
- Nie umożliwia połączenia z żadnym innym złączem do jakichkolwiek innych zastosowań klinicznych
- Zapewnia funkcję blokowania, która sygnalizuje odpowiednie połączenie i pozostaje na swoim miejscu
- Posiada żeńską końcówkę łączącą dla dowolnych zestawów do podawania i strzykawek, które pasują do męskiego portu rurki do żywienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach wskazanych powyżej.

Pytanie nr 27 - Dotyczy pakietu nr 1 poz.37

Proszę o dopuszczenie strzykawki do żywienia w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem odpowiadającym ilości podanej w formularzu asortymentowo-cenowym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 28- Dotyczy pakietu nr 1 poz.9

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 9 dopuści wycenę igieł 1,2x40mm? Pozostałe rozmiary bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych rozmiarów bez zmian.

Pytanie nr 29- Dotyczy pakietu nr 1 poz.15

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 15 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem odpowiadającym ilości podanej w formularzu asortymentowo-cenowym w poz. 15 przez Zamawiającego.

Pytanie nr 30- Dotyczy pakietu nr 1 poz.16

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 16 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem odpowiadającym ilości podanej w formularzu asortymentowo-cenowym w poz. 16 przez Zamawiającego.

Pytanie nr 31- Dotyczy pakietu nr 1 poz.18,19

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 18, 19 dopuści wycenę strzykawek do pomp infuzyjnych 50ml MARGOMED, powszechnie stosowanych w szpitalach? Strzykawki posiadają m.in. podwójną, czarną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka, tłok wykonany z PE i cylinder wykonany z PP, opakowanie typu papier-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem ustalonym dla tych pozycji asortymentowych.

Pytanie nr 32- Dotyczy pakietu nr 1 poz.20

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 20 dopuści wycenę strzykawki cewnikowej 100ml z dokładniejszą skalą co 1ml, końcówką ściętą standardowo/prosto.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33- Dotyczy pakietu nr 1 poz.22-24

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 22-24 dopuści wycenę kraników z przedłużaczem o wytrzymałości ciśnieniowej do 0,5bara?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem ustalonym dla tych pozycji asortymentowych.

Pytanie nr 34- Dotyczy pakietu nr 1 poz.27

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 27 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o możliwości stosowania 7 dni/600użyć?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35- Dotyczy pakietu nr 1 poz.28

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 28 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o parametrach:

„Koreczek luer z bezigłowym, membranowym systemem podaży leków, dostosowany do podaży płynów poprzez połączenie luer-lock i luer-slip, nie zawiera lateksu oraz DEHP, wytrzymałość do 7 dni i 600 aktywacji, przezroczysta obudowa bez części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split septum nie wystającą poza korpus zaworu, mała objętość wypełnienia 0,045 ml., przepływ 540ml/min. „?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 36- Dotyczy pakietu nr 1 poz.33

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 33 dopuści wycenę przyrządu o długości komory 6cm w części przezroczystej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37- Dotyczy pakietu nr 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, posiadającej końcówkę/nasadkę „Luer Lock”, wykonaną z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającej obserwację przepływu płynu, w rozmiarze 1,25 x 81 mm, zaklasyfikowanej jako wyrób medyczny w klasie IIa reg. 6, pakowanej indywidualnie w opakowania handlowe a'25szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38- Dotyczy pakietu nr 12 poz.9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, zawierającego serwetę włókninową w rozmiarze 75x90cm z decentralnym otworem bez rozcięcia (zamiast 60x60cm z centralnym otworem)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 39- Dotyczy pakietu nr 12 poz.9

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 40-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły iniekcyjne typu bezpiecznego - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - pakowane a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 12-15

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki dwuczęściowe, z kolorowym, kontrastującym tłem (zielonym), z zakończeniem luer umieszczonym centralnie dla strzykawek o pojemności 2ml oraz bocznie dla pozostałych pojemności, o przedłużonej skali uwzględniającej 20% (a więc korzystniejsze od opisanego w SWZ) rozszerzenie pojemności nominalnej - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki dwuczęściowe, pakowane a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - przy

zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 17-19

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawkę do pomp infuzyjnych tak renomowanych producentów jak Margomed /Polska/, Becton-Dickinson /USA/ i B/Braun /Niemcy/ - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum, o równoważnych parametrach do wskazanych w SWZ, w pełni kompatybilne z pompami wskazanymi w SWZ i posiadanymi przez Państwa Centrum.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 20

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawkę typu Janette 100ml z dołączonym dwoma łącznikami luer, o równoważnych parametrach technicznych (tak precyzyjnie opisanych w SWZ) bez nazwy strzykawki na korpusie strzykawki, z zakończeniem stożka ściętym pod kątem prostym, z białym tłem i elastomerowym uszczelnieniem - renomowanego polskiego producenta firmy Margomed, pakowane a 45 szt. - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 21-24

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny być sterylizowane inną metodą niż EO - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterylizowanie kraników trójdrożnych inną metodą niż EO przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie nr 46-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 21-24

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne oraz kraniki z drenem - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny posiadać całkowite przestrzenie martwe - analogicznie do pozycji - do 0,22ml, do 0,80ml, do 1,5ml i do 5,50ml - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 47-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 25

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki to koreczki luer-lock (a nie luer jak w SWZ), które powinny zapewniać wygodny, pewny uchwyt, poprzez swój ergonomiczny kształt z wyraźną, kilkupłaszczyznową powierzchnią chwytną oraz pierścieniem dociskowym, które to elementy zapewniają optymalne warunki kliniczne dokręcenia do każdego złącza luer lock - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż koreczki w poz. 25 to koreczki luer – lock. Zamawiający dopuszcza koreczki do kaniul o wskazanych wyżej parametrach przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ

Pytanie nr 48-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 26

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki typu Combi dwufunkcyjne to koreczki luer-lock (a nie luer jak w SWZ) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż koreczki w poz. 26 to koreczki luer – lock.

Pytanie nr 49-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 31

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przedłużacze z precyzyjnym regulatorem - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny posiadać nazwę własną oraz logo producenta na samym wyrobie i opakowaniu jednostkowym - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 50-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, standardowe przyrządy do przetoczeń płynów, o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych - tak renomowanych polskich producentów jak Margomed czy Polfa Lublin - z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - co poszerzy możliwość złożenia ofert przez wielu Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, standardowe przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, pozbawione szkodliwych ftalanów, z dwukanałowym ostrym kolcem komory kroplowej gwarantującym szczelne i pewne połączenie z pojemnikami, z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kłapką, elastyczną komorą kroplową o długości min. 5cm, standardowym kroplomierzem komory 20 kropli =1ml, filtrem zabezpieczającym przed większymi cząstkami o wielkości oczek 15 µm, miękkim elastycznym drenem o długości min. 150 cm z precyzyjnym, stabilnym zaciskiem rolkowym, sterylne, pakowane w opakowania folia/papier - co poszerzy możliwość złożenia ofert przez wielu Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 52-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny posiadać elastyczny, niezałamujący się dren o średnicy 3mm oraz objętości wypełnienia 11 ml - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 53-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowane przyrządy do przetaczania płynów były wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 54-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 55-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 1-2

W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta oraz brakiem na rynku innych przyrządów do pomiaru OCŻ, spełniających wymogi SWZ - prosimy o dopuszczenie do składania ofert w obu pozycjach na skalę manometryczną, wykonaną z trwałego plastiku ze wskaźnikiem położenia „0” w postaci dodatkowej odchylanej w dowolną stronę strzałki, z filtrem odpowietrzającym, z czerwoną, ruchomą kulką oznaczającą badany poziom ciśnienia, kranikiem trójdrożnym, z drenem łączącym o długości min. 110cm oraz dodatkowym portem, łącznikiem luer-lock i zintegrowanym uchwytem, pakowane w jednym zestawie w opakowanie folia-papier oraz dodatkowo osobno pakowanego przyrządu do przetoczeń, kompatybilnego ze skalą, spełniającego bezwzględnie parametry jako poniżej:

Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą kroplową, gdzie dolna część komory (dodrenowa) powinna być elastyczna, o porównywalnej wielkości do sztywnej (dokolcowej) części komory, obie części komory oddzielone, sztywnym pierścieniem stabilizującym, komora oznaczona logo producenta, komora z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994 % oraz wirusów (VFE) min. 99,9996 %, stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorecznej po użyciu w postaci pochewki na kolec, pakowany w opakowanie folia/papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 5-10

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne - tak jak obecnie stosowane - wysokiej jakości kaniule dożylnie, z samodomykalnym portem bocznym oraz standardowo dociskany, a nie tzw. „samodomykalnym” korkiem portu bocznego, zapewniającym większą kontrolę personelu nad aseptyką jego użytkowania - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie, z samodomykalnym portem bocznym oraz standardowo

dociskany, a nie tzw. „samodomykalnym” korkiem portu bocznego przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ

Pytanie nr 57-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 5-10

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne - tak jak obecnie stosowane - wysokiej jakości kaniule dożylnie, z dwoma szerokimi, wyraźnymi paskami RTG, zapewniającymi, równoważną wykrywalność radiologiczną, jak opisane w SWZ cyt. „inkoropowane 4 paski kontrastujące w RTG”, zgodne ponadto z zapisami pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, odnoszącym się do przedmiotowej wykrywalności - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tych pozycji asortymentowych.

Pytanie nr 58-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 5-10

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne - tak jak obecnie stosowane - wysokiej jakości kaniule dożylnie, z koreczkiem portu bocznego o technicznym rozwiązaniu, zapewniającym bezproblemowe w warunkach klinicznych zidentyfikowanie miejsca jego otwarcia, bez konieczności dodatkowego oznaczenia - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 59 - Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne - tak jak obecnie stosowane - wysokiej jakości kaniule dożylnie typu bezpiecznego, wykonane z poliuretanu PUR t.j. materiału znacznie bardziej biokompatybilnego od opisanego w SWZ, z samodomykalnym portem bocznym oraz standardowo dociskany, a nie tzw. „samodomykalnym” korkiem portu bocznego, zapewniającym większą kontrolę personelu nad aseptyką jego użytkowania, automatycznie zabezpieczane po użyciu metalowym zatrzaskiem - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie o podanych wyżej parametrach przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań określonych dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 60 - Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne - tak jak obecnie stosowane - wysokiej jakości kaniule dożylnie typu bezpiecznego, z portem bocznym o technicznym rozwiązaniu, zapewniającym bezproblemowe w warunkach klinicznych zidentyfikowanie miejsca jego otwarcia, bez konieczności dodatkowego oznaczenia - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. Nr 2.2 do SWZ).

Pytanie nr 61-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie typu bezpiecznego - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać koreczek zabezpieczający luer-lock z trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi oraz logo lub nazwę producenta oznaczone na samej kaniuli i opakowaniu jednostkowym - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. Nr 2.2 do SWZ).

Pytanie nr 62-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 14

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać elastyczny, niezalamujący się dren o średnicy 3mm oraz objętości wypełnienia 11 ml - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem ustalonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. Nr 2.2 do SWZ).

Pytanie nr 63-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 14

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy - tak jak obecnie stosowane - powinny być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowane przyrządy do przetaczania płynów były wyposażone

w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 64-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 14

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 65-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 15

Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany w SWZ rozmiar 20-22G x 80-160mm odnosi się do rozmiaru cewnika i mieści się w jego zakresie wskazanym w SWZ, a oferowane przewodniki drutowe mogą posiadać długość dłuższą od wskazanego w SWZ jako minimalny zakres („dł. min. 25-40cm”) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza dłuższą długość przewodników drutowych niż wskazaną w formularzu asortymentowo-cenowym jako minimalny zakres („dł. min. 25-40cm”) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 66-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać powłokę hydrofilną - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 67-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21

W związku z ograniczeniem produkcji opisanych igieł, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igłę bezpieczną - tak jak obecnie stosowaną - w rozmiarze 22G w pięciu długościach 12, 15, 20, 25, 32mm /pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ/ - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 68 -Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja 9

Prosimy o korektę omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na uchwyty kompatybilne do pojemników wielorazowych z poz. 6-7 (zamiast 7-8 jak w SWZ) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w poz. 9 ma miejsce omyłka pisarska polegająca na niewłaściwym odniesieniu się do poz. 7-8 zamiast 6-7.

Pytanie nr 69 -Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja 16

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości zestawy do odsysania pola operacyjnego typu Filtr-Flow z trzema końcówkami o długościach 150-155mm, 230-250mm oraz 280-300mm - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu zestawów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 70-Dotyczy Pakietu nr 14 , pozycja 28

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na przewodnicę o średnicy CH 06 (jak w kolumnie „Rozmiar/cecha”) - tak jak obecnie stosowaną w Państwa Centrum - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 71-Dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 66

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa, w rozmiarach 7.0, 8.0, 9.0 - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Wg naszej najlepszej wiedzy rozmiary 7.5 i 8.5 dla tego typu zestawów nie są produkowane, nawet przez tak renomowanych producentów jak np. Smiths-Medical /Portex/.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów.

Pytanie nr 72-Dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 69

W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta oraz brakiem na rynku innych zestawów do szybkiej

bezpiecznej konikotomii „typu PCK”, spełniających wymogi SWZ - prosimy o dopuszczenie do składania ofert na ratunkowe zestawy do bezpiecznej konikotomii, pakowane w specjalną tubę, wygodną do użycia w warunkach SOR, IP oraz PD, w rozmiarze dla dorosłych - europejskiego lidera w produkcji tego typu zestawów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73-Dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 70

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - w rozmiarze CH 08 (zgodnie z opisem) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ - oraz wykreślenie z rubryki rozmiar/cecha podanych omyłkowo rozmiarów CH 9 i 21, co umożliwi złożenie ofert zgodnych, z literalnymi zapisami SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów i jednocześnie wskazuje na omyłkowe wpisanie w rubrykę rozmiar/cecha rozmiarów CH 9 i 21.

Pytanie nr 74-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych typu bezpiecznego - tak jak z powodzeniem stosowane już w Państwa Centrum - powinny posiadać opcjonalnie zawór zwrotny blokujący cofanie się płynu lub krwi do drenu (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), a odpowietrznik z kłapką zaopatrzony w filtr powietrza o wymogach zgodnych z SWZ, zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia - powinien stanowić o uznaniu oferowanych przyrządów za zgodne z definicją systemu zamkniętego wg NIOSH - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.16 do SWZ.

Pytanie nr 75-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie typu bezpiecznego - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać dla rozmiarów 20 i 18G min. 2 długości (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 76-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 8

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać standardową lub miękką końcówką cewnika (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), a wymagana w SWZ strzykawka niskooporowa 10ml LOR, z kontrastującym tłokiem - powinna posiadać zakończenie luer, eliptyczną skalę oraz logo producenta i nazwę własną na cylindrze - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.16 do SWZ.

Pytanie nr 77-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 9-10

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ „eliptyczny uchwyt z otworami wizualizacyjnymi” oznacza wymóg zaoferowania igieł, których uchwyt posiada cztery duże otwory z każdej strony, co zapewnia optymalną możliwość obserwacji wypływu płynu w każdych warunkach klinicznych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem określonym dla tych pozycji asortymentowych w Zał. Nr 2.16 do SWZ.

Pytanie nr 78 -Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane łączniki międzystrzykawkowe - tak jak obecnie stosowane - powinny umożliwiać obustronny transfer pomiędzy strzykawkami luer oraz luer-lock - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 79 -Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 52

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do lewatywy - tak jak obecnie stosowane - zakończone atraumatycznie wykończoną kanką z jednym otworem centralnym lub z atraumatycznym, zamkniętym końcem i jednym lub dwoma otworami bocznymi - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji

asortymentowej w Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 80 -Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 64

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważne łączniki proste o średnicy wewn./zewn. 5/6mm - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 -Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 65

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważne łączniki proste o średnicy wewn./zewn. 6/8mm - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 -Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 66

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważne łączniki proste o średnicy wewn./zewn. 9/10mm - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 -Dotyczy Pakietu nr 19, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny łączące Ch24 o średnicy wewnętrznej 5,6mm - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.19 do SWZ.

Pytanie nr 84 -Dotyczy Pakietu nr 19, pozycja 31

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny łączące o średnicy wewnętrznej 5,6mm - tak jak obecnie stosowane w Państwa Centrum - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów w SWZ.

Odpowiedź:

W pakiecie 19 (Zał. Nr 2.19 do SWZ) nie ma poz. 31.

Pytanie nr 85 -Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86--Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu nie posiadający osłon na uszy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 87-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88--Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 6,7

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z PCV, nie posiadającą ftalanów, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tych pozycji asortymentowych w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 89-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści filtr z gąbkowym wymiennikiem ciepła?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 90-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%



- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Możliwość stosowania: do 24h?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 91-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z PCV, nie posiadającą ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 92-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w blaszkę w części nosowej pozwalającą na dokładne dopasowanie maski do twarzy pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 93-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania na opakowaniu jednostkowym symbolu „latex free”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową do podawania wysokich stężeń tlenu, wyposażony w worek oraz linię kapno, posiadającą gumkę mocującą oraz blaszkę w części nosowej pozwalającą na dokładne dopasowanie maski do twarzy pacjenta, posiada mankiet uszczelniający, zawiera nieznaczne ilości ftalanów, w komplecie dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1m?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 95-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową o parametrach:

- Wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PVC bez ftalanów
- Mankiet uszczelniający
- Wyposażona w 6 zwężek Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%)
- Regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- Wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym
- Jednorazowego użytku
- Rozmiar dla dorosłych XL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.



Pytanie nr 96-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem określonym dla tych pozycji asortymentowych w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 97-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 14,15

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z PCV, nie posiadającą ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem określonym dla tych pozycji asortymentowych w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 98-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową o parametrach:

- Maską tlenową z wbudowanym filtrem
- Aerozole nie przedostają się na zewnątrz
- Zintegrowany system zaopatrzenia w tlen
- Zmniejsza ryzyko infekcji zakaźną chorobą dróg oddechowych
- Do tlenoterapii u dorosłych
- Zakrzywiony do wewnątrz mostek nosowy zapewnia optymalne uszczelnienie
- Maskę umieszcza się na podbródku, co umożliwia dopasowanie do wielu kształtów twarzy
- Elastyczna opaska jest nisko osadzona
- Brak ucisku na ucho pacjenta
- Długość drenu: 210 cm



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maskę tlenową o wskazanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 99-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o parametrach:

- Polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej
- Powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki
- Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna
- Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia
- Rozmiary:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
6 Fr	535 mm
10 Fr	600 mm
10 Fr	700 mm
10 Fr	800 mm
10 Fr	1000 mm
15 Fr	600 mm
15 Fr	700 mm
15 Fr	800 mm
15 Fr	1000 mm



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 100-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną o parametrach:

- maska anestetyczna jednorazowego użytku z otwartym mankietem

- oznaczenie kolorystyczne pierścienia mocującego
- mankiet w kolorze białym
- przezroczysta kopuła umożliwia ciągłą obserwację pacjenta
- możliwość stosowania w MRI
- bez zawartości PCV, ftalanów i lateksu
- pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, z informacją o dacie ważności i nr serii

ROZMIAR	PRZESTRZEŃ MARTWA w ML	WAGA w gr.	ŁĄCZNIK
1	44	10,7	15mm
2	61	13	15mm
3	120	21,9	22mm
4	144	25,1	22mm
5	188	28,7	22mm
6	189	28,2	22mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 101-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 600ml?

Odpowiedź:

We wskazanej pozycji asortymentowej, Zamawiający wymaga zaoferowania worka oddechowego a nie rezerwuaru.

Pytanie nr 102-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 1600ml?

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie nr 103-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o składzie: 2 rury o długości 1,8m o średnicy 22mm z łącznikiem kątowym, portem luer, z dodatkowym ramieniem 1,2m z workiem oddechowym o pojemności 2l?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 104-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści układ nie posiadający koreczka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 105-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny o parametrach:

- 2 rury - rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm
- Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm
- Średnica rur: 15mm
- 1L worek bezlateksowy
- Mikrobiologicznie czysty
- Sztynne końcówki
- Wykonany z PP i EVA
- Opakowanie foliowe
- Pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 106-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści układ nie posiadający kapturka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 107-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy 22M/15F?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 108-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści łącznik z plastikowym kapturkiem i gumowym uszczelnieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 109-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści maskę tracheostomijną o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Przeznaczona do prowadzenia tlenoterapii u pacjenta z założoną rurką tracheotomijną
- Łącznik drenu obrotowy o 360°
- W zestawie dren tlenowy
- Przezroczysta
- Regulowana gumka stabilizująca położenie
- Mikrobiologicznie czysta.
- Pakowana pojedynczo
- Opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 110-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wkładką wewnętrzną kodowaną kolorystycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 111-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (mm)
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100
5	110
6	120

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 112-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o parametrach:

- Szczoteczka posiada funkcję jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz odsysania
- Wykonana z polipropylenu
- Dwa otwory odsysające – od strony włosa oraz w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem
- Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° pozwala na manualną regulację siły ssania
- Miękkie włosie, dzięki któremu podczas szczotkowania można usunąć nalot znajdujący się na zębach, nie podrażniając przy tym dziąseł
- Z drugiej strony szczoteczki znajduje się delikatnie szorstka gąbka, która umożliwia oczyszczenie powierzchni języka
- Szczoteczka wykonana z dwóch części oddzielnie wykonanych podczas procesu wytwarzania, połączonych ze sobą w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie oraz zapobiegający wypadanie włosa
- Długi uchwyt ułatwiający manipulację w obrębie jamy ustnej

- Wymiary: długość całkowita ok. 18 cm, długość części czyszczącej ok. 2,5 cm
- Szczotkowanie i odsysanie z użyciem płynów antyseptycznych powoduje mechaniczne usuwanie biofilmów bakteryjnych z zębów i jamy ustnej
- Bez lateksu
- Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze - 50 sztuk
- Wyrób medyczny klasy IIa
- W zestawie z saszetką zawierającą roztwór z 0,12% chlorheksydyny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 113-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną luer typu bezpiecznego z zintegrowaną osłonką (konstrukcja jak na załączonym zdjęciu) dla wszystkich rozmiarów, rozmiar 1,2mm o długości 40mm, pozostałe rozmiary igieł o długościach zgodnych z SWZ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 114-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 13-15.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zakończeniem stożkowym typu luer umieszczone mimośrodkowo dla pojemności 5, 10 i 20ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o wskazanych wyżej parametrach przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych dla tych pozycji asortymentowych.

Pytanie nr 115-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 12-15.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje strzykawek 2ml, 5ml i 10ml pakowanych a'100 a strzykawki 20ml pakowane a'50 szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w Zał. Nr 2.1 do SWZ dla poz. 12-15: strzykawki 2 ml, 5 ml i 10 ml mają być pakowane a'100 szt. a strzykawki 20ml pakowane a'50 szt.

Pytanie nr 116-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 16.

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

Pytanie nr 117-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 17.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki BD Plastipak 20ml pakowane zbiorczo a'120 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 17.

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 119-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 18-19.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki BD Plastipak 50/60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 121-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 20.

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 122-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 21-24.

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 123-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 25.

Czy Zamawiający oczekuje standardowy koreczka luer lock (tj. posiadający jedno zakończenie męskie)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 124-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 25.

Czy Zamawiający dopuści koreczki luer lock pakowane a'250 szt. i wycenę za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 125-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 26.

Czy Zamawiający oczekuje koreczka combi (tj. dwufunkcyjny posiadający zakończenie męskie (M) oraz żeńskie (F)) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 126-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający oczekuje standardowego portu bezigłowego z zakończenie luer lock typu męskiego dedykowany dla standardowych złączy luer slip i luer lock?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 127-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 32

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo

Pytanie nr 128-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 32

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do transfuzji z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 129-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 32

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do transfuzji wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 130-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 131-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów do przetaczania za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 132-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi firmy GALMED wyposażony w pompkę z drenem 135cm (jedyń obecnie dostępny na rynku)?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrząd o podanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 133-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji bursztynowego z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 134-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji bursztynowego z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biórczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biórczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 135-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji bursztynowego wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 136-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do żywienia enteralnego 60ml firmy KDM pakowaną zbiorczo a'300 szt. i wycenę za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137 -Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki okrągłe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 48mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 139-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 140-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 36mm, które mogą służyć do krótkoterminowego jak i długoterminowego monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 5-6, 8

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za komplet dwóch elektrod?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem określonym dla tych pozycji asortymentowych w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 142-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści papier o stawce vat 23%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 rolek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 rolek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści papier 106x20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier 210x30?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 147-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier Mitsubishi 110x20 na 23% stawce VAT ? Papiery rejestracyjne firmy Mitsubishi aktualnie nie spełniają nowej ustawy o wyrobach medycznych (rozporządzenie 2017/746 MDR), która weszła w życie: 26 maja 2022r., w związku z czym jego stawka VAT została zmieniona z 8% na 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 16

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego gwarantującego najwyższą jakość wydruku i pełną kompatybilność?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 149-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści żel 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści żel 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepak 12 106mm x 25m?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 152-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepak 12 108mm x 23m?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w Zał. Nr 2.7 do SWZ.

Pytanie nr 153-Dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści papier KTG Corometrics BAO 152x90x150?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 155-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaczkę plastikową białą przezierną z podziałką z boku, co umożliwia kontrolę ilości wydalonego moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane rękawic foliowych nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i w związku z tym posiadających stawkę vat w wysokości 23%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 157-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu pakowany zbiorczo a'250 szt. i wycenę za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wziernik do otoskopu pakowany zbiorczo a'250 szt. i wycenę za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 158-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do chirurgicznego mycia rąk sklasyfikowaną jako wyrób medyczny i opatrzoną 8% stawką VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane podkłady w rozmiarze 33cm x 50cm a'50szt w rolce tj. długość 25m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 27

Czy Zamawiający ma na myśli podkłady w wymienionych w SWZ kolorach zadrukowane dziecięcymi motywami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby podkłady wymienione w poz. 27 w kolorach podanych przez Zamawiającego były zadrukowane dziecięcymi motywami.

Pytanie nr 161-Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 28

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia do usuwania zszywek?



Odpowiedź:

Tak tego typu urządzenie do usuwania klamerek z ran pooperacyjnych Zamawiający dopuszcza do zaoferowania.

Pytanie nr 162-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 3-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. bez numerycznego oznaczenia rozmiaru na łączniku? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści nieskalowany cewniki do przerywanego odsysania przezroczysty o powierzchni zmrożonej z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 13-15

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z przewodnicą 2-drożny z lateksu silikonowanego o następujących długościach i pojemnościach balonu?

ROZMIAR	BALON	DŁUGOŚĆ
CH 6	3 ml	270 mm
CH 8	3-5 ml	270 mm
CH 10	3-5 ml	270 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 16-23

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 166-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 16-23

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 5-10 dla rozmiarów 12-24CH oraz z balonem 30ml dla rozmiaru 26CH?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 24-28

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a bez oznaczenia producenta na cewniku i nalepek do dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 168-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 24-28

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a o długości min. 40cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny niesterylny, od środka pokryty warstwą kleju, dzięki temu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, gwarantując ochronę przed zabrudzeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton o twardości 76 ± 2 Sha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 31-32

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z trzema otworami przelewowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 172-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1050mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1050mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 174-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 47-48

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 176-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków do zbiórki moczu 100ml za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnej z zapotrzebowaniem podanym w Zał. Nr 2.18 do SWZ – poz. 50.

Pytanie nr 177-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem 115cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 178-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawów do lewatywy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnej z zapotrzebowaniem podanym w Zał. Nr 2.18 do SWZ – poz. 51.

Pytanie nr 179-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją

neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 180-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości (bez filtra węglowego) w opakowaniu po 3 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 181-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 182-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 183-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z zapotrzebowaniem określonym przez Zamawiającego w tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 184-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści sondę czterodrożną 100% silikon o długości 85cm dostępną w rozmiarach 16, 18 i 20CH, z linią kontrastującą w RTG na całej długości sondy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści worek (kaczka) na mocz z zastawką o następujących parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości folii polietylenowej LDPE
- Pojemność worka **1500 ml**
- Skalowanie co 100 ml (linearnie i cyfrowe) umożliwia pomiar oddanego moczu
- Wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu



- Obrótowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- **Bez portu do pobierania próbek**
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 187-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jejunostomii o następującym składzie:

- 1 silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w XRO, długość 60cm średnica 2.0 x 3.2mm (9,6 Fr)
- 1 wprowadzacz typu Desilet
- 1 igła typu Alena Fr 10
- 1 końcówka uciskowa (kod 2196.30)
- 1 17G igła długość 98mm
- 2 łączniki



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 188-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jejunostomii o następujących parametrach:

Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- Fit, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu.

Właściwości zestawu do jejunostomii Freka:

- Rurka poliuretanowa z nieprzezroczystym paskiem, otwarte złącze ENFit ze zintegrowaną zatyczką
- Zewnętrzna płytką mocująca (silikonowa) z zaciskiem i otworami na szwy (do mocowania do brzucha szwami)
- Oznaczenia odstępów co 5 cm
- Dwie dzielone kaniule (10,5 cm i 13 cm), tępy wprowadzacz w dłuższej dzielonej kaniuli
- Zacisk biały
- Nie zawiera lateksu, PVC i DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 189-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów SUMI niesterylne prosty 6x9x5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.18 do SWZ.

Pytanie nr 190-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów niesterylne prosty 5x7x5mm?

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie nr 191-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów niesterylne prosty 5x11x8mm?

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie nr 192-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów SUMI sterylne prosty 10-14x9mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 22

W związku z tym, że w pozycji 21 i 22 jest ten sam produkt ,czy Zamawiający dla zróżnicowania wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 22 tożsamej maski nadkrtaniowej z portem tlenowym, z portem do odsysania i z możliwością intubacji rozmiarach 3,4,5.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194-Dotyczy Pakietu nr 15 , pozycja 42

W związku z wycofaniem produktu prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do higieny jamy ustnej składającego się ze szczoteczki wykonanej z jednego odlewu z możliwością odsysania bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer, saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml, szpatułki z gąbką, kieliszka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 195- Dotyczy - Wzoru umowy

dotyczy §7 ust. 1 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych o wysokości 2% wartości niedostarczonych produktów brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy dotyczących obniżenia kar umownych. Zamawiający jest podmiotem leczniczym i musi mieć zapewnione mechanizmy gwarantujące terminowe dostawy asortymentu niezbędnego do leczenia pacjentów.

Pytanie nr 196-Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający zrezygnuje lub wydzieli do osobnego pakietu pozycję 1 części 17 ? Pozycja ta nie jest już produkowana.

Odpowiedź:

Zgodnie z Działem IV pkt. 4 SWZ: w przypadku pozycji asortymentowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić w załącznikach nr 2.1 – 2.27 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.

Pytanie nr 197- Dotyczy - Wzoru umowy §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności za dostawę artykułów wynosił do 45 dni liczonych od dnia doręczenia faktury VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie nr 198- Dotyczy - Wzoru umowy §7 ust. 1 ppkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara opisana w ppkt 2) wynosiła: 2,5% wartości niedostarczonych produktów brutto / każdy dzień zwłoki w prawidłowej realizacji dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy dotyczących obniżenia kar umownych.

Pytanie nr 199- Dotyczy - Wzoru umowy §7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby całkowita wartość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości brutto zawartej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy dotyczących obniżenia kar umownych.

Pytanie nr 200-Dotyczy Pakietu nr 23 , pozycja 2

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w **pakiecie nr 23** postępowania w **pozycji nr 2** zestawu składającego się z wkładu o pojemności 200ml, łącznika spiralnego o długości 150cm oraz kolca do napełniania. (zdjęcie poglądowe poniżej).

Informujemy, iż ostrza typu spike oraz rurka Handi-fil, pełnią tę samą funkcję napełniania strzykawki i są stosowane zamiennie.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany wyżej produkt, zaznacza jednak, że musi być kompatybilny z pompą LF OPTI-VANTAGE.

Pytanie nr 201-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 11 igłę do bezpiecznego pobierania leków z filtrem o wymiarach 1,2x38mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 202-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 12-15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 12-15 strzykawki z łącznikiem stożkowym Luer umieszczone centralnie dla poj. 2 ml bocznie dla pozostałych 5, 10, 20 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 12-15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 12-15 strzykawki z łącznikiem stożkowym Luer umieszczone centralnie dla poj. 2 ml bocznie dla pozostałych 5, 10, 20 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 21-24

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 21-24 kranik trójdrożny z przedłużaczem z wytrzymałością 3 barów? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ ustalonych dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 205-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 29-30

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 29-30 przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1 mm, średnica zewnętrzna 2,4 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 35 przyrząd z dużą komorą kroplową z PVC (55 mm w części przezroczystej)? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 207-Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13, pozycji 10 zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o poj. 25 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.13 do SWZ.

Pytanie nr 208-Dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14. Poz. 1 rurkę int. w rozmiarze 2,5? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.14 do SWZ.

Pytanie nr 209-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15, pozycji 4 dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 210-Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 11,12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15, pozycji 11,12 maskę tlenową z drenem o długości 2m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211 -Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15, pozycji 14-16, maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.15 do SWZ.

Pytanie nr 212-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 11,12

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji 13-15 cewnik Foley w rozm. od CH 6 do CH 10 z prowadnicą rozmiar balonu 3 ml / 3-5 ml długość 270 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 16-23

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji 16-23 cewnik Foley 2 dr. w rozmiarach: od CH 12 do CH 26 rozmiar balonu 5 ml-10 ml długość 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 214-Dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 24-28

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji 24-28 cewnik Foley 100% silikon w rozmiarach: od CH 14 do CH 22 rozmiar balonu 5 ml - 10 ml długość 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 215-Dotyczy Pakietu nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19, pozycji 2 dren Kehra wykonany z medycznego PCW o długości ramion 20/40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.19 do SWZ.

Pytanie nr 216 -Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 alternatywne koreczki z bezigłowym dostępem żylnym, z czasem użytkowania do 7 dni lub do 600 aktywacji, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 217-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 27, aby koreczki z bezigłowym dostępem żylnym, pozwalały na bezpieczną podaż leków i płynów światłoczułych ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 218-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 27-28 oraz 32-35

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu poz. 27-28 oraz 32-35, obejmujące różne przyrządy do podaży leków i płynów - co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert wielu dostawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie żadnej pozycji asortymentowej do osobnego pakietu.

Pytanie nr 219-Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści w poz. 33 alternatywne przyrządy do przetoczeń z dwudrożnym, dwupłaszczynowym kołcem komory kroplowej, bez skrzydełek dociskowych, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 5 lat od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym

dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.1 do SWZ poz. 33.

Pytanie nr 220-Dotyczy Pakietu nr 2 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 alternatywne zestawy do pomiaru OCŻ, składające się z zestawu drenów, kranika czterodrożnego, dwudrenowego aparatu do przetoczeń bez zawartości PCV, bez skali pomiarowej, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 5 lat od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 221-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 alternatywne skale do pomiaru OCŻ, wykonane z półsztywnego, plastycznego tworzywa z przylepcem do stojaka o dokładności pomiaru od +20cm do -10cm H₂O, z hydrostopniowym, kolorystycznym pomiarem poziomu, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 222 -Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3-4 alternatywne kaniule dla dzieci 26G i 24G bez portu, bez pasków kontrastujących w RTG, bez dodatkowego otworu przy ostrzu igły, z dodatkowym, odłączanym uchwytem, o przepływie 13ml/min, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.2 do SWZ poz. 3-4.

Pytanie nr 223 -Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 5-10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5-10 alternatywne kaniule dożylnie, bez pasków kontrastujących w RTG, wykonane z PTFE lub PU, w równoważnych, zgodnych z normą rozmiarach, bez zbędnego oznaczenia miejsca otwarcia koreczka, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.2 do SWZ poz. 5-10.

Pytanie nr 224-Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 1-11 i 14

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu poz. 1-11 i 14, obejmujące różne przyrządy do przetoczeń - co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert wielu dostawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie żadnej pozycji asortymentowej do osobnego pakietu.

Pytanie nr 225-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 alternatywne przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych typu bezpiecznego, z bezpieczną technologią zapobiegającą dostawianiu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji; precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji; kołec komory kroplowej z ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet; duża komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość komory min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenolu A, filtr 15 mikronów w dnie wentylowanej komory z ręcznym odpowietrznikiem; długość drenu 175-180 cm; dren zakończony łącznikiem luer-lock z zatyczką, z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu „priming cap” zapobiegającym wyciekaniu płynu przy odpowietrzaniu możliwość podawania płynów z butelek i pojemników miękkich, sterylne, na opakowaniu jednostkowym dodatkowa instrukcja obsługi, data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.16 do SWZ poz. 1

Pytanie nr 226-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 alternatywne kaniule typu bezpiecznego ze standardowym koreczkiem luer-lock, systemem muf okalających, zabezpieczających przed zachlapaniem i równoważnym automatycznym zatraskiem zabezpieczającym skutecznie przed zakłuciem, z nazwą własną identyfikującą wyrób oznaczoną na wyrobie w opakowaniu jednostkowym, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 5 lat od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.16 do SWZ poz. 2

Pytanie nr 227-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający wyłączy do innego pakietu lub wykreśli z pakietu wyroby z poz. 3, opisane pod jednego dostawcę, co utrudnia uczciwą konkurencję, a wymagane ilości „łącznie w min.10 długościach”, przy zapotrzebowaniu 100 szt. w okresie trwania umowy oraz dostaw w opakowaniach zbiorczych po 50-100szt. wskazują, iż realizacja umowy na dostawy wyrobów z poz. 3 jest niemożliwa do wykonania, a postawiony w SWZ wymóg ma utrudnić złożenie ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 z pakietu 16 do innego pakietu. Zamawiający informuje, że w poz. 3 omyłkowo Zamawiający dopisał w kolumnie rozmiar/cecha „łącznie w min. 10 długościach”. Zamawiający dokona modyfikacji opisu w tej pozycji asortymentowej poprzez wykreślenie zapisu „łącznie w min. 10 długościach.”

Pytanie nr 228-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyłączy do innego pakietu lub wykreśli z pakietu wyroby z poz. 4-5, opisane pod jednego dostawcę, co utrudnia uczciwą konkurencję - co umożliwi złożenie oferty innym dostawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 4-5 z pakietu 16 do innego pakietu. Zamawiający informuje, że wykreśli z opisu przedmiotu zamówienia dla tych pozycji asortymentowych zapis: "potwierdzone instrukcją obsługi pompy".

Pytanie nr 229-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 alternatywne przyrządy do aspiracji leku z małych butelek z nazwą własną identyfikującą wyrób oznaczoną na wyrobie w opakowaniu jednostkowym, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 5 lat od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.16 do SWZ poz. 6.

Pytanie nr 230-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 alternatywne przyrządy do aspiracji leku z nazwą własną identyfikującą wyrób oznaczoną na wyrobie w opakowaniu jednostkowym, ze zintegrowanym portem zapobiegającym przed wyciekaniem płynu po odłączeniu strzykawki, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 5 lat od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9-10 alternatywne igły do znieczuleń o długości 103-110mm, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 5 lat od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tych pozycji asortymentowych w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.16 do SWZ poz. 9-10.

Pytanie nr 232-Dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 alternatywne zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, z cewnikiem typu Pigtail z zawiniętym końcem, wykonany z poliuretanu silikonowanego o standardowej długości 45cm w rozmiarze 9-10F i 14-15F z zaciskiem ślizgowym, w zestawie rozrywalna igła 8-14F i długości 8 i 12cm, kołnierz mocujący, strzykawka, opaska stabilizująca, z osobno pakowanym workiem na mocz 2000ml, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.16 do SWZ poz. 12.

Pytanie nr 233 - Dotyczy Pakietu nr 16 , pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 alternatywne zestawy do drenażu powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, z trzema igłami punkcyjnymi z krótkim szlifem o średnicy 14, 16, 18G i długości 80mm do wyboru, z łącznikiem, worek poj. 2000ml, strzykawka trzyczęściowa 60ml, kranik trójdrożny, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.16 do SWZ poz. 13.

Pytanie nr 234 -Dotyczy Pakietu nr 21 , pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-2 alternatywne jodowe środki cieniujące, niejonowe o stężeniu +/- 50mg/ml - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 235-Dotyczy Pakietu nr 21 , pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 3, aby oferowany podgrzewacz środków kontrastowych posiadał moc min. 400W oraz pojemność min. 100 l ?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że na czas trwania umowy oczekuje nieodpłatnego przekazania podgrzewacza środków kontrastowych o mocy co najmniej 100 W oraz pojemności maks.30 l.

Pytanie nr 236-Dotyczy Pakietu nr 24 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 alternatywne zestawy Picco z cewnikami tętnicznymi o długościach 22cm, 15cm i 8cm (do wyboru) w rozmiarach 4, 5, 6F (do wyboru) z przetwornikami pomiaru ciśnienia typu DBP, kompatybilne z większością monitorów GE w tym z CareScope, sterylne, na opakowaniu jednostkowym data ważności - min. 3 lata od daty produkcji - co umożliwi złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w formularzu asortymentowo - cenowym – Zał. Nr 2.24 do SWZ poz. 1.

Pytanie nr 237-Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 części 17 dopuści pułapkę wodną typu D-fend Pro?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż w przypadku oferowania przez Wykonawców asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania i wyjaśnień treści SWZ, wymaga aby Wykonawca zawarł w Zał. Nr 2.1 -2.27 do SWZ – tj. w formularzach asortymentowo-cenowych, dopuszczony opis przedmiotu zamówienia dla oferowanego produktu wraz z nr pytania, na który udzielono odpowiedzi dopuszczającej.

ZMIANY TREŚCI SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 4):

W Zał. Nr 2.22 do SWZ Zamawiający dokonuje zmiany ilości produktów wskazanych w poz. 6 i poz. 7 z :

- w poz. 6 – 30 szt. **na 40 szt.**;
- w poz. 7 - 10 szt. **na 20 szt.**

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 47 i 48):

Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 25 i 26 formularza asortymentowo-cenowego –(Zał. Nr. 2.1 do SWZ) dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie, że koreczek z poz. 25 i poz. 26 ma posiadać zakończenie **luer – lock**.

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 68):

Zamawiający w Pakiecie nr 8 w poz. 9 formularza asortymentowo-cenowego –(Zał. Nr. 2.9 do SWZ) dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na **niewłaściwym odniesieniu się do poz. 7-8 zamiast 6-7.**

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 73):

Zamawiający w Pakiecie nr 14 w poz. 70 formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.14 do SWZ) wykreśla omyłkowo podane w rubryce rozmiar/cecha rozmiary CH9 i 21.

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 147):

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 w poz. 15** formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.7 do SWZ) **dokонуje zmiany stawki VAT z 8% na 23%.**

Zmiana nr 6 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 156):

Zamawiający w **Pakiecie nr 9 w poz. 13** formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.9 do SWZ) **dokонуje zmiany stawki VAT z 8% na 23%.**

Zmiana nr 7 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 158):

Zamawiający w **Pakiecie nr 9 w poz. 20** formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.9 do SWZ) **dokонуje zmiany stawki VAT z 23% na 8%.**

Zmiana nr 8 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 227):

Zamawiający w **Pakiecie 16 w poz. 3** formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.16 do SWZ) **omyłkowo w kolumnie rozmiar/cecha dopisał : „łącznie w min. 10 długościach”.** Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu w tej pozycji asortymentowej poprzez **wykreślenie zapisu „łącznie w min. 10 długościach.”**

Zmiana nr 9 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 228):

Zamawiający w **Pakiecie 16 w poz. 4-5** formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.16 do SWZ) **dokонуje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie zapisu: "potwierdzone instrukcją obsługi pompy".**

Zmiana nr 10 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 235):

Zamawiający w **Pakiecie 21 w poz. 3** formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2.21 do SWZ) **dokонуje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie, że na czas trwania umowy oczekuje nieodpłatnego przekazania podgrzewacza środków kontrastowych o mocy co najmniej 100 W oraz pojemności maks.30 l.**

Z uwagi na dużą ilość zapytań do treści SWZ i dokonane w ich następstwie zmiany, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, w celu zapoznania Wykonawców z wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami SWZ oraz mając na względzie rzetelne przygotowanie ofert, **przedłuża terminy:**

- **składania ofert** z dnia 15 stycznia 2025 r., godz.: 09:30 **na dzień 20 stycznia 2025 r. godz.: 09:30;**
- **otwarcia ofert** z dnia 15 stycznia 2025 r., godz.: 10:00 **na dzień 20 stycznia 2025 r., godz.:10:00**
- **związania ofertą** z dnia 14 kwietnia 2025 r. **na dzień 19 kwietnia 2025 r.**

Zamawiający informuje, że **zmieniona SWZ oraz Zał. Nr 2.1-2.27 do SWZ – formularze asortymentowo-cenowe** zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania: <https://e-ProPublico.pl/>.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ.**

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

.....
Kierownik Zamawiającego