

Nisko dnia: 2024-04-30

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Nisku

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Numer referencyjny: Z.II.260.013.Zp.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWOŹDZIE RUSH'A ø (mm) 2,5; L (mm) 100 - 220 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWOŹDZIE RUSH'A ø (mm) 3,0; L (mm) 100 – 240?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Pakiet nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GWOŹDZIE L (mm) 310; ø (mm) 1,8 - 2,5?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 Pakiet nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GROTY STEINMANNA ø (mm) 4,0; L (mm) 150-200?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 Pakiet nr 12 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GROTY STEINMANNA ø (mm) 4,5; L (mm) 150 – 175?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy w postanowieniach umowy Zamawiający zgodzi się doprecyzować termin określony w §5 ust. 1 na 5 dni roboczych dni od dnia zawarcia umowy? Brak określenia terminu powoduje
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje termin określony w §5 ust. 1 na 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 7

Czy w postanowieniach umowy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapis w §5 ust. 1, że szczegółowy skład depozytu (ilości i rozmiary) zostanie ustalony między stronami umowy Zamawiającym i Wykonawcą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 Dotyczy pakietu 14 poz. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 14 poz. 10 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie, lecz w sytuacji okresowego zwiększenia częstotliwości zabiegów wykonywanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia płynności pracy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą szczegółowy skład depozytu.

Pytanie nr 9 Dotyczy pakietu 10 poz. 1-32

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 10 poz. 1-32 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie, lecz w sytuacji okresowego zwiększenia częstotliwości zabiegów wykonywanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia płynności pracy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą szczegółowy skład depozytu.

Pytanie nr 10 Dotyczy pakietu 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:
Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 Dotyczy pakietu 14 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:
Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 Dotyczy pakietu 14 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:
Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość 1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 Dotyczy pakietu 14 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Zestaw sterylny do stawu CMC zawierający:

- drut wierzący 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, krótki
- drut wierzący 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, długi

- przeciągacz do szwów, długość 20 cm
- guzik o szerokości 2,6mm z dwoma otworami do przeciągnięcia szwu
- wzmocniony szew ortopedyczny typu FiberWire #2 zakończony guzikiem o szerokości 2,6mm
- instrument do trapezektomii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 Dotyczy §5 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w §3 Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 Dotyczy §5 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o podanie terminu w jakim Zamawiający oczekuje utworzenia depozytu endoprotez i wyrobów medycznych od dnia zawarcia umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje termin określony w §5 ust. 1 na 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

Pytanie nr 16 Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie, lecz w sytuacji okresowego zwiększenia częstotliwości zabiegów wykonywanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia płynności pracy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą szczegółowy skład depozytu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/