

Pismo: Z.II.260.029.Zp.2022

Nisko dnia: 09/09/2022

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników do biochemii klinicznej, odczynników immunodiagnostycznych oraz odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i hematokrytu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” – znak sprawy Z.II.260.029.Zp.2022.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy Zadania nr 2, Parametry graniczne pkt. 9. Czy pod określeniem „Pełne krzywe kalibracyjne zapisane w kodzie kreskowym, wczytywane automatycznie do analizatora z kodów kreskowych ...” Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 2. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 5 ust. 5 i 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w §5 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

5. *Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przeprowadzenia w ramach czynszu dzierżawnego minimum dwóch przeglądów technicznych analizatora, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.*

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w §5 ust. 9, który otrzymuje brzmienie:

9. *W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej analizatora, Wykonawca w ramach czynszu dzierżawnego wymieni element, podzespół lub moduł na nowy, wolny od wad.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 09/09/2022 r.

Pytanie nr 3. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 5 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kara w umowie przewidziana jest za zwłokę w „rozpoczęciu” i nie jest związana z samym terminem naprawy.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w §5 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

8. *W przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 15 dni Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i transportu badań w innej jednostce na własny koszt lub po bezskutecznym upływie dodatkowego 5-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na realizację zobowiązania, do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy analizatora zastępczego, o takich samych parametrach jak analizator ujęty w niniejszej umowie. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 09/09/2022 r.

Pytanie nr 4. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 7 ust.1 pkt 1.1 i 1.3 i 1.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 5. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 7 ust. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie „do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 6. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 7 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 7. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w §8 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. *Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:*
- 2.1. *nazw banków lub numerów kont bankowych stron,*
 - 2.2. *stawek podatku VAT,*
 - 2.3. *ilości zamawianych odczynników z tym, że wartość dostarczonych odczynników nie będzie większa niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową,*
 - 2.4. *cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie,*
 - 2.5. *przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne,*
 - 2.6. *sposobu konfekcjonowania.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 09/09/2022 r.

Pytanie nr 8. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 9 ust. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją?

Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania

modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony.

Ewentualnie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia mającego taki sam cel i skutek, jednak w innym, przyjętym u Zamawiającego brzmieniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w §9 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. *Nie dopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, przy czym uprawnienie to nie przysługuje Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający będzie gotów dokonać zmianę ceny jednostkowej o poziom nie niższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 09/09/2022 r.

Pytanie nr 9. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 9, par. 9 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Projektowane postanowienia umowy) w §9 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

3. *Niewypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę tj. nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem realizowane dostawy, nieprzestrzeganie cen zawartych w umowie, a także istotne, powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych odczynników lub ich terminów ważności daje podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy 5-dniowego terminu wezwania do należytego wykonania umowy bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 09/09/2022 r.

Pytanie nr 10. Dotyczy Umowy, Załącznik nr 10, par. 3 ust. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 3 dodać następujące postanowienia:

- a. *Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.*
- b. *Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.*
- c. *Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę.*
- d. *Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 10 (Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) w §3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

3. *Administrator zobowiązuje się, aby osoby przeprowadzające w jego imieniu audyt i inspekcję zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych w posiadanie których wejdą w trakcie kontroli. Osoby przeprowadzające audyt i inspekcję w imieniu Administratora zobowiązane są okazać do wglądu Podmiotowi przetwarzającemu powyższe zobowiązania do zachowania w tajemnicy przed rozpoczęciem audytu i inspekcji.*
- 3.1 *Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.*
- 3.2 *Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.*
- 3.3 *Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę, chyba że bez poważnej przyczyny nie bierze ona udziału w tych czynnościach.*
- 3.4 *Czynności audytowe nie mogą istotnie utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 09/09/2022 r.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/