

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania próbek krwi na analizatorze ACL TOP 300 CTS (analizator własny RCKiK w Krakowie) wraz z dzierżawą analizatora backup

Numer referencyjny: ZP-18/2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zechce ograniczyć wymóg rejestracji warunków transportu, tylko do paczek zawierających materiały, które powinny być chłodzone?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy.

§ 1. ust 7 otrzymuje brzmienie:

Dostawy realizowane będą we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy do chwili odbioru przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni prawidłowe warunki transportu odczynników, dostarczy zamawiającemu potwierdzenie w postaci wydruków lub rejestratorów tylko do paczek zawierających materiały wymagające chłodzenia pod warunkiem otrzymania od Wykonawcy oświadczenia, że odczynniki, które mają być przechowywane w temperaturze do 25°C zachowują stabilność w temperaturach wyższych na czas transportu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, aby ograniczyć koszty związane z rejestracją warunków transportu wyrazi zgodę, by dostawy były realizowane raz na miesiąc?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający określa ilość zamówień odczynników w miesiącu na nie więcej niż jedną i modyfikuje wzór umowy.

§ 1. ust 6 otrzymuje brzmienie:

Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 będą realizowane partiami, w ilościach określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego, spośród produktów, określonych na Formularzu Kalkulacji cenowej, w terminie **5 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą realizowane nie częściej niż 1 (jeden) raz w miesiącu. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą może ustalić harmonogram przewidywanych zamówień.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora "back-up" do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy.

§ 1. ust 9 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalować oraz przeprowadzić kwalifikację instalacyjną, operacyjną i procesową dzierżawionego urządzenia w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy oraz przedłożyć stosowne raporty z wykonanych kwalifikacji oraz protokoły walidacji czytników.

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
