



**Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu**  
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Bytom, 14.01.2022 r.

Nr sprawy: 2/2PN/2022

Dotyczy: **Zakup i dostawa Szybkich testów diagnostycznych ( zestawy do wykrywania antygenu SARS – COV-2) dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Odpowiedz na pytanie nr 2

.Czy kontrola dodatnia i ujemna może być zapakowana osobno. Jeśli tak to jeden zestaw kontroli na ile testów należy wyliczyć? 2. Jeśli kontrola dodatnia i ujemna jest pakowana osobno to czy można dodać jeden wiersz w tabeli cenowej i ująć ilość kontroli na każde proponowane opakowanie?

**Stanowisko Zamawiającego:**

**Zamaw3ijaacy wymaga dostarczenie kontroli zewnętrznych do każdej serii produktu.**

W imieniu Zamawiającego: