

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy staplerów, ładunków do staplerów oraz wyrobów i narzędzi do zabiegów operacyjnych**

Numer referencyjny: ZP.3311.41-1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, zadanie 7, pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadanym generatorem ESG400 lub ESG410?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga kompatybilności z w/w generatorem.

2. **Pytanie:** „Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, zadanie 7, pozycja 3. Ponieważ przedmiot zamówienia występuje w niepodzielnych opakowaniach po 5 szt. Wnosimy o korektę ilości sztuk w opakowaniu do 5.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i na podstawie art. 286 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy modyfikuje treść Formularza ofertowo-cenowego – załącznik nr 1 do SWZ, zadanie 7, poz. 3 w sposób następujący: „Ilość: 5 sztuk.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/