

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 26**

Dot. Pakietu nr 64, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę o standardowej powierzchni porów min. 0,5 mm<sup>2</sup>, grubości 0,45 mm(+/-0,05), masie powierzchniowej 65÷85 g/m<sup>2</sup>, grubości nici 0,16 mm?

Siatki stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych, w kresie białej, w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością i niską masą powierzchniową. Są to wyroby jałowe - wyjałowione w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu EO. Opakowanie jednostkowe (koperta) zawiera 1 sztukę wyrobu zapakowaną w podwójną torebkę papier-folia z etykietą i instrukcją użytkowania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 64, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6x11cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 67, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jałową taśmę wykonaną z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,16 mm (skład: polipropylen 100%), wytwarzana techniką dziewiarską, przeznaczona do podwieszania cewki moczowej beznapięciową metodą TVT i TOT. Masa powierzchniowa taśmy bez uchwytów: 65 - 75 g/m<sup>2</sup>, długość bez uchwytów 450 mm (+ / - 3 mm), szerokość 11 mm (+ / - 2 mm), porowatość 67%, brzegi wykończone atraumatycznie (niepowodujące podrażnień tkanki podczas implantacji), bez dodatkowej osłonki, niebieskie końcówki (uchwyty) zapewniające lepszą widoczność w polu operacyjnym? Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Wyrób pakowany w kartonik oraz podwójny rękaw papierowo - foliowy z fałdą z etykietą i instrukcją używania. Gwarantujemy w ramach pakietu komplet narzędzi wielorazowego użytku do implantacji taśm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**



Dot. Pakietu nr 75, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny (zielony/niebieski)

wielorazowego użytku przeznaczony do zabiegów wysokiego ryzyka, oznaczony znakiem CE, spełnia wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795 w zakresie wymagań wysokich. Fartuch wykonany z dwóch rodzajów tkanin: w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej (min. 4600g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń inie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 84 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 1,8 Log?? (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O; w strefie krytycznej wykonany z trójwarstwowego chłonnego laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES poliester/poliuretan/poliester), laminat o gramaturze min. 140 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 4,0 Log???

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 75, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty "oświadczenia producenta tkaniny, że nie wymaga impregnacji", "dokument z badania nieprzemakalności tkaniny z której wykonane są fartuchy po 100 cyklach prania, suszenia i sterylizacji", "instrukcję dotyczącą warunków sterylizacji przedmiotu zamówienia"?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający zmodyfikuje pakiet.**

Dot. Pakietu nr 76, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 76, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 76, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 77, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 27 g/m<sup>2</sup>?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 80, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w swoim składzie posiada łącznie 4 fartuchy wzmocnione - 2 w rozmiarze L oraz 2 w rozmiarze XL?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 81, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylne wzmocnione obłożenie uniwersalne zgodnego z normą 13795-1,2,3 o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 66 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145 cm (wzmocnienie 76 x 85 cm) - grubość folii 50µm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200x 170cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm



2 ręczniki z włókniny kompresowej - 40 g/m<sup>2</sup>, chłonności min. 800% 20 x 40 cm

Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 125 g/m<sup>2</sup>. Barrierowość dla wody min. 450 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym 66,3 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakietu nr 86, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrilowe o AQL 1,5, grubość na palcu minimum 0,07 mm, Rękawice bez oznakowania jako klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Pakietu nr 91, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elastyczne taśmy w miejsce gumek?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Pakiet nr 93 - ODZIEŻ OCHRONNA III Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Pakietu nr 94, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę z miękkiej antystatycznej włókniny sms o gram. 35 g/m<sup>2</sup>; włóknina nie powoduje cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5 i jest biogodna wg PN-EN ISO 10993-1. Luźna, szeroka, nie ogranicza ruchów, ze specjalnymi fałdami z przodu umożliwiającymi dopasowanie do sylwetki ciężarnej. Głębokie wycięcie z przodu pozwala na karmienie noworodka a dwie pary troków zachowują intymność i komfort pacjentki. Kolor ciemnoniebieski. Rozmiar S/M i L/XL. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Paroprzepuszczalność min. 4360 g/m<sup>2</sup>x24h. Termin ważności 5 lat.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Pakietu nr 94, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gram. 35 g/m<sup>2</sup>; Kolor ciemnoniebieski. Koszula ma krótki rękaw, rozcięcie na całej długości. Podkój szyi wykończony lamówką, która jednocześnie jest plisą do wiązania, na linii pasa doszyte troki do regulacji obwodu. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Termin ważności 5 lat.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogu z SWZ.**

Dot. Pakietu nr 114, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x180 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

W imieniu Zamawiającego

