

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych**
Numer referencyjny: **ZP.3311.27-6.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Zadanie nr 8: Pozycja nr 1 i 2 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnych jednorazowych zbiorników do gromadzenia wydzieliny z rany?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych kanistrów.

2. **Pytanie:** „Poz. nr 1-6 – prosimy o określenie ilości urządzeń do prowadzenia terapii podciśnieniowej, których użyczenia na okres obowiązywania umowy oczekuje Zamawiający.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 6 urządzeń.

3. **Pytanie:** „Zadanie nr 11: Pozycja nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale waga 1 sztuki wynosi min. 0,80 g?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SWZ.

4. **Pytanie:** „Zadanie nr 12: Pozycja nr 1-9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o następującej wadze 1 sztuki:

- 1) Poz. 1 – min. 1,11 g,
- 2) Poz. 2 – min. 0,51 g,
- 3) Poz. 3, 4, 5 – min. 1,59 g,
- 4) Poz. 6 – min. 5,51 g,
- 5) Poz. 7, 8, 9 – min. 1,58 g?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.)

5. **Pytanie:** „Pozycja nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów zgodnych z opisem, ale z pojedynczą etykietą samoprzylepną na opakowaniu lub kompresów pakowanych a' 20 sztuk – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojedynczy tag. Nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów pakowanych po 20 sztuk.

6. **Pytanie:** „Zadanie nr 25: Pozycja nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zgodnego z opisem, ale w rozmiarze 10cm x 10cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/