

Bytom dnia: 2022-10-10

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zakup aparatury medycznej tj. Oscylometru z rynomanometre, zestawu do manometrii anorektalnej, aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu urządzenia do terapii wysokoprzepływowej oraz respiratora noworodkowego NCPAP na potrzeby oddziału Klinicznego Pediatrii dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 40/40PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Pytanie nr 1.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 1 – Parametry Ogólne:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie gdzie elementy podłączane do pacjenta znajdują się po prawej stronie, a obsługa urządzenia jest poprzez ekran dotykowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 2 – Parametry Ogólne:

W związku z przeznaczeniem respiratora na oddział pediatryczny zakres wagowy do 30 kg jest zbyt małym zakresem aby zapewnić możliwość prowadzenia terapii młodzieży która znacząco przekracza wagę 30 kg.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia punktu 2 specyfikacji z obecnego „Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30kg.” Na nowe „**Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów o wadze od 0.3 kg do przynajmniej 100kg.**”

Takie rozszerzenie zakresu pozwoli jednocześnie na prowadzenie terapii u pacjentów neonatologicznych o wadze powyżej 0,3 kg oraz u pacjentów starszych o wadze ok 100 kg i więcej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści brzmienie na rozszerzenie wagi pacjenta od 0,3 kg do 100kg.

Pytanie nr 3.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 5 – Parametry Ogólne:

Czy zamawiający zmieni zapis i będzie wymagał urządzenia które nie potrzebuje powietrza ze źródła sprężonych gazów, a posiada wbudowaną turbinę? Rozwiązanie takie pozwoli na szersze wykorzystanie urządzenia w salach gdzie nie ma przyłączy gazowych oraz ułatwi transport pacjenta, a co za tym idzie pozwoli na swobodny transport pacjenta zgodnie z pkt 1 OPZ gdzie Zamawiający wymaga aby urządzenie było mobilne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość, ale nie zmienia zapisu SWZ.

Pytanie nr 4.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 6 – Parametry Ogólne:

Czy Zamawiający dopuści zaawansowane technologiczne urządzenie, które nie wymaga kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 8 – Parametry Ogólne:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze do 13 kg bez podstawy jezdnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Dotyczy pakietu nr 5, wers nr 3 tabeli – Parametry Ogólne:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia które posiada funkcję wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylację nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków bez efektu Coanda ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 1-14 – Metody Wentylacji:

Ze względu na różnorodność nazewnictwa trybów/rodzajów wentylacji u różnych producentów czy Zamawiający dopuści aparat dysponujący szerokim wachlarzem trybów wentylacyjnych oraz szerszym zakresem ustawień tych trybów wentylacji ?

Tryby wentylacji proponowanego respiratora: CPAP, nCPAP, AVM, P-A/C, PC-SIMV, PSV, S, S/T, T, beLevel, APRV, V-A/C, VC-SIMV, HoldInsp, HoldExp, AutoPEEP, NIF, P0.1, VTrapped, Automatic Tube Compensation (ATC), Sigh

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza metody wentylacji zgodnie z SWZ niezależnie od innego nazewnictwa tożsamych metod wentylacji.

Pytanie nr 8.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 3 – Parametry Nastawialne:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie gdzie regulacja czasu wydechu odbywa się automatycznie, dostosowując parametry czasu wydechu zgodnie z automatycznym algorytmem. Urządzenie które chcielibyśmy zaoferować umożliwia monitorowanie czasu wydechu w zakresie od 0 do 100 sec.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 5 – Parametry Nastawialne:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie regulacja przepływu wdechowego i wydechowego odbywa się w sposób automatyczny do 260 l/min dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych oraz do 40 l/min dla pacjentów neonatologicznych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 6 – Parametry Nastawialne:

Czy Zamawiający rozszerzy zakres ciśnienia dla terapii CPAP od 4 do 30 mbar co umożliwi wentylację pacjentów neonatologicznych, a zarazem pacjentów pediatrycznych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 1 – Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ekran w pełni dotykowy FULL HD o rozdzielczości 1920×1080 pikseli i przekątnej min. 13” bez pokręteł i wystających guzików?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12.

Dotyczy pakietu nr 5, pkt 2 - 13 – Wyposażenie:

Czy Zamawiający oczekuje dostawy wyposażenia opisanego w punktach od 2 do 13 w sekcji WYPOSAŻENIE na etapie instalacji?

Niektóre pozycje są bardzo specjalistyczne i niezwykle rzadko wykorzystywane, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje aby to wyposażenie było dostępne na dzień składania ofert jako opcjonalne i zamówienia będą realizowane na bieżąco według potrzeb użytkownika?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza realizację dostawy wyposażenie później niż etap instalacji ale bez zwłoki wobec potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 13.

Dotyczy SWZ:

W sekcji VII „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” w punkcie 2, podpunkt 4 Zamawiający wymaga dostarczenia 2 należycie wykonanych dostaw.

Firma którą reprezentujemy ma ponad 20 letnią historię na Polskim rynku medycznym, współpracujemy z wieloma prestiżowymi producentami sprzętu i cieszymy się nienaganną opinią wśród naszych klientów. Od dłuższego czasu współpracujemy również z Państwa jednostką, tak więc sami mogą Państwo ocenić nasze możliwości techniczne do wykonania dostawy i zapewnienia wsparcia posprzedażowego. Produkt, który chcielibyśmy Państwu zaoferować to nowoczesne rozwiązanie, które dopiero wchodzi do naszego portfolio w związku z czym nie możemy pochwalić się referencjami dostaw. Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie referencji na dostawy aparatury medycznej jednak rodzajowo nie odpowiadające oferowanemu produktowi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przedstawienia referencji w zakresie pulmonologii.

Zamawiający

