

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ oraz zmiana SWZ**

Dotyczy: postępowania na „Dostawę materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II” – sprawa nr EP/56/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II” – sprawa nr EP/56/2021, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**PYTANIE NR 1**

**Zadanie nr 2 - Staplery okrężne do chirurgii otwartej**

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, zagięty, długość trzonu 18 cm, o średnicy dostępnej w rozmiarach: 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, wysokość zszywek otwartych odpowiednio: 4,5 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 4,8 mm i 5,0mm (w zależności od rozmiaru); z regulowaną kompresją tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe, o przekroju okrągłym na całej długości, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ**

**PYTANIE NR 2**

Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny o średnicy 31 mm zamiast 30?

Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedz: TAK**

### PYTANIE NR 3

Pytanie dot. zadania nr 3 i 4

Czy w Zadaniu nr 3 i 4 Zamawiający dopuści protezy bez możliwości resterylizacji (pozostałe parametry bez zmian) ?

**Odpowiedz: TAK**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Zastępca Dyrektora  
Ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych

Taida Muchla-Jastrzębska

Sporządził: Marta Leoniak