

Bytom dnia: 2022-05-30

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **13/13PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający nie popełnił błędu w opisie wymaganego limitu detekcji testu i czy miał na myśli wartość 1,6x100 TCID50/ml zgodnie z powszechnie przyjętym standardem określającym limit detekcji testu antygenowego SARS-CoV-2 ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, powinno być 1,6x 100 TCID50/ml

Zamawiający