

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego n w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu znak sprawy: 17/17PN/2021.

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ pakiet nr 16 – JEDNORAZOWY WKŁAD DO AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWANIA KONTRASTU DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO TYPU BRIGHT SPEED EDGE – poprzez zmianę opisu. oraz Pakiet nr 17 PRZEDŁUŻECZ DO WKŁADU DO WSTRZYKIWANIA KONTRASTU –poprzez usunięcie pakietu w załączniku nr 7 do SWZ.

Stare brzmienie:

Pakiet nr 16 – JEDNORAZOWY WKŁAD DO AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWANIA KONTRASTU DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO TYPU BRIGHT SPEED EDGE

Poz.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent / numer katalogowy	Cena jednostkowa netto	Szacunkowa ilość na okres 1 roku
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Jednorazowy wkład do wstrzykiwania kontrastu NEMOTO A-60 - 200 ml.			650 szt.
				RAZEM:

Nowe brzmienie:

Pakiet nr 16 - Elementy wymienne CT EXPRES DO PODAWANIA KONTRASTÓW

1.	Przewód Pacjenta, jednorazowy łącznik o długości 120cm z jednokierunkowym zaworem zwrotnym, na każdym z końców z lini ze złączem luer-lock.		2 400 szt.			
2.	Kolec komory kroplowej, jednorazowy przekłuwacz łączący butelkę z środkiem cieniującym.		1 100 szt.			
3.	Zestaw dzienny III HP, zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast +1 x sól fizjologiczna). Trójkąt podłączony do zestawu pacjenta. Górna część przewodów ze środkiem cieniującym podłączony jest do kolca komory kroplowej butelek ze środkiem cieniującym.		270 szt.			

4.	Zestaw wielu pacjentów do użytku prze 12h lub 3600 ml płynu, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. Przewód dł. 70cm.		275 szt.		
RAZEM:				-	

Uwaga:

*** OFEROWANE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM CT EXPRES TM 4D I DOPUSZCZONE PRZEZ PRODUCENTA URZĄDZENIA**

Zamawiający informuje, iż kwota wadium :

Pakiet 16 - 1500,00

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik Nr 7 do SWZ – pakiet nr 16 stanowi integralną część SWZ.

W imieniu Zamawiającego:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wieczorek